

**OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE APERTA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVO EMATICO SOTTOVUOTO E PER PRELIEVO CAPILLARE.  
CHIARIMENTI 4.**

**SPECIFICA IN ORDINE ALLA RISPOSTA DI CUI AL QUESITO N.5 DI “CHIARIMENTI 1”**

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara, si integra la specifica in ordine alla risposta di cui al quesito n.5 di “Chiarimenti 1” come segue:

**Si conferma che gli aghi sono da intendersi di sicurezza e che il meccanismo di sicurezza può essere su ago o su camicia.**

✓ **QUESITO 1:**

In questi giorni stanno arrivando su disposizione della Regione Lombardia delle lettere con oggetto: “*Evoluzione Sistema Socio Sanitario Lombardo – L.R. 23/2015*” nelle quali si spiega che gli attuali soggetti andranno a cessare per confluire i nuovi soggetti non ancora ben individuati.

Chiediamo quindi se alla luce di tale modifiche non sia il caso di sospendere la gara non essendo più i soggetti descritti nella documentazione di gara (sia L’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII° che svolge la gara sia Aziende Ospedaliere e ASL aggregate descritte nel regolamento di gara all’Art. 1 quarto comma) giuridicamente attivi nel momento in cui dovrà essere presentata l’offerta.

Solo per fare un esempio il primo problema che si presenta è a quale soggetto giuridico intestare la polizza per la cauzione.

Regolamento di gara articolo 5.2 lettera h. non è chiaro se l’importo della cauzione provvisoria del 2% è da calcolare sull’importo a base d’asta di €13.500.000,00 (il valore dei sei anni di durata della gara) o € 20.250.000,00 (il valore della durata della gara più proroga o rinnovo di 3 anni).

**Risposta:**

- a) **La normativa sinora emanata relativa alla citata “*Evoluzione Sistema Socio Sanitario Lombardo – L.R. 23/2015*”, non comporta di per se interruzione/reindizione delle procedure in corso.**
- b) **La cauzione provvisoria è da intestare all’ASST “Papa Giovanni XXIII” - Codice fiscale/partita IVA: 04114370168.**
- c) **Il valore di riferimento per il calcolo della cauzione provvisoria è €20.250.000,00.**

✓ **QUESITO 2:**

Elenco prodotti “n° 13.079.000 *Set monouso sterile per prelievo multiplo con ago a farfalla di sicurezza 21-23-25G – adattatore preassemblato – tubo di raccordo varie lunghezze*”.

Per permettere una più ampia partecipazione alla gara e cercare un maggior risparmio della stazione appaltanti chiediamo che tale voce sia scorporata dalla gara, in quanto gli aghi a farfalla presenti sul mercato anche di aziende che non fabbricano l’intero sistema di prelievo sottovuoto, rispettano standard perfettamente compatibili con gli altri dispositivi per prelievo quali adattatori Luer e camicie e le provette.

A dimostrazione del fatto che gli aghi a farfalla presenti nel mercato sono compatibili con il sistema di prelievo sottovuoto facciamo riferimento alla voce elenco prodotti “n° 7.788.000 *adattatori Luer per prelievi multipli monouso sterile*”.

Gli adattatori Luer servono a raccordare gli aghi a farfalla già presenti nelle strutture sia per prelievo che per infusione e di qualsiasi marca.

**Risposta: per ragioni organizzative non si è ritenuto opportuno –in sede di tavolo tecnico tra le AA.OO. partecipanti alla gara- stralciare una componente così importante della fase preanalitica.**

✓ **QUESITO 3:**

Regolamento di gara – art. 1 “*Oggetto del contratto e base d’Appalto*”:

*“Durata del contratto anni 6 più eventuale rinnovo per un massimo di altri tre anni”*

La durata di sei anni + rinnovo di altri tre è eccessivamente lunga poiché per il fornitore diventerebbe troppo rischioso ed oneroso mantenere i prezzi fissi per un periodo così lungo, nonostante quanto previsto dall’articolo 23 “Revisione Prezzi” del Capitolato Speciale.

**Risposta: la scelta in merito alla durata del contratto è stata condivisa dalle AA.OO. partecipanti alla gara.**

**Bergamo, 07.01.2016**