

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO
INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO
OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII
LOTTO UNICO**

ALLEGATO 2_D

**QUESTIONARIO TECNICO
PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO**

| QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER LA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII LOTTO UNICO | | |
|--|--|--|
| Produttore | | |
| Modello | | |
| Fornitore | | |
| Anno inizio produzione | | |

*NEL CAMPO “DESCRIZIONE” È NECESSARIO INSERIRE IL RIFERIMENTO ALLA PAGINA DELLA
RELAZIONE TECNICA DOVE IL CRITERIO VIENE ULTERIORMENTE DESCRITTO E APPROFONDITO.*

| | Criterio | Max punteggio attribuibile (D) | Da compilare da parte dell’operatore economico indicando il riferimento alla pagina della documentazione tecnica prodotta |
|----------|--|---|--|
| A | Caratteristiche CT | 40 | |
| 1 | N. di strati acquisiti in singola rotazione | 3 | |
| 2 | Ampiezza del bore (diametro in cm) | 10 | |
| 3 | FOV | 10 | |
| 4 | Peso e dimensioni della superficie di appoggio | 3 | |
| 5 | Assorbimento e tipo di presa elettrica necessaria all’alimentazione | 3 | |
| 6 | Sistemi di contenimento della dose: descrive quelli a bordo macchina e quelli eventualmente inclusi in offerta | 5 | |
| 7 | Elencare marca e modello dei tavoli operatori compatibili con il sistema | 6 | |

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO
INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO
OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII
LOTTO UNICO**

ALLEGATO 2_D

**QUESTIONARIO TECNICO
PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO**

| | | | |
|----------|---|----|--|
| B | Interfacce INCLUSE in offerta | | |
| 1 | Si chiede di specificare il livello di integrazione proposta (valutazione soluzione proposta) | 15 | |
| C | Software applicativi | | |
| 1 | Software applicativi offerti al fine di soddisfare i bisogni clinici indicati nel punto 1 del CSA: descrive sinteticamente | 25 | |
| C | ADEGUATEZZA E PRATICITÀ DI UTILIZZO – da non compilare a cura della ditta - | | |
| | Adeguatezza e praticità di utilizzo (la commissione tecnica si riserva di chiedere in visione il sistema proposto o di recarsi presso altri centri nei quali il sistema proposto è in uso per poter valutare gli aspetto valutati in questa sessione) | 10 | |

Si rammenta che la commissione giudicatrice potrà richiedere la prova pratica dei dispositivi in oggetto per almeno 10 giorni lavorativi e che, in tale caso, la ditta dovrà mettere a disposizione dell’ASST Papa Giovanni XXIII gli apparecchi nella configurazione proposta in gara entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Il presente questionario dovrà essere restituito anche in formato word editabile.

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini dell’attribuzione del punteggio. Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. In caso di mancata risposta, non si procederà all’attribuzione del punteggio.

_____, li _____

FIRMA

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)
