**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO
INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO
OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII
LOTTO UNICO.**

ALLEGATO 3_D

SCHEMA TECNICA DA COMPILARE A CURA DELL’OFFERENTE
PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI

Compilare indicando SÌ o NO come risposta (possesso o meno del relativo requisito richiesto).
Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del
documento e la pagina di riferimento. Specificare ulteriori note solo in caso di necessità di
esemplificare l’equivalenza.

Produttore	
Modello	
Fornitore	
Anno inizio produzione	

		Da compilare da parte dell’operatore economico indicando il riferimento alla pagina della documentazione tecnica prodotta
1	sistema di acquisizione di almeno 32 strati	
2	ampiezza del bore compatibile con i tavoli operatori su tavoli operatori indicati in capitolato: minimo 75 cm	
3	campo di vista (FOV) non inferiore a 50 cm	
4	generatore con sistema di gestione del calore in grado di supportare le attività chirurgiche sopra indicate (art. 1)	
5	funzionalità minime garantite: dovrà essere fornito ogni sw ed ogni componente hw od accessorio necessario a poter consentire le applicazioni di cui al punti 1 del presente capitolato	
6	facilità di spostamento da una stanza all’altra	
7	sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata tramite report strutturato	
8	alimentazione compatibile con quella presente nelle sale operatorie (eventuali adeguamenti della spina	

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO
INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO
OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII
LOTTO UNICO.**

	dell’apparecchiatura o delle prese in sala sono da considerarsi incluse nella fornitura)	
9	peso compatibile con la portata dei pavimenti delle sale operatorie e dei corridoi circostanti	
10	dimensioni compatibili con le porte ed i corridoi del quartiere operatorio	
11	è richiesto che sia consentito effettuare esami su pazienti intubati collocati su tavoli operatori modello Vanto produttore Maquet (Getinge)	
12	è necessario che il sistema sia completo di soluzioni atte a garantire una significativa riduzione della dose per il paziente (soprattutto pediatrico) e per gli operatori.	

Il presente questionario dovrà essere restituito anche in formato word. La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini della valutazione della rispondenza alle caratteristiche di minima.

_____, li _____

FIRMA

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)