

**PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA”
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA,
DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII
LOTTO UNICO**

ALLEGATO 2_D

**QUESTIONARIO TECNICO
PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO**

**QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER LA FORNITURA DI N. 1
SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, DA DESTINARE ALLA SC
CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII
LOTTO UNICO.**

Produttore	
Modello	
Fornitore	
Anno inizio produzione	

NEL CAMPO “DESCRIZIONE” È NECESSARIO INSERIRE IL RIFERIMENTO ALLA PAGINA DELLA RELAZIONE TECNICA DOVE IL CRITERIO VIENE ULTERIORMENTE DESCRITTO E APPROFONDITO.

	Criterio	Max punteggio attribuibile	Da compilare da parte dell’operatore economico indicando il riferimento alla pagina della documentazione tecnica prodotta
1.	Pompe roller Tipologia di pompe fornite e relativa quantità, Range di regolazione della pompa, emolisi, modalità di sostituzione in caso di malfunzionamento, etc.	10	
2.	Pompa centrifuga Range di regolazione della pompa, emolisi, modalità di sostituzione in caso di malfunzionamento, etc. <u>Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica.</u>	6	
3.	Caratteristiche del monitor per la visualizzazione dei parametri paziente (parametri visualizzati, dimensioni, posizionamento...). <u>Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica.</u>	6	
4.	Pannello di controllo: Caratteristiche generali del pannello di controllo (tipologia, dimensioni, orientabilità, parametri visualizzati, configurabilità, personalizzazione). <u>Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato inserito in offerta tecnica.</u>	6	

**PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA”
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA,
DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII
LOTTO UNICO**

ALLEGATO 2_D

**QUESTIONARIO TECNICO
PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO**

5.	Caratteristiche generali del miscelatore di gas (tipologico-elettronico/meccanico, grado di precisione, gas miscelati, valori impostabili e letti, etc...) <u>Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato inserito in offerta tecnica.</u>	8	
6.	Autonomia della batteria tampone [min.] (in condizioni di livello massimo di carica e in caso di massimo assorbimento del sistema) <u>Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica.</u>	4	
7.	Modalità di esportazione dei parametri , degli allarmi degli eventi relativi al funzionamento e della cartella di perfusione.	3	
8.	Sensori di rilevazione bolle, flusso, temperatura, pressione: Indicare la tecnologia dei sensori ed i rispettivi range di misura <u>Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato inserito in offerta tecnica.</u>	12	
9.	Caratteristiche generali del sistema offerto (ergonomia complessiva, possibilità di personalizzare e modificare la configurazione del sistema, maneggevolezza, trasportabilità, presenza pompa di riserva, manovella di emergenza) <u>Valutazione mediante PROVA PRATICA</u> (come indicato nel punto 15 del Disciplinare).	15	Non compilare
	Totale punti	70	

Il presente questionario dovrà essere restituito anche in formato word editabile.

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini dell’attribuzione del punteggio. Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. In caso di mancata risposta, non si procederà all’attribuzione del punteggio.

_____, lì _____

FIRMA
(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)