



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

**QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER
PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N. 1 ANGIOGRAFO MONOPLANARE DA DESTINARE ALLA SALA DI SSD
ELETTROFISIOLOGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII.
LOTTO UNICO**

Produttore	
Modello	
Fornitore	
Anno inizio produzione	

Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

	Criterio	SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE	PUNTI MAX	PUNTI MAX D	PUNTI MAX T
1.	Layout del sistema		15		
	<p>Versatilità geometrica e libertà di movimento dello stativo. Capacità di copertura del tavolo paziente, garantendo elevata varietà di proiezioni. Praticità d'utilizzo, ergonomia e ingombro complessivo del sistema nell'ambiente di sala. (La descrizione testuale nella casella a fianco può essere accompagnata da elaborati grafici, planimetrie e rendering, eventualmente anche 3D. In fase di valutazione delle offerte, la commissione tecnica si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di poter visionare il sistema proposto presso un centro in cui sia già in servizio, indicato dal Fornitore stesso.)</p>			15	
2.	Monitor in sala d'esame - large screen		10		
	<p>Libertà di personalizzazione e di cambio del layout delle viste (numero dei segnali contemporaneamente visibili e relative dimensioni). Flessibilità, semplicità e rapidità di variazioni di configurazione durante la procedura.</p>			10	

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

3. Monitor di sicurezza		5		
Numero e dimensioni dei monitor di sicurezza. Posizione di installazione. Numero massimo di segnali visualizzabili e flessibilità di configurazione delle viste.			5	
4. Livello di integrazione del sistema con dispositivi di terze parti		20		
Possibilità di gestione, comando e controllo attivo degli applicativi software del poligrafo e dei sistemi di mappaggio cardiaco direttamente anche dalla sala d'esame, attraverso opportuni strumenti di interfaccia hardware e/o software.			20	
5. Software di roadmapping		15		
Livello, caratteristiche e potenzialità del software di roadmapping integrato. Eventuali funzionalità avanzate di adattamento dinamico dell'immagine, capaci di compensare in tempo reale i movimenti cardiaci e respiratori.			15	
6. Ottimizzazione della dose e radioprotezione		5		
Strumenti di assistenza alla riduzione della dose (Dose Reduction). Efficacia nel mantenimento della qualità dell'immagine a bassa dose. Interfacce di monitoraggio.			5	

Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

7. Opere e lavori		5		
Opere edili/impiantistiche, organizzazione e gestione del cantiere. Cronoprogramma e durata complessiva degli interventi. Impatto sulle strutture operative coinvolte; gestione delle interferenze e dei rischi operativi. (La ditta concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica la documentazione indicata nel CSA destinata ai lavori.)			5	
8. Ulteriori caratteristiche migliorative		4		
Proposte tecniche, funzionalità software, accorgimenti hardware, etc. non esplicitamente richiesti nei precedenti criteri ma che rappresentino un chiaro beneficio per l'attività clinica, la sicurezza del paziente o l'efficienza operativa della Struttura, coerenti con l'effettiva destinazione d'uso del sistema.			4	
9. Promozione della parità di genere		1		
Possesso certificazione parità di genere di cui all'art. 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al d.lgs. n. 198/2006 (ex art. 108, comma 7 del d.lgs. n. 36/2023).				Sì: 1 No: 0
TOTALE:		80		

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

