

**PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA”
 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
 N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA,
 DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII
 LOTTO UNICO**

ALLEGATO 3_D

**SCHEDA TECNICA DA COMPILEARE A CURA DELL’OFFERENTE
 PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI**

Compilare indicando SÌ o NO come risposta (possesso o meno del relativo requisito richiesto). Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. Specificare ulteriori note solo in caso di necessità di esemplificare l’equivalenza.

Produttore	
Modello	
Fornitore	
Anno inizio produzione	

	Requisito	Possesso o meno del relativo requisito richiesto
1.	Consolle base completa.	
2.	Gruppo stativo per il montaggio di pompe e altre apparecchiature.	
3.	Carrello con peso ed ingombro ridotto, facilità di spostamento e ruote frenate.	
4.	Barre di sospensione, piano di appoggio, vassoio per oggetti.	
5.	Lampada a led.	
6.	Asta telescopica verticale regolabile con un gancio per infusione.	
7.	Asta per set da tavolo con un gancio per infusione e un gancio per tenere il set di tubi di perfusione.	
8.	Cockpit per la gestione della macchina con relativo braccio di supporto.	
9.	Braccio di prolunga per pompa arteriosa.	
10.	N. 4 pompe a rullo grandi con relativi supporti e accessori.	
11.	N. 3 pompe a rullo piccole con relativi supporti e accessori.	
12.	N. 1 clamp elettronica per linea venosa.	

**PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA”
 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
 N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA,
 DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII
 LOTTO UNICO**

13.	N. 1 pompa centrifuga con braccio lungo.	
14.	N. 6 unità di comando, n. 4 supporti singoli per unità di comando, n. 1 supporti doppi per unità di comando.	
15.	N. 2 moduli di flusso completi di n. 2 sensori di flusso 3/16”, n. 2 da 1/4”, n. 2 da 3/8” e n. 1 da 1/2” completi di supporto.	
16.	Modulo sensore di bolle completo di n. 1 sensori di bolle da 3/8” e n. 2 da 1/4”.	
17.	N. 1 modulo controllo di livello completi di sensore e supporto.	
18.	N. 1 modulo controllo di temperatura completo di n.2 sonda di temperatura per ossigenatori adulti e n. 2 sonde per ossigenatore bambini.	
19.	N. 2 moduli di controllo di pressione a 6 canali completi di un cavo traduttore di pressione per ogni canale e supporti.	
20.	Sistema di monitoraggio in linea del sangue venoso e arterioso completo di supporti sensori arterioso e venoso.	
21.	N. 1 miscelatore di gas O2 e aria completo di set tubi.	
22.	Monitor paziente con vista configurabile, costituito da un pannello che visualizza i dati di perfusione e del paziente.	

Il presente questionario dovrà essere restituito anche in formato word.

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini della valutazione della rispondenza alle caratteristiche di minima.

_____, lì _____

FIRMA

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)