

CHIARIMENTI

Oggetto: Procedura aperta aggregata per la fornitura di sistemi automatizzati per l'esecuzione dell'analisi emocromocitometrica, della conta dei reticolociti e dell'analisi citometrica dei liquidi biologici, occorrenti alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (capofila) e alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza (mandante).

- 1) Chiarimento relativo alle piastrine: relativamente al criterio a punteggio sul conteggio piastrinico, si richiede di poter rispondere con tre canali e/o metodi di conteggio per la determinazione delle piastrine, dimostrandone la validità dal punto di vista clinico-diagnostico.

Risposta: *Si conferma la possibilità di avanzare tale proposta. Sarà compito della Commissione Giudicatrice determinare il punteggio da attribuire a tale proposta.*

- 2) Chiarimento relativo al programma interlab: dal momento che la certificazione ISO 17043 è relativa ai Provider di Proficiency Testing, ovvero programmi di VEQ, si chiede se sia sufficiente fornire un programma interlab che permetta di avere una valutazione statistica dei dati del QC, monitorando precisione e accuratezza di ciascun strumento relativamente a tutti i parametri refertabili.

Risposta: *Si conferma la possibilità di avanzare tale proposta. Sarà compito della Commissione Giudicatrice determinare il punteggio da attribuire a tale proposta.*

- 3) Chiarimento relativo alla documentazione pubblicata dall'Ente: in riferimento al Questionario Tecnico, nella sezione "Descrizione requisiti minimi", punto C) SISTEMA DI AUTOMAZIONE IRCCS Monza San Gerardo dei Tintori, si riscontrano alcune incongruenze rispetto a quanto riportato nel Capitolato Speciale. In particolare, nel Capitolato Speciale sono indicate quattro postazioni di validazione, mentre nel Questionario Tecnico ne vengono richieste cinque. Si chiede cortesemente di confermare quale sia il numero corretto. Inoltre, si segnala che nel Questionario Tecnico è presente una sezione con richieste relative a chimica clinica e urine, che non risultano presenti nel Capitolato Speciale. Si chiede pertanto di chiarire se tali richieste siano da considerarsi un refuso.

Risposta: *Si conferma la presenza di refusi. "Sistema gestionale Esperto (Middleware) dotato di nr.5 postazioni di validazione e con architettura in rete geografica con il Presidio di San Giovanni Bianco per permettere la validazione a distanza", non è congruente con la situazione (che ovviamente non richiede validazioni a distanza) dell'IRCCS San Gerardo-Servizio immunotrasfusionale, che come da capitolato speciale richiede un "Sistema gestionale Esperto (Middleware) dotato di nr.4 postazioni di validazione". Per maggiore chiarezza si allega il Questionario Tecnico debitamente rettificato.*