

## **CHIARIMENTI 2**

**Oggetto: Procedura aperta aggregata per la fornitura di sistemi automatizzati per l'esecuzione dell'analisi emocromocitometrica, della conta dei reticolociti e dell'analisi citometrica dei liquidi biologici, occorrenti alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (capofila) e alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza (mandante).**

- 1) Quesito: Relativamente al Questionario tecnico, criterio di valutazione tecnica nr. 4, al fine di elaborare il progetto in modo ottimale, per il Presidio di Bergamo si chiede di specificare l'analizzatore per la determinazione dell'emoglobina glicata (HbA1c) da collegare al sistema analitico per gli emocromi, comprensivo di sistema di sorting e archiving delle provette.

**Risposta: lo strumento per le emoglobine glicate da collegare alla catena di ematologia è HLC-723 G11 di Tosoh.**

- 2) Quesito: In merito al Capitolato speciale d'appalto pag. 3 paragrafo "Caratteristiche di minima per la fornitura per la ASST Papa Giovanni XXIII- Bergamo" alla voce Presidio di Bergamo "Sistema costituito da più moduli analitici, fisicamente connessi tra loro e in grado di eseguire almeno 500 test/ora per emocromo con formula, reticolociti, eritroblasti, piastrine con metodo impedenziometrico e liquidi biologici", si chiede di confermare che 500 test/ora siano richiesti in profilo emocromo con formula ed eritroblasti.

**Risposta: la cadenza analitica richiesta è di 500 test ora nel profilo emocromo con formula e reticolociti**

- 3) Quesito: In merito al Capitolato speciale d'appalto alle pag. 3 paragrafo "Caratteristiche di minima per la fornitura per la ASST Papa Giovanni XXIII- Bergamo" alla voce Presidio di Bergamo "Nr.1 strisciatore automatico da banco di back up", e a pag. 4 alla voce Presidio di San Giovanni Bianco " Nr.1 strisciatore automatico da banco" si chiede di confermare che la fornitura, per i presidi sopracitati, di un sistema di striscio automatico mediante apposizione della goccia di sangue da parte dell'operatore sia rispondente alla richiesta.

**Risposta: saranno ritenuti idonei anche strisciatori non completamente automatici, o semiautomatici, si vedano al riguardo le revisioni documentali pubblicate.**

- 4) Quesito: In merito al Capitolato speciale d'appalto pag. 4 paragrafo "Caratteristiche di minima per la fornitura per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza (Servizio ImmunoTrasfusionale)" alla voce "Sistema costituito da più moduli analitici, fisicamente connessi tra loro e in grado di eseguire almeno 400 test/ora per emocromo con formula, reticolociti, eritroblasti, piastrine con metodo impedenziometrico e liquidi biologici", si chiede di confermare che 400 test/ora siano richiesti in profilo emocromo con formula ed eritroblasti.

**Risposta: la cadenza analitica richiesta è di 400 test ora nel profilo emocromo con formula e reticolociti**

- 5) Quesito: Si chiede di confermare che si possano allegare, in sede di gara, le certificazioni internazionali e le Dichiarazioni di Conformità CE in lingua inglese. Tali documenti sono redatti secondo formati standardizzati e universalmente riconosciuti, e risultano di agevole comprensione anche in lingua inglese.

**Risposta: Si accoglie la proposta**

- 6) Quesito: In riferimento al disciplinare di gara pag.31 al paragrafo 16. Offerta Tecnica al punto “3. moduli documentazione ditta (Allegati: Mod01PG1MQ7 e Mod02PG1MQ7), debitamente compilati.”, si chiede di confermare che in fase di offerta il documento denominato “Mod02PG1MQ7” sia da compilare solo per il modulo analitico (contaglobuli), per lo strisciatore/coloratore automatico e per il lettore digitale di vetrini.

**Risposta: Devono essere compilati per tutte le apparecchiature fornite**

- 7) Quesito: Alla luce di quanto indicato nel disciplinare di gara a pag. 32 “Nella documentazione amministrativa e tecnica non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, che compongano l’offerta economica o che comunque riguardino l’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara.” Si chiede di confermare che nel documento denominato “Mod02PG1MQ7” il campo “Valore dell’apparecchiatura offerta (€, iva inclusa):” sia da non compilare.

**Risposta: Non è necessaria la compilazione di tale campo. L’informazione sarà richiesta successivamente all’aggiudicatario**

- 8) Quesito: In riferimento al disciplinare di gara pag. 34 Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica criterio “Per il Presidio di Bergamo, collegamento fisico dell’analizzatore per le emoglobine glicate al sistema analitico per gli emocromi, comprensivo di sistema di sorting e archiving delle provette.” Si chiede di confermare che l’analizzatore per l’emoglobine glicate non sia da includere in offerta e si chiede di confermare che la richiesta sia riferita all’analizzatore per le emoglobine glicate già presente in laboratorio.

**Risposta: lo strumento per le emoglobine glicate da collegare alla catena di ematologia è HLC-723 G11 di Tosoh**

- 9) Quesito: Si chiede di confermare che per i presidi di Bergamo e di Monza (servizio Immunotrasfusionale) i Reticolociti siano da eseguire su almeno due moduli analitici.

**Risposta: sia per Bergamo che per Monza si confermano almeno due moduli in grado di eseguire i reticolociti**

- 10) Quesito: Si chiede di confermare che per i presidi di Bergamo e di Monza (servizio Immunotrasfusionale) l’analisi dei liquidi biologici siano da eseguire su almeno due moduli analitici.

**Risposta: Sia per Bergamo che per Monza si confermano almeno due moduli in grado di eseguire l’analisi dei liquidi biologici**

Data, 06.08.2025