

DELIBERAZIONE NR. 116 DEL 23/01/2025

**OGGETTO:** ESITO DELLA PROCEDURA “APERTA” MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. COSTO COMPLESSIVO EURO 283.137,60 IVA 22% COMPRESA.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. MAURO MORENO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso che:**

- con determina n. 244 del 24.04.2024 è stato – tra l’altro - disposto:
  - ✓ di indire procedura “aperta”, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SinTel, per l’affidamento della fornitura di n. 1 sistema di neuronavigazione da destinare alla SC Neurochirurgia – Blocco operatorio, lotto unico;
  - ✓ di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 (punteggio complessivo 100 punti: 90 qualità/10 prezzo);
  - ✓ di approvare la documentazione di gara, consistente nel bando di gara, disciplinare di gara e annessi allegati, capitolato speciale d’appalto e annessi allegati;
  - ✓ di pubblicare, ai sensi degli artt. 84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023, il bando sulla Gazzetta Ufficiale UE, nonché sul sito web dell’azienda, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC;
  - ✓ di dare mandato alla SC Gestione acquisti di espletare la procedura di gara e di sottoscrivere la relativa documentazione;
  - ✓ di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell’art. 93, comma 1, del d.lgs.

n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte che sarebbero pervenute;

- con determina n. 447 del 26.06.2024 sono state nominate le commissioni amministrativa e tecnica, con l'incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto;

**Visti:**

- il Verbale n. 1 della 1^ seduta riservata tenutasi in data 01 - 02.07.2024 (allegato A) dal quale - tra l'altro - si evince che l'apposita commissione amministrativa:

- a) operando tramite il sistema telematico, in via preliminare, ha riscontrato che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte (ore 13.00 del 19.06.2024), fissato nel disciplinare di gara - è pervenuta l'offerta dei seguenti concorrenti, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva:

	<b>Operatore economico</b>
1	Masmec S.p.A.
2	Medtronic Italia S.p.A.
3	Brainlab Italia s.r.l.

- b) successivamente ha provveduto all'apertura delle offerte ed - effettuati i dovuti controlli - ha disposto l'ammissione alle fasi successive di gara dei suindicati soggetti, avendo gli stessi prodotto documentazione completa e conforme a quanto prescritto;
  - c) ha effettuato, su piattaforma, lo sblocco e l'apertura dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, constatando la sola presenza dei documenti prescritti;
  - d) ha previsto la successiva trasmissione della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti ammessi al presidente della commissione tecnica, per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate;
- l'e-mail del 02.07.2024, prot. int. n. 44338/24 con cui si informava il presidente dell'apposita commissione dell'invio della documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico - dai partecipanti, mediante lo strumento informatico di condivisione One Drive, per le necessarie valutazioni;
  - la nota prot. ASST n. 2089 del 13.01.2025, con cui il presidente della commissione tecnica ha inviato il verbale del 13.01.2025 e relativi allegati, concernenti le attività svolte (allegato B);
  - il Verbale n. 2 della 2^ seduta riservata in data 14.01.2025 (allegato C), nel corso della quale la commissione amministrativa:
    - a) ha preso atto delle risultanze della valutazione espressa dalla commissione tecnica, ha dato pubblica lettura dei punteggi attribuiti agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dai tre concorrenti in gara, come sotto riportato:

<b>Denominazione</b>	<b>Punti alla qualità max p. 90</b>
Masmec S.p.A.	46,25
Medtronic Italia S.p.A.	68,75
Brainlab Italia s.r.l.	58,50

- b) ha effettuato il relativo inserimento nel sistema SinTel;
- c) ha provveduto, quindi, all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica dei soggetti ammessi e gli eventuali relativi allegati, rilevando le seguenti condizioni economiche d'offerta:

<b>Denominazione</b>	<b>Importo offerto IVA esclusa</b>
Masmec S.p.A.	€ 234.250,00
Medtronic Italia S.p.A.	€ 232.000,00
Brainlab Italia s.r.l.	€ 235.000,00

- d) ha determinato il punteggio globale (parte tecnico-qualitativa + parte economica) riportato dai concorrenti, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

<b>N.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Punti alla qualità (max p. 90)</b>	<b>Importo complessivo presunto a base d'asta € 237.000,00 (IVA esclusa)</b>	<b>Punti offerta economica (max p. 10)</b>	<b>Punteggio totale</b>
1	Medtronic Italia S.p.A.	68,75	€ 232.000,00	10,00	78,75
2	Brainlab Italia s.r.l.	58,50	€ 235.000,00	9,87	68,37
3	Masmec S.p.A.	46,25	€ 234.250,00	9,90	56,15

- e) completata l'attribuzione dei punteggi:
- ✓ ha proceduto alla verifica ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ha rilevato che non è stata presentata offerta anomala;
  - ✓ ha quindi disposto la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto a Medtronic Italia S.p.A., concorrente 1<sup>a</sup> classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 78,75/100, per l'importo complessivo di € 232.000,00 oltre IVA 22%, subordinando l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento aziendale;

**Dato atto** che i controlli di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico si sono conclusi con esito positivo;

**Constatato** che il responsabile unico di progetto (RUP), richiamate le disposizioni del d.l. n. 168/2004, convertito in l. n. 191/2004 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con circolare del 24.9.2004 prot. n. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla deliberazione n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del DPCM 11.7.2018, ha verificato che attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi, che non rientrano nelle categorie merceologiche di cui allo stesso DPCM;

**Precisato** che il costo complessivo per la fornitura in oggetto ammonta a € 232.000,00 oltre IVA 22%, oltre € 80,00 IVA 22% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 232.080,00 IVA 22% esclusa (€ 283.137,60 IVA 22% inclusa), e tale onere farà carico al budget dell'autorizzazione n. 1459 sub 1 del bilancio 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

**Evidenziato** che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti;

**Dato atto** che la dr.ssa Daniela Algeri è altresì il responsabile del procedimento amministrativo;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

## DELIBERA

1. di approvare l'operato delle commissioni amministrativa e tecnica, quale risultante dai n. 3 documenti richiamati in premessa (allegati A, B, e C), che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura di n. 1 sistema di neuronavigazione da destinare alla SC Neurochirurgia – Blocco operatorio dell'ASST, lotto unico, a Medtronic Italia S.p.A., con sede a Milano, concorrente 1^ classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 78,75/100, per l'importo di € 232.000,00 oltre IVA 22%;
3. di dare atto che, a norma dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avrà luogo decorso il termine dilatorio di cui al medesimo articolo;
4. di dare mandato alla SC Gestione acquisti di provvedere alla stipula del contratto con la sopraccitata società, in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;
5. di dare atto che il costo complessivo per la fornitura in oggetto ammonta a € 232.000,00 oltre IVA 22%, oltre € 80,00 IVA 22% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 232.080,00 IVA 22% esclusa (€ 283.137,60 IVA 22% inclusa), e tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 1459 sub 1 del bilancio 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, il direttore della SC Ingegneria clinica, nei confronti del quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse, o suo delegato;
7. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale che sarà adottato e del relativo impegno di spesa;
8. di dare atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale assegnato alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



**VERBALE N. 1  
DI AMMISSIONE A GARA**

**PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.**

**CIG: B18FD0B367**

L’anno 2024, addì 1° del mese di **luglio**, presso la SC Gestione Acquisti, dalle ore 10.20 alle ore 11.40, si riunisce - in 1^ seduta riservata - l’apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr.ssa Daniela Algeri - Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione acquisti;

Componente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

per l’apertura della Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa prodotta dai sottoelencati Concorrenti e l’esame della stessa:

	<b>Operatore economico</b>
1	Masmec S.p.A.
2	Medtronic Italia S.p.a.
3	Brainlab Italia S.r.l.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Presidente: dr.ssa Daniela Algeri.



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



Preliminarmente si dà atto che con determina n. 447 del 26.06.2024 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l'incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto.

\*\*\*\*\*

Premesso quanto sopra, richiamata:

- la determina n. 244 del 24.04.2024 con cui è stato – tra l'altro - disposto:

- a) di indire procedura "aperta", ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di n. 1 sistema di neuronavigazione da destinare alla SC Neurochirurgia – blocco operatorio dell'ASST Papa Giovanni XXIII;
- b) di provvedere alla relativa aggiudicazione con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) di approvare la documentazione di gara, consistente nel disciplinare di gara e annessi allegati, capitolato speciale d'appalto e annessi allegati;
- d) di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte;

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

operando mediante il sistema telematico, in via preliminare, riscontra che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 19.06.2024 - risulta pervenuta l'offerta di n. 3 Concorrenti riportati sul frontespizio del presente verbale, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva.

Successivamente, provvede all'apertura delle offerte presentate e, come si evince dall'unito prospetto riepilogativo, parte integrante del presente verbale:

- a) verifica che le stesse sono composte da Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa, Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica e Busta Telematica contenente l'Offerta Economica (d'altro canto, l'esito positivo di tale controllo è già implicito nella rilevazione della presenza su Sintel dell'offerta medesima, in quanto eventuali offerte intempestive ed incomplete ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie non sono accettate dal Sistema);

2



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- b) accede all'area contenente la Documentazione Amministrativa delle offerte presentate, dando atto che le Offerte Tecniche e le Offerte Economiche resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né da parte dell'Azienda, né di terzi;
- c) effettua il riscontro della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti per i concorrenti Masmec S.p.A., Medtronic Italia S.p.a. e Brainlab Italia S.r.l.;
- d) procede all'analisi degli atti costituenti la Documentazione Amministrativa dai predetti n. 3 Concorrenti;
- e) rileva che per quanto riguarda la Masmec S.p.a. risulta prodotto il DGUE in formato xml, come previsto in gara, ma ritiene di chiederne anche l'invio di una copia in formato pdf per una migliore e pronta consultazione. Inoltre, alla documentazione amministrativa non è allegata copia della certificazione ISO 9000 a comprova della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria;
- f) procede, quindi, a richiedere al concorrente Masmec S.p.a., tramite il canale comunicazioni di Sintel, di fornire entro il 02.07.2024 sia copia del DGUE in formato .pdf, sia copia della certificazione ISO 9000.

Alle ore 11.40 la seduta viene sospesa e aggiornata al giorno 02.07.2024, come previsto dall'art. 19 della Disciplina i gara, per verificare che il concorrente Masmec S.p.a. abbia prodotto i documenti richiesti e per procedere con l'ammissione dei n. 3 concorrenti in gara.

\*\*\*\*\*

Successivamente, l'anno 2024, addì 2 del mese di **luglio**, presso la SC Gestione Acquisti, dalle ore 09.05 alle ore 09.15, si riunisce la Commissione amministrativa in premessa per la prosecuzione della 1^ seduta riservata.

La Commissione:

- a) verifica che il concorrente Masmec S.p.a. con comunicazione protocollo informatico id Sintel n. 185954898 in data 01.07.2024 ha prodotto la documentazione richiesta;
- b) effettua la verifica dei suddetti documenti (DGUE in formato pdf e certificazione ISO 9001) e li ritiene idonei.

Viste le risultanze dell'analisi della documentazione amministrativa dei n.3 concorrenti, effettuata nelle date dell' 01 e 2 luglio 2024

La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- a) dichiara ammessi alle fasi successive della procedura i seguenti soggetti, avendo prodotto documentazione amministrativa completa e conforme a quanto richiesto:

n.	denominazione	giudizio di ammissione
----	---------------	------------------------

3

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



1	Masmec S.p.A.	ammesso
2	Medtronic Italia S.p.a.	ammesso
3	Brainlab Italia S.r.l.	ammesso

- b) effettuata - infine - su piattaforma, lo sblocco e l'apertura delle Offerte Tecniche presentate, accertando la sola presenza dei documenti prescritti.

A seguito di tali riscontri,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- dà atto che:
1. i succitati Concorrenti sono definitivamente ammessi a gara;
  2. la documentazione tecnica prodotta dai medesimi, scaricata - tramite P.C. - dalle apposite Buste Telematiche, sarà trasmessa al Presidente della Commissione Tecnica e ai suoi membri per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;
- rammenta, infine, che le Offerte Economiche resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il contenuto delle stesse non sarà visibile, né da parte dell'Azienda, né di terzi sino alla 2<sup>a</sup> seduta riservata, che si terrà non appena saranno terminate le prescritte valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

Alle ore 09.15 la seduta è tolta.

Fa parte integrante del presente verbale il prospetto riepilogativo di ammissione a gara.

N.B. *Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.*

La Commissione Amministrativa

- dr.ssa Daniela Algeri
- dr. Enrico Gamba
- dr.ssa Sara Fumagalli

.....  
*Enrico Gamba*  
 .....  
 .....  
 .....

**PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA - BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.**

<b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>	<b>MASMEC SPA</b>	<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	<b>BRAINLAB ITALIA SRL</b>
➤ Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 19.06.2024	19.06.2024 12.10.33 CEST (Protocollo informatico n. 1718791833481)	18.06.2024 17.00.11CEST (Protocollo informatico n. 1718722811062)	14.06.2024 10.14.04 CEST (Protocollo informatico n. (1718352844189)
<b>BUSTA TELEMATICA A):</b> Documentazione Amministrativa	SÌ	SÌ	SÌ
<b>BUSTA TELEMATICA B):</b> Documentazione Tecnica	SÌ	SÌ	SÌ
<b>BUSTA TELEMATICA C):</b> Offerta Economica	SÌ	SÌ	SÌ
<b>BUSTA TELEMATICA A):</b> Documentazione Amministrativa			
a) Domanda di partecipazione (corredata dalle dichiarazioni integrative) ed eventuale procura	SÌ	SÌ	SÌ
b) DGUE (corredato della documentazione integrativa, in caso di avvalimento);	SÌ	SÌ	SÌ
c) Garanzia provvisoria	SÌ	SÌ	SÌ
d) Documentazione ulteriore prevista per i soggetti associati di cui al punto 14.4;	SÌ	SÌ	SÌ

*Handwritten signature and initials*

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA - BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

<b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>	<b>MASMEC SPA</b>	<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	<b>BRAINLAB ITALIA SRL</b>
e) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;	sì	sì	sì
f) dichiarazione referente per adempimenti clausola T&T	sì	sì	sì
g) Disciplinare e Capitolato Speciale sottoscritti	sì	sì	sì
h) eventuale elenco della documentazione amministrativa presentata	sì	sì	sì
<b>GIUDIZIO DI AMMISSIONE</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>AMMESSA</b>
<b>BUSTA TELEMATICA B): Documentazione Tecnica</b>			
a) relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti minimi, che deve riprodurre gli stessi capitoli e paragrafi del questionario tecnico di	sì	sì	sì

8

**PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA - BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.**

<b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>	<b>MASMEC SPA</b>	<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	<b>BRAINLAB ITALIA SRL</b>
d) codici, descrizione e listino del materiale di consumo, specificando quale materiale è dedicato/esclusivo	SÌ	SÌ	SÌ
e) manuale d'uso utente in italiano	SÌ	SÌ	SÌ
f) piano di manutenzione dettagliato sia in garanzia che post, completo di check list che viene utilizzata durante le visite manutentive	SÌ	SÌ	SÌ
g) programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori (almeno 5 giornate e la disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della stessa nel caso si ritenesse necessario);	SÌ	SÌ	SÌ
h) dichiarazione di impegno alla fornitura di parti di ricambio e di prestazioni da parte di tecnico specializzato anche richiesto da Ditta terza individuata dall'ASST per l'assistenza tecnica	SÌ	SÌ	SÌ

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA - BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

<b>REQUISITI PER AMMISSIONE</b>	<b>MASMEC SPA</b>	<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	<b>BRAINLAB ITALIA SRL</b>
<p><b>A GARA:</b></p> <p>cui al punto successivo completa di schede tecniche, tabelle, depliant, disegni, ecc. a specifica dei contenuti del progetto tecnico. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole;</p>			
<p>b) questionario tecnico (Allegato 2_D - "Scheda offerta tecnica" alla presente Lettera di invito) compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato editabile</p>	SÌ	SÌ	SÌ
<p>c) certificati di conformità alla normativa vigente (direttiva 93/42/CE e s.m.i o Nuovo regolamento 2017/745 "Nuovo regolamento dei dispositivi medici"), emessi dall'organismo notificato e in corso di validità</p>	SÌ	SÌ	SÌ

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA - BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

<b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>	<b>MASMEC SPA</b>	<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	<b>BRAINLAB ITALIA SRL</b>
i) dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione del bene (ovvero dalla conclusione con esito favorevole del collaudo)	SÌ	SÌ	SÌ
j) Modulo Mod02PG1MQ7 debitamente compilato	SÌ	SÌ	SÌ
k) offerta economica <b>senza prezzi</b>	SÌ	SÌ	SÌ
l) dichiarazione d'impegno a consegnare, in caso di aggiudicazione, senza alcun onere di spesa aggiuntivo per la ASST: 1. licenze d'uso dell'eventuale software fornito per tutto il periodo di vita e/o utilizzo del bene; 2. manuale del service, ove possibile; 3. certificati di taratura degli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche previste dal protocollo di accettazione del produttore in fase di collaudo	SÌ	SÌ	SÌ

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA - BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

<b>REQUISITI PER AMMISSIONE</b> <b>A GARA:</b>	<b>MASMEC SPA</b>	<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	<b>BRAINLAB ITALIA SRL</b>
4. in fase di collaudo il calendario delle visite di manutenzione preventiva da effettuarsi durante il periodo di garanzia (la manutenzione dovrà essere svolta entro il periodo di garanzia			
m) specifica dichiarazione, ai sensi del D.P.R n.445/2000, concernente l'assunzione dell'impegno a fornire la <b>GARANZIA full risk</b> , nulla escluso (uso improprio, eventi straordinari o accidentali, ecc.), sia per l'apparecchiatura che per gli accessori forniti, per un periodo di <b>almeno n.12 mesi solari</b> , che decorrono dal giorno successivo al collaudo positivo dell'apparecchiatura, compresa di eventuali aggiornamenti tecnologici;	Sì	Sì	Sì
n) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	NO	NO	NO

**PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA - BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.**

<b>REQUISITI PER AMMISSIONE</b> <b>A GARA:</b>	<b>MASMEC SPA</b>	<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	<b>BRAINLAB ITALIA SRL</b>
o) dichiarazione firmata contenente - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Il concorrente a tal fine allegava anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali	SÌ	Si, non ci sono parti riservate	Si, non ci sono parti riservate
<b>GIUDIZIO GLOBALE DI AMMISSIONE</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>AMMESSA</b>


Bergamo, 02.07.2024

La Commissione Amministrativa:

Dr.tta Sara Fumagalli



Dr. Enrico Gamba



Dr.ssa Daniela Algeri







**ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO**

VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE  
DALLA COMMISSIONE TECNICA

**Oggetto: PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

L’anno 2024, nelle giornate del 30/07/2024 dalle ore 14.30 alle ore 16.00, del 24/09/2024 dalle ore 14.15 alle ore 15.15, del 15/11/2024 dalle ore 15.30 alle ore 18.10, del 20/11/2024 dalle ore 14.30 alle ore 16,15 e del 26/11/2024 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e del 13/01/2025 dalle ore 14.30 alle ore 15.00, presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica, nominata con determina n. 447 del 26.06.2024, composta da:

Presidente dott. Luigi Alberto Andrea Lanterna – Direttore SC Neurochirurgia;  
Componente ing. Alessandra Zanardi, Collaboratore tecnico professionale – SC Ingegneria Clinica;  
Componente dott. Angelo Mirco Sicignano – Dirigente Medico SC Neurochirurgia,

1

per effettuare la valutazione della documentazione tecnica prodotta dai Concorrenti di seguito indicati, che hanno presentato offerta, in conformità ai punti 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara, nei termini seguenti:

- esame e valutazione della documentazione stessa;
- assegnazione all’elemento/parametro dei coefficienti V(a)i determinati secondo i criteri riportati nella tabella esposta al punto 17.2 del medesimo Disciplinare di gara;
- compilazione:
  - a) di un prospetto riepilogativo dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario per ciascun elemento/parametro valutato, con il corrispondente punteggio conseguito;
  - b) un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dal Concorrente per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

In particolare, nella seduta del 30.07.2024, il Presidente della Commissione Tecnica (Commissione Giudicatrice) ha dato atto che risultava trasmessa (in formato elettronico, mediante l’utilizzo del sistema



di condivisione OneDrive) da parte della Commissione Amministrativa (Seggio di Gara), la documentazione tecnica presentata dai seguenti soggetti:

<i>n.</i>	<i>denominazione</i>
1	<b>Brainlab Italia S.r.l.</b>
2	<b>Medtronic Italia S.p.a.</b>
3	<b>Masmec S.p.a.</b>

Sulla scorta del richiamato Disciplinare di gara, la Commissione Tecnica ha, quindi, proceduto:

- all'apertura dei files, relativi alla documentazione tecnica presentata (tramite piattaforma Sintel) dai suindicati Concorrenti;
- alla quantificazione dell'attività da svolgere.

La Commissione tecnica ha svolto le attività di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute con il seguente calendario:

- 30.07.2024 apertura documentazione, quantificazione lavoro, esame dell'offerta tecnica relativamente alla ditta Medtronic Italia S.p.a. e inizio della prova clinica fino a 07.08.2024;
- 24.09.2024 esame dell'offerta tecnica Brainlab Italia S.r.l. e inizio della prova clinica fino a 04.10.2024 (data prorogata rispetto all'originale 02.10.2024 attesa la necessità di utilizzare lo strumento in pari modo rispetto all'altro candidato Medtronic Italia S.p.a.);
- 15.11.2024 esame dell'offerta tecnica della ditta Masmec S.p.a. e inizio attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione;
- 20.11.2024 prosecuzione dell'esame della documentazione tecnica di tutti i concorrenti;
- 26.11.2024 prosecuzione dell'esame della documentazione tecnica di tutti i concorrenti e attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione;
- 13.01.2025 conclusione dell'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione e calcolo del punteggio finale a partire dai punteggi attribuiti dai singoli commissari nel documento riassuntivo e chiusura dei lavori.

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice ha deciso "all'unanimità" di avvalersi di un foglio di calcolo Excel, che consente – a fronte delle valutazioni espresse - l'attribuzione automatica dei punteggi, in base ai criteri riportati nella Disciplinare di gara.

Si dà atto che nella documentazione di gara era prevista all'art. 15 del Disciplinare la prova/visione della tecnologia proposta dai Concorrenti. Le ditte Medtronic Italia S.p.a. e Brainlab Italia S.r.l. hanno dato la loro disponibilità a detta prova/visione, che si è svolta rispettivamente nel periodo 30.07.2024-07.08.2024 per la prima e dal 24.09.2024 al 04.10.2024 per la seconda, mentre il concorrente Masmec S.p.a. con comunicazione id Sintel n. 186982879 del 23.07.2024 ha declinato l'invito ad effettuare la prova/visione del proprio neuronavigatore, che pertanto non è stata effettuata.



Nella seduta del 30.07.2024 la Commissione giudicatrice ha evidenziato la necessità di acquisire da parte dell'ufficio ICT aziendale un parere tecnico in merito all'offerta presentata da Medtronica Italia S.p.a. rispetto alla seguente caratteristica informatica prevista in Capitolato *"tutti i sistemi forniti dovranno soddisfare i requisiti di policy e sicurezza aziendali indicati dall'ICT"* in quanto l'apparecchiatura della Medtronic utilizza il sistema operativo Linux anziché Windows. La SC Sistemi Informativi ICT in data 04.11.2024 ha dato parere tecnico positivo rispetto al soddisfacimento del predetto requisito.

Nella seduta del 15.11.2024 la Commissione ha ritenuto di chiedere al concorrente Brainlab Italia S.r.l. un chiarimento, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in merito al contenuto dell'offerta tecnica presentata inerente al criterio di valutazione 2.a, come di seguito: *"si chiede di precisare/esplicitare se il software dell'unità di planning offerta in gara comprende specifiche soluzioni di trattografia e/o fiber tracking"*. Il concorrente ha riscontrato la richiesta per mezzo del canale "Comunicazioni" della piattaforma telematica Sintel e lo scambio di corrispondenza in data 18.11.2024 è conservato agli atti del fascicolo della procedura.

Nella seduta del 20.11.2024 la Commissione ha ritenuto di chiedere al concorrente Masmec S.p.a. un chiarimento, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in merito al certificato CE del proprio neuronavigatore e all'eventuale comunicazione da parte dell'ente notificato che ne estende la validità. Il concorrente ha riscontrato la richiesta per mezzo del canale "Comunicazioni" della piattaforma telematica Sintel e lo scambio di corrispondenza in data 20-21.11.2024 è conservato agli atti del fascicolo della procedura.

Nella seduta del 26.11.2024 la Commissione ha evidenziato la necessità di richiedere, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Brainlab Italia S.r.l., la seguente precisazione: *"se tutto quanto da voi indicato nella relazione tecnica e nel documento "Allegato 2D Scheda offerta tecnica" è ricompreso nella vostra offerta economica"*. Il concorrente ha riscontrato la richiesta per mezzo del canale "Comunicazioni" della piattaforma telematica Sintel e lo scambio di corrispondenza in data 24-30.12.2024 è conservato agli atti del fascicolo della procedura.

3

Parimenti, nella seduta del 26.11.2024 la Commissione ha evidenziato la necessità di richiedere, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, al concorrente Masmec S.p.a., la seguente richiesta di chiarimenti: *"premesso che la Commissione tecnica ha evidenziato che dalla documentazione da voi prodotta emergono diverse ambiguità sull'effettivo contenuto della stessa offerta tecnica, come di seguito evidenziate: 1) non è chiaro il modello di macchina offerto in gara in quanto in taluni documenti si fa riferimento al modello di neuronavigatore ORION H2, mentre in altri al modello ORION H2/US; 2) nella relazione tecnica sono indicate alcune tipologie di kit per intervento, nella scheda tecnica sono indicati kit con nome diverso e nella offerta economica senza prezzi sono indicati solo alcuni di questi kit; si chiede di precisare quale modello di neuronavigatore è quello offerto in gara e quali sono i kit/software oggetto della vostra offerta economica"*. Il concorrente ha riscontrato la richiesta per mezzo del canale "Comunicazioni" della piattaforma telematica Sintel e lo scambio di corrispondenza in data 24.12.2024 – 07.01.2025 è conservato agli atti del fascicolo della procedura.

Nelle sedute del 26.11.2024 e del 13.01.2025 la Commissione Tecnica ha proceduto con l'attribuzione dei rispettivi punteggi.

Di seguito si riportano i giudizi espressi dalla Commissione Tecnica:



## **PARAMETRO 1**

### ***Criterio di Valutazione 1 - max 35 punti***

*Valutazione dell'ergonomia dello strumento (ingombro in sala operatoria, manovrabilità, praticità di utilizzo etc.) e dello strumentario fornito.*

*Nella valutazione si terranno in considerazione i parametri risultanti dalla prova in uso dello strumento e quanto indicato nelle schede tecniche dello strumentario.*

#### **Brainlab Italia S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta, nonché dalla prova/visione effettuata in sala operatoria, i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano l'ergonomia dello strumento come buona, con una manovrabilità e praticità adeguate. La Commissione ha apprezzato il ridotto ingombro della strumentazione e la buona facilità di posizionamento in sala.

#### **Medtronic Italia S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta, nonché dalla prova/visione effettuata in sala operatoria, i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano l'ergonomia dello strumento come buona, con una manovrabilità e praticità adeguate. La Commissione ha apprezzato la manovrabilità del braccio e di entrambi i carrelli proposti, pur nell'ingombro maggiore in sala di detta apparecchiatura.

4

#### **Masmec S.p.a.**

Nell'esprimere il loro giudizio i Commissari hanno potuto basarsi solo sulla documentazione presentata dal Concorrente il quale ha declinato l'invito alla richiesta di prova/visione dello strumento. Sulla base, quindi, delle informazioni documentali presentate, i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che quanto presentato dal concorrente è da considerarsi sufficiente rispetto ai parametri da valutare.

### ***Criterio di Valutazione 2.a - max 18 punti***

*Unità esterna per il planning:*

- *valutazione della soluzione proposta (architettura);*
- *caratteristiche tecniche;*
- *dotazione software.*

#### **Brainlab Italia S.r.l.**



Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano come buona l'unità esterna di plannig. Avendo, altresì, visionato la stazione di pianificazione, la Commissione ha riscontrato la facilità e la velocità con la quale vengono richiamati i set di immagini, la velocità nella ricostruzione delle immagini 3D, la semplicità nella realizzazione della pianificazione dell'intervento.

#### **Medtronic Italia S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano come ottima l'unità esterna di plannig. Avendo, altresì, visionato la stazione di pianificazione, la Commissione ha riscontrato la facilità e la velocità con la quale vengono richiamati i set di immagini, la velocità nella ricostruzione delle immagini 3D, la semplicità nella realizzazione della pianificazione dell'intervento. Inoltre, si valuta come molto positivo il fatto che si possa fare la pianificazione direttamente dal chirurgo in sala operatoria.

#### **Masmec S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta e delle caratteristiche ivi rinvenute, i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano come adeguata e sufficiente l'unità esterna di plannig proposta.

#### ***Critero di Valutazione 2.b Migliorie - max 2 punti***

*Migliorie offerte rispetto ai requisiti minimi indicati per il software.*

#### **Brainlab Italia S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano come sufficiente la funzionalità smartbrush proposta.

#### **Medtronic Italia S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano come molto apprezzabile e molto rilevante ai fini operatori la possibilità di fiber tracking con metodo CSD che è un algoritmo predittivo che migliora la localizzazione delle fibre rispetto ai sistemi DTI.

#### **Masmec S.p.a.**



Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano come sufficiente la possibilità di fiber tracking.

### ***Critério di Valutazione 3 - max 15 punti***

*Software dedicato al trattamento del morbo di Parkinson tramite DBS (Deep Brain Stimulation)*

*Valutazione della soluzione proposta.*

#### **Brainlab Italia S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano come buona la soluzione proposta.

#### **Medtronic Italia S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano come ottima la soluzione proposta, apprezzando la possibilità di utilizzare più sistemi di navigazione e la possibilità di tracciamento in tempo reale dell'elettrodo posizionato grazie all'interfacciamento con O-Arm.

6

#### **Masmec S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano buona la soluzione proposta.

### ***MIGLIORIE***

### ***Critério di Valutazione 4.a - max 5 punti***

*Interfacce INCLUDE in offerta*

*(per ognuna si chiede di specificare il livello di integrazione proposta, anche in riferimento alla evoluzione del software).*

*- con i portatili per radioscopia intraoperatoria (O ARM 1000) Valutazione soluzione proposta*

#### **Brainlab Italia S.r.l.**



Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che la migliona non è proposta, come dalla stessa ditta dichiarato.

#### **Medtronic Italia S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano ottima la soluzione perché la migliona è dichiarata come possibile ed è stata anche visionata durante la prova clinica.

#### **Masmec S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano sufficiente quanto proposto in quanto la migliona è dichiarata come possibile.

#### ***Critero di Valutazione 4.b - max 5 punti***

*- intensificatori di brillantezza (marca Zhiem modelli Vision RFD 3030 e Vision RFD 2020)  
Valutazione soluzione proposta.*

#### **Brainlab Italia S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che la migliona non è proposta, come dichiarato dalla ditta.

#### **Medtronic Italia S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che la migliona non è proposta.

#### **Masmec S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano sufficiente quanto proposto in quanto la migliona è dichiarata come possibile.

#### ***Critero di Valutazione 4.c - max 5 punti***

*- con microscopio operatorio in uso presso SC Neurochirurgia (Pentero Zeiss). Valutazione soluzione proposta.*



#### **Brainlab Italia S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano ottima la soluzione perché la miglioria è dichiarata come possibile ed è stata visionata durante la prova clinica.

#### **Medtronic Italia S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano sufficiente quanto proposto in quanto la miglioria è dichiarata come possibile.

#### **Masmec S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano sufficiente quanto proposto in quanto la miglioria è dichiarata come possibile.

### ***Criterio di Valutazione 5 - max 3 punti***

*Software aggiuntivi non richiesti in capitolato ma INCLUSI in offerta (elencare e descrivere)*

8

#### **Brainlab Italia S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano sufficienti le migliorie software proposte rispetto alle esigenze cliniche.


#### **Medtronic Italia S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che non sono state proposte migliorie.

#### **Masmec S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che non sono state proposte migliorie.

### ***Criterio di Valutazione 6 - max 2 punti***





*Elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi indicati per la parte Hardware*

**Brainlab Italia S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che quanto offerto non costituisce migliorie.

**Medtronic Italia S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che non sono state proposte migliorie.

**Masmec S.p.a.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che non sono state proposte migliorie.

Da ultimo, nella giornata del 13.01.2025, la Commissione Tecnica ha concluso l'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione e ha proceduto a riassumere le risultanze della valutazione tecnico-qualitativa concernente le offerte pervenute nel Documento riepilogativo finale (formato.xls), Allegato 1 al presente Verbale, del quale forma parte integrante e sostanziale, comprensivo di:

- un prospetto riepilogativo dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ciascun parametro valutato, con il corrispondente punteggio conseguito per l'offerta presentata dai n. 3 Concorrenti Masmec S.p.a., Medtronic Italia S.p.a. e Brainlab Italia S.r.l.;
- un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dai Concorrenti che hanno presentato offerta per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

La Commissione dà atto che i concorrenti Masmec S.p.a., Medtronic Italia S.p.a. e Brainlab Italia S.r.l. hanno presentato una offerta idonea avendo conseguito un punteggio tecnico complessivo come di seguito:

<i>Denominazione</i>	<i>Punteggio tecnico</i>
<b>Brainlab Italia S.r.l.</b>	<b>58,50</b>
<b>Medtronic Italia S.p.a.</b>	<b>68,75</b>
<b>Masmec S.p.a.</b>	<b>46,25</b>



Al termine della seduta del 13.01.2025 la Commissione Giudicatrice, dichiara la chiusura dei propri lavori e dispone l'invio del presente verbale alla Commissione Amministrativa (Seggio di gara), per gli atti conseguenti.

Bergamo, 13.01.2025.

La Commissione Tecnica

Presidente	dott.	<u>Cy: Lucifera</u>
Componente	ing.	<u>Alessandra Danarò</u>
Componente	dott.	<u>Speltz-Scifano</u>

Allegati: Documento riepilogativo finale.

PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

COMMISSARIO A dott. Luigi Alberto Alndrea Lanterna  
 COMMISSARIO B Ing. Alessandra Zanardi  
 COMMISSARIO C dott. Angelo Mirco Sicignano

**1.) Valutazione dell'ergonomia dello strumento (ingombro in sala operatoria, manovrabilità, praticità di utilizzo etc.) e dello strumentario fornito.**  
**Nella valutazione si terranno in considerazione i parametri risultanti dalla prova in uso dello strumento e quanto indicato nelle schede tecniche dello strumentario.**

PUNTI 35

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Brainlab Italia S.r.l.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	26,25
Medtronic Italia S.p.a.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	26,25
Masmec S.p.a.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	17,50

**2.a) Unità esterna per il planning:**  
 - valutazione della soluzione proposta (architettura);  
 - caratteristiche tecniche;  
 - dotazione software.

PUNTI 18

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Brainlab Italia S.r.l.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	13,50
Medtronic Italia S.p.a.	1	1	1	3,00	1,00	18,00
Masmec S.p.a.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	9,00

**2.b) Migliorie offerte rispetto ai requisiti minimi indicati per il software.**

PUNTI 2

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Brainlab Italia S.r.l.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	1,00
Medtronic Italia S.p.a.	1	1	1	3,00	1,00	2,00
Masmec S.p.a.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	1,00

**3) Software dedicato al trattamento del morbo di Parkinson tramite DBS (Deep Brain Stimulation)**  
**Valutazione della soluzione proposta**

PUNTI 15

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO

*(Handwritten signatures and initials)*

Brainlab Italia S.r.l.	0,75	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	11,25
Medtronic Italia S.p.a.	1	1	1	1	3,00	1,00	15,00
Masmec S.p.a.	0,75	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	11,25

MIGLIORIE

**4.a) Interfacce INCLUSE in offerta**  
(per ognuna si chiede di specificare il livello di integrazione proposta, anche in riferimento alla evoluzione del software).  
- con i portatili per radioscopia intraoperatoria (O ARM 1000) Valutazione soluzione proposta

PUNTI 5

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Brainlab Italia S.r.l.	0	0	0	-	-	-00
Medtronic Italia S.p.a.	1	1	1	3,00	1,00	5,00
Masmec S.p.a.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	2,50

**4.b) -intensificatori di brillantezza (marca Zhiem modelli Vision RFD 3030 e Vision RFD 2020) Valutazione soluzione proposta.**

PUNTI 5

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Brainlab Italia S.r.l.	0	0	0	-	-	-00
Medtronic Italia S.p.a.	0	0	0	0	-	-00
Masmec S.p.a.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	2,50

**4.c) - con microscopio operatorio in uso presso SC Neurochirurgia (Pentero Zeiss). Valutazione soluzione proposta**

PUNTI 5

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Brainlab Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	5,00
Medtronic Italia S.p.a.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	2,50
Masmec S.p.a.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	2,50

**5) Software aggiuntivi non richiesti in capitolato ma INCLUSI in offerta (elenicare e descrivere)**

PUNTI 3

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Brainlab Italia S.r.l.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	1,50
Medtronic Italia S.p.a.	0	0	0	-	-	-00

Masmec S.p.a.	0	0	0	0	0	0	0	-00
<b>PUNTI</b>								
<b>6) Elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi indicati per la parte Hardware</b>								
<b>OFFERTA</b>	<b>COMMISS. A</b>	<b>COMMISS. B</b>	<b>COMMISS. C</b>	<b>SOMMATORIA</b>	<b>MEDIA DELLA SOMMATORIA</b>	<b>PUNTEGGIO CONSEGUITO</b>		
Brainlab Italia S.r.l.	0	0	0	0	-	-		-00
Medtronic Italia S.p.a.	0	0	0	0	-	-		-00
Masmec S.p.a.	0	0	0	0	-	-		-00

2

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA -  
 BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

Brainlab Italia S.r.l.	
PARAMETRO 1	26,25
PARAMETRO 2.a	13,50
PARAMETRO 2.b	1,00
PARAMETRO 3	11,25
PARAMETRO 4.a	0,00
PARAMETRO 4.b	0,00
PARAMETRO 4.c	5,00
PARAMETRO 5	1,50
PARAMETRO 6	0,00
<b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO</b> (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 6 )	<b>58,50</b>

Medtronic Italia S.p.a.	
PARAMETRO 1	26,25
PARAMETRO 2.a	18,00
PARAMETRO 2.b	2,00
PARAMETRO 3	15,00
PARAMETRO 4.a	5,00
PARAMETRO 4.b	0,00
PARAMETRO 4.c	2,50
PARAMETRO 5	0,00
PARAMETRO 6	0,00
<b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO</b> (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 6 )	<b>68,75</b>

Masmec S.p.a.	
PARAMETRO 1	17,50
PARAMETRO 2.a	9,00
PARAMETRO 2.b	1,00
PARAMETRO 3	11,25
PARAMETRO 4.a	2,50
PARAMETRO 4.b	2,50
PARAMETRO 4.c	2,50
PARAMETRO 5	0,00
PARAMETRO 6	0,00
<b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO</b> (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 6 )	<b>46,25</b>



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



## VERBALE N.2

### COMMISSIONE AMMINISTRATIVA (SEGGIO DI GARA)

#### 2^ SEDUTA RISERVATA

**PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.**

**CIG: B18FD0B367**

L’anno **2025**, addì **14** del mese di **gennaio** presso la SC Gestione Acquisti, alle ore 9.10, si riunisce - in 2^ seduta riservata - l’apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr.ssa Daniela Algeri - Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione acquisti;

Componente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

per provvedere all’espletamento delle seguenti operazioni contemplate dal Disciplinare di gara:

- a) presa d’atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica agli elementi tecnico-qualitativi;
- b) apertura della Busta Telematica C contenente l’Offerta Economica dei Concorrenti ammessi e gli eventuali relativi allegati;

1



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



- c) rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed assegnazione del rispettivo punteggio, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara (C.S.A. e Disciplinare);
- d) sommatoria, per i Concorrenti, dei punteggi assegnati all'aspetto economico ed agli aspetti tecnico/qualitativi;
- e) formulazione della graduatoria finale provvisoria.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Presidente dr.ssa Daniela Algeri.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- come si evince dal Verbale n. 1 della 1<sup>a</sup> seduta riservata dell'01.07.2024 e del 02.07.2024, il Presidente della Commissione Amministrativa:

➤ ha disposto:

1. che i Concorrenti definitivamente ammessi a gara sono i seguenti

	Operatore economico
1	Masmec S.p.A.
2	Medtronic Italia S.p.a.
3	Brainlab Italia S.r.l.

2. che la documentazione tecnica prodotta dai medesimi, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarebbe stata trasmessa al Presidente della apposita Commissione Tecnica per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;

➤ ha rammentato, infine, che l'Offerta Economica dei concorrenti sarebbe rimasta chiusa/bloccata da SinTel e, quindi, il contenuto della medesima non sarebbe stato visibile, né da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, né di terzi, sino alla 2<sup>a</sup> seduta riservata, che si sarebbe tenuta non appena terminate le valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

- con @mail del 02.07.2024 PI 44338/24/24, la Commissione Amministrativa ha comunicato al Presidente della Commissione che la documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico - dai suddetti partecipanti sarebbe stata trasmessa mediante il sistema di condivisione OneDrive, per le necessarie valutazioni;

- mediante nota P.I. 2089 del 13.01.2025, il Presidente della Commissione Tecnica ha inviato il verbale in pari data e relativi allegati, concernenti le attività svolte;

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

tanto premesso

## LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

dà inizio alle operazioni contemplate nel Disciplinare di gara e descritte sul frontespizio del presente verbale, più precisamente:

- prende atto delle risultanze della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica e successivamente dà pubblica lettura del punteggio attribuito agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dai Concorrenti ammessi, come sotto riportato:

<i>denominazione</i>	<i>Punti alla qualità max p. 90</i>
Masmec S.p.A.	46,25
Medtronic Italia S.p.a.	68,75
Brainlab Italia S.r.l.	58,50

- effettua l'inserimento dei predetti punteggi nel Sistema SinTel;
- rileva che i partecipanti risultano ammessi alla prosecuzione della gara;
- provvede, quindi, all'apertura della Busta Telematica contenente l'Offerta Economica e gli eventuali relativi allegati;
- dà pubblica lettura delle sottoindicate condizioni economiche praticate dall'unico concorrente:

<i>denominazione</i>	<i>Importo offerto Iva esclusa</i>
Masmec S.p.A.	€ 234.250,00
Medtronic Italia S.p.a.	€ 232.000,00
Brainlab Italia S.r.l.	€ 235.000,00

3

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- tramite Piattaforma procede alla sommatoria dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici e determina il punteggio globale conseguito dai suddetti Concorrenti, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 90)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 237.000,00 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 10)	Punteggio totale
1	Medtronic Italia S.p.a.	68,75	€ 232.000,00	10	78,75
2	Brainlab Italia S.r.l.	58,50	€ 235.000,00	9,87	68,37
3	Masmec S.p.A.	46,25	€ 234.250,00	9,90	56,15

Ultimata l'attribuzione dei punteggi,

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- procede alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e rileva che non è stata presentata offerta anomala;
- dispone, pertanto, la proposta di aggiudicazione a favore della Medtronic Italia S.p.a., 1° classificata nella graduatoria con il punteggio complessivo di 78,75/100, e subordina l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione.

Alle ore 10.15 la seduta è tolta.

Costituisce parte integrante del presente verbale:

- la nota P.I. 2089 del 13.01.2025, con cui il Presidente della Commissione Tecnica ha trasmesso il verbale in pari data;

N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



La Commissione Amministrativa

- dr. Enrico Gamba
- dr.ssa Daniela Algeri
- dr.ssa Sara Fumagalli

..... Enrico Gamba .....

..... Daniela Algeri .....

..... Sara Fumagalli .....



**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 102/2025)

Oggetto: ESITO DELLA PROCEDURA "APERTA" MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. COSTO COMPLESSIVO EURO 283.137,60 IVA 22% COMPRESA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 17/01/2025

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico



**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1459/2025	1	€ 283.137,60

Bergamo, 20/01/2025

Il Direttore  
Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.102/2025

ad oggetto:

ESITO DELLA PROCEDURA "APERTA" MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. COSTO COMPLESSIVO EURO 283.137,60 IVA 22% COMPRESA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIO SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---