



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 12 DEL 09/01/2025

**OGGETTO:** ESITO DELLA PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO “CHIAVI IN MANO” DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL’ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. LOTTO UNICO. DURATA 84 MESI, PERIODO INDICATIVO 01.06.2025 – 31.05.2032. COSTO COMPLESSIVO EURO 1.766.977,24 (IVA 22% COMPRESA).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso che:**

a) con deliberazione n. 1203 del 05.09.2024 è stato – tra l’altro - disposto:

- di indire procedura “aperta”, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SinTel, per l’affidamento della fornitura in noleggio “chiavi in mano” di un sistema di automazione dell’etichettatura delle provette per prelievo ematico e del loro trasporto al laboratorio analisi, della durata di 84 mesi, lotto unico;
- di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 (punteggio complessivo 100 punti: 70 qualità/30 prezzo);
- di approvare la documentazione di gara, consistente nel bando di gara, disciplinare di gara e annessi allegati, capitolato speciale d’appalto e annessi allegati;
- di pubblicare, ai sensi degli artt. 84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023, il bando sulla Gazzetta Ufficiale UE, nonché sul sito *web* dell’azienda, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC;

- di dare mandato alla SC Gestione acquisti di espletare la procedura di gara e di sottoscrivere la relativa documentazione;
  - di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte che sarebbero pervenute;
- b) con deliberazione n. 1521 del 07.11.2024 sono state nominate le commissioni amministrativa e tecnica, con l'incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto;

**Visti:**

➤ il verbale n. 1 della 1<sup>a</sup> seduta riservata tenutasi in data 08.11.2024 (allegato A) dal quale – tra l'altro - si evince che l'apposita commissione amministrativa:

- a) operando tramite il sistema telematico, in via preliminare, ha riscontrato che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ore 13.00 del 24.10.2024, fissato nel disciplinare di gara – è pervenuta l'offerta del seguente unico concorrente, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva:

	<b>Operatore economico</b>
1	A. Menarini Diagnostics s.r.l.

- b) successivamente ha provveduto all'apertura dell'offerta ed - effettuati i dovuti controlli - ha disposto l'ammissione alle fasi successive di gara del suindicato soggetto, avendo lo stesso prodotto documentazione completa e conforme a quanto prescritto;
- c) ha effettuato, su piattaforma, lo sblocco e l'apertura dell'offerta tecnica presentata, constatando la sola presenza dei documenti prescritti;
- d) ha previsto la successiva trasmissione della documentazione tecnica prodotta dal concorrente al presidente della commissione tecnica, per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate;
- l'e-mail dell'08.11.2024 P.I. 74946/2024, con cui si informava il Presidente della commissione tecnica dell'invio della documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico – dal partecipante, mediante lo strumento informatico di condivisione One Drive, per le necessarie valutazioni;
- la nota prot. del 05.12.2024 n. 81848, con cui il Presidente della commissione tecnica ha inviato il verbale del 04.12.2024 e relativi allegati, concernenti le attività svolte (allegato B);
- il verbale n. 2 della 2<sup>a</sup> seduta riservata in data 06.12.2024 (allegato C), nel corso della quale:
- il Presidente della commissione amministrativa:

- a) ha preso atto delle risultanze della valutazione espressa dalla commissione tecnica, ha dato pubblica lettura dei punteggi attribuiti agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dall'unico concorrente in gara, come sotto riportato:

<b>Denominazione</b>	<b>Punti alla qualità max p. 70</b>
A. Menarini Diagnostics s.r.l.	70,00

- b) ha effettuato il relativo inserimento nel sistema SinTel;

- c) ha provveduto, quindi, all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica dell'unico soggetto ammesso e gli eventuali relativi allegati, rilevando le seguenti condizioni economiche d'offerta:

Denominazione	Importo offerto per 84 mesi Iva esclusa
A. Menarini Diagnostics s.r.l.	€ 1.447.992,00

- d) ha determinato il punteggio globale (parte tecnico/qualitativa + parte economica) riportato dal concorrente, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 70)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 1.477.000,00 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 30)	Punteggio totale
1	A. Menarini Diagnostics s.r.l.	70,00	€ 1.447.992,00	30,00	100,00

- completata l'attribuzione dei punteggi, la commissione amministrativa:
  - a) ha proceduto alla verifica ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ha rilevato che non è stata presentata offerta anomala;
  - b) ha comunque esaminato la documentazione prodotta dall'unico concorrente a suffragio della propria offerta e ha ritenuto che i contenuti esposti depongono per un giudizio di serietà della medesima;
  - c) ha quindi disposto la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto a favore di A. Menarini Diagnostics s.r.l., concorrente 1<sup>a</sup> e unico classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 100/100, per l'importo complessivo di € 1.447.992,00 oltre IVA 22%, subordinando l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento aziendale;

**Dato atto che** i controlli di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico si sono conclusi con esito positivo;

**Constatato che** il responsabile unico del progetto (RUP), richiamate le disposizioni del d.l. n. 168/2004, convertito in l. 03.07.2004 n. 191 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con Circolare del 24.09.2004 prot. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla delibera n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del DPCM 11.07.2018, ha verificato che attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi, che non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11.7.2018;

**Precisato che** il costo complessivo per la fornitura in noleggio in oggetto, per la durata di 84 mesi, periodo indicativo 01.06.2025 – 31.05.2032, ammonta a € 1.447.992,00 oltre IVA 22%, oltre € 350,00 IVA 22% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 1.448.342,00 IVA 22% esclusa (€ 1.766.977,24 IVA 22% inclusa), con un costo annuo per la fornitura pari a € 206.856,00 IVA 22% esclusa, e tale onere farà carico al budget delle autorizzazioni n. 481 sub 1 e n. 170 sub 1 dei bilanci di competenza, per le rispettive quote, come sotto riportato:

N. autorizzazione/anno	N. subautorizzazione	Importo (IVA 22% inclusa)
481/2025	1	€ 143.789,40
170/2025	1	€ 3.458,70
481/2026	1	€ 246.496,12
170/2026	1	€ 5.929,20
481/2027	1	€ 246.496,12
170/2027	1	€ 5.929,20
481/2028	1	€ 246.496,12
170/2028	1	€ 5.929,20
481/2029	1	€ 246.496,12
170/2029	1	€ 5.929,20
481/2030	1	€ 246.496,12
170/2030	1	€ 5.929,20
481/2031	1	€ 246.496,12
170/2031	1	€ 5.929,20
481/2032	1	€ 102.706,72
170/2032	1	€ 2.470,50

**Evidenziato che** il RUP, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

**Dato atto** che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

#### DELIBERA

1. di approvare l'operato delle commissioni amministrativa e tecnica, quale risultante dai n. 3 documenti richiamati in premessa (allegati A, B, e C), che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura in noleggio "chiavi in mano" di un sistema di automazione dell'etichettatura delle provette per prelievo ematico e del loro trasporto al laboratorio analisi, della durata di 84 mesi, lotto unico, alla società A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede a Firenze, concorrente 1<sup>a</sup> e unico classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 100/100, per l'importo di € 1.447.992,00 oltre IVA 22%;
3. di prendere atto che nel caso di specie, a norma dell'art. 18, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio di cui al medesimo articolo;
4. di dare mandato alla SC Gestione acquisti di provvedere alla stipula del contratto con la sopracitata società, in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;

5. di dare atto che il costo complessivo per la fornitura in noleggio in oggetto, per la durata di 84 mesi, periodo indicativo 01.06.2025 – 31.05.2032, ammonta a € 1.447.992,00 oltre IVA 22%, oltre € 350,00 IVA 22% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 1.448.342,00 IVA 22% esclusa (€ 1.766.977,24 IVA 22% inclusa), con un costo annuo per la fornitura pari a € 206.856,00 IVA 22% esclusa, e tale onere farà carico al budget delle autorizzazioni n. 481 sub 1 e n. 170 sub 1 dei bilanci di competenza, per le rispettive quote, come sotto riportato:

<b>N. autorizzazione/anno</b>	<b>N. subautorizzazione</b>	<b>Importo (IVA 22% inclusa)</b>
481/2025	1	€ 143.789,40
170/2025	1	€ 3.458,70
481/2026	1	€ 246.496,12
170/2026	1	€ 5.929,20
481/2027	1	€ 246.496,12
170/2027	1	€ 5.929,20
481/2028	1	€ 246.496,12
170/2028	1	€ 5.929,20
481/2029	1	€ 246.496,12
170/2029	1	€ 5.929,20
481/2030	1	€ 246.496,12
170/2030	1	€ 5.929,20
481/2031	1	€ 246.496,12
170/2031	1	€ 5.929,20
481/2032	1	€ 102.706,72
170/2032	1	€ 2.470,50

6. di individuare quali direttori dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, ciascuno per la rispettiva competenza, la dott.ssa Maria Grazia Alessio, direttore SC Laboratorio di patologia clinica, e l'ing. Matteo Menotti, collaboratore tecnico professionale della SC Gestione tecnico patrimoniale, nei confronti dei quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse, o loro delegati;
7. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale che sarà adottato e del relativo impegno di spesa;
8. di dato atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Francesco Locati



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

**VERBALE N. 1  
DI AMMISSIONE A GARA**

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL –  
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO “CHIAVI IN MANO” DI UN SISTEMA DI  
AUTOMAZIONE DELL’ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO  
EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI.  
LOTTO UNICO.**

**CIG: B30B09BFCC**

L’anno 2024, addì 8 del mese di **novembre**, presso la SC Gestione Acquisti, dalle ore 11,10 alle ore 11.50, si riunisce - in 1^ seduta riservata - l’apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa Daniela Algeri - Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione acquisti;

Componente dr.ssa. Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

per l’apertura della Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa prodotta dal sottoelencato Concorrente e l’esame della stessa:

	<b>Operatore economico</b>
1	A. Menarini Diagnostics S.r.l.

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente: dr.ssa Daniela Algeri.

Preliminarmente si dà atto che con delibera n. 1521 del 07.11.2024 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l’incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto.

\*\*\*\*\*

Premesso quanto sopra, richiamata:

- la delibera n. 1203 del 05.09.2024 con cui è stato – tra l’altro - disposto:

- a) di indire procedura “aperta”, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura in noleggio “chiavi in mano” di un



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



sistema di automazione dell'etichettatura delle provette per prelievo ematico e del loro trasporto al laboratorio analisi, della durata di 84 mesi, lotto unico;

- b) di provvedere alla relativa aggiudicazione con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) di approvare la documentazione di gara, consistente nel disciplinare di gara e annessi allegati, capitolato speciale d'appalto e annessi allegati;
- d) di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte;

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

operando mediante il sistema telematico, in via preliminare, riscontra che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 24.10.2024 - risulta pervenuta l'offerta di n. 1 Concorrente riportato sul frontespizio del presente verbale, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva.

Successivamente, provvede all'apertura dell'offerta presentata e, come si evince dall'unito prospetto riepilogativo, parte integrante del presente verbale:

- a) verifica che la stessa è composta da Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa, Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica e Busta Telematica contenente l'Offerta Economica (d'altro canto, l'esito positivo di tale controllo è già implicito nella rilevazione della presenza su Sintel dell'offerta medesima, in quanto eventuali offerte intempestive ed incomplete ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie non sono accettate dal Sistema);
- b) accede all'area contenente la Documentazione Amministrativa dell'offerta presentata, dando atto che l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né da parte dell'Azienda, né di terzi;
- c) effettua il riscontro della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti per il concorrente A. Menarini Diagnostics S.r.l.;
- d) procede all'analisi degli atti costituenti la Documentazione Amministrativa dal predetto Concorrente;
- e) rileva che risulta prodotto il DGUE, da cui non emergono irregolarità dell'azienda, ma che riporta ancora i riferimenti al D.Lgs. n. 50/2016 e non al D.Lgs. n. 36/2023 applicabile alla procedura in oggetto, pertanto ritiene di chiedere al concorrente di inviare, tramite il canale comunicazioni di Sintel, entro il 12.11.2024 copia del DGUE con i corretti riferimenti normativi.

2

Alla luce di quanto sopra, viste le risultanze dell'analisi della documentazione amministrativa dell'unico concorrente che ha presentato offerta

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

## La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- a) dichiara ammesso alle fasi successive della procedura il seguente soggetto, avendo prodotto documentazione amministrativa completa e conforme a quanto richiesto:

<i>n.</i>	<i>denominazione</i>	<i>giudizio di ammissione</i>
1	A. Menarini Diagnostics S.r.l.	ammesso

- b) effettua - infine - su piattaforma, lo sblocco e l'apertura dell'Offerta Tecnica presentata, accertando la sola presenza dei documenti prescritti.

A seguito di tali riscontri,

## IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

## ➤ dà atto che:

- il succitato Concorrente è definitivamente ammesso a gara;
  - la documentazione tecnica prodotta dal medesimo, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarà trasmessa al Presidente della Commissione Tecnica e ai suoi membri per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;
- rammenta, infine, che l'Offerta Economica resterà chiusa/bloccata da Sintel e, quindi, il contenuto della stessa non sarà visibile, né da parte dell'Azienda, né di terzi sino alla 2<sup>a</sup> seduta riservata, che si terrà non appena saranno terminate le prescritte valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

Alle ore 11.50 la seduta è tolta.

Fa parte integrante del presente verbale il prospetto riepilogativo di ammissione a gara.

*N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.*

La Commissione Amministrativa

- dr.ssa Daniela Algeri
- dr. Enrico Gamba
- dr.ssa Sara Fumagalli

.....  
*Enrico Gamba*  
 .....  
 .....

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.

	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.
<p>➤ Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 24.10.2024</p>	<p>23.10.2024 16.03.43 CEST (Protocollo informatico n. 1729692223666)</p>
BUSTA TELEMATICA A): Documentazione Amministrativa	SÌ
BUSTA TELEMATICA B): Documentazione Tecnica	SÌ
BUSTA TELEMATICA C): Offerta Economica	SÌ
BUSTA TELEMATICA A): Documentazione Amministrativa	
a) Domanda di partecipazione (corredata delle dichiarazioni integrative) ed eventuale procura	SÌ
b) DGUE (corredato della documentazione integrativa, in caso di avvalimento);	SÌ - nessun avvalimento
c) Garanzia provvisoria	SÌ
d) Documentazione ulteriore prevista per i soggetti associati di cui al punto 15.4;	SÌ - dichiarazione che partecipa in forma singola
e) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;	SÌ - nessun avvalimento
f) Disciplinare e Capitolato Speciale sottoscritti	SÌ

*OS*

*h*

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.

	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.
g) Copia della ricevuta di pagamento del contributo ANAC	SÌ
h) eventuale elenco della documentazione amministrativa presentata	SÌ
<b>GIUDIZIO DI AMMISSIONE</b>	<b>AMMESSA</b>
<b>BUSTA TELEMATICA B): Documentazione Tecnica</b>	
a) <b>relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti minimi</b> , che deve riprodurre gli stessi capitoli e paragrafi del questionario tecnico e del modulo delle specifiche di minima di cui ai punti successivi, completa di schede tecniche, tabelle, depliant, disegni, ecc. a specifica dei contenuti del progetto tecnico. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole	SÌ
b) questionario tecnico (Allegato 2_D - "Questionario tecnico" al presente Disciplinare) compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato word editabile	SÌ

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.

	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.
<p><b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b></p> <p>c) modulo delle specifiche di minima (Allegato 3_D "Scheda caratteristiche minime") debitamente compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato editabile</p>	SÌ
<p>d) certificati di conformità alla normativa vigente (direttiva 93/42/CE e s.m.i o Nuovo regolamento 2017/745 "Nuovo regolamento dei dispositivi medici"), emessi dall'organismo notificato e in corso di validità;</p>	SÌ
<p>e) codici, descrizione e listino del materiale di consumo, specificando quale materiale è dedicato/esclusivo, <b>senza prezzi</b></p>	SÌ
<p>f) Manuale d'uso utente in italiano</p>	SÌ
<p>g) piano di manutenzione dettagliato sia in garanzia che post, completo di check list che viene utilizzata durante le visite manutentive</p>	SÌ
<p>h) programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori</p>	SÌ
<p>i) Modulo Mod02PG1MQ7 debitamente compilato</p>	SÌ




PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.

	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.
<p><b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b></p>	
j) offerta economica senza prezzi	SÌ
k) cronoprogramma comprendente la durata di tutte le attività messe a gara	SÌ
l) progetto dei lavori di adeguamento locali e realizzazione impianti necessari all'installazione del sistema	SÌ
m) elenco delle più recenti installazioni di sistemi analoghi a quello offerto in gara	SÌ
<p>n) dichiarazione d'impegno a consegnare, in caso di aggiudicazione, senza alcun onere di spesa aggiuntivo per la ASST:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. licenze d'uso dell'eventuale software fornito per tutto il periodo di vita e/o utilizzo del bene;</li> <li>2. manuale del service, ove possibile;</li> <li>3. certificati di taratura degli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche previste dal protocollo di accettazione del produttore in fase di collaudo</li> <li>4. in fase di collaudo il calendario delle visite di manutenzione preventiva da effettuarsi durante il periodo di garanzia (la manutenzione dovrà essere svolta entro il periodo di garanzia)</li> </ol>	SÌ

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.

<b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>	<b>A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.</b>
o) specifica dichiarazione, ai sensi del D.P.R n.445/2000, concernente l'assunzione dell'impegno a fornire <b>la manutenzione full risk</b> , nulla escluso (uso improprio, eventi straordinari o accidentali, ecc.), sia per le apparecchiature che per gli accessori forniti, per tutta la durata del contratto, con decorrenza dal giorno successivo al collaudo positivo, compresa di eventuali aggiornamenti tecnologici	SÌ
p) piano di back up per garantire la continuità operativa del Centro prelievi e del Pronto Soccorso in caso di fermo macchina oltre le 24 ore solari	SÌ
q) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	NO
r) dichiarazione firmata contenente - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali	SÌ
<b>GIUDIZIO GLOBALE DI AMMISSIONE</b>	
<b>AMMESSA</b>	

Bergamo, 08.11.2024

La Commissione Amministrativa:

54 

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.

Drtt.ssa Sara Fumagalli



Dr. Enrico Gamba



Dr.ssa Daniela Algeri





P.IV 00 81848/24

**ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO**

VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE  
DALLA COMMISSIONE TECNICA

Oggetto: **PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO “CHIAVI IN MANO” DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL’ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.**

L'anno **2024**, nella giornata del **4 dicembre** dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica, nominata con delibera 1521 del 07.11.2024, composta da:

Presidente dott.ssa Clelia Saiaci – Responsabile Preanalitica laboratorio analisi SC Laboratorio  
di Patologia Clinica, 1

Componente dott. Alessandro Beluzzi – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso SC  
SMEL2 Analisi chimico cliniche

Componente ing. Antonello Serafini - Collaboratore tecnico professionale – SS Impiantistica,

per effettuare la valutazione della documentazione tecnica prodotta dal Concorrente A. Menarini Diagnostics S.r.l., che ha presentato offerta, in conformità ai punti 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e 18.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara, nei termini seguenti:

- esame e valutazione della documentazione stessa;
- assegnazione all’elemento/parametro del punteggio tabellare attribuito ai singoli elementi di valutazione individuati, secondo i criteri riportati nella tabella esposta al punto 18.1 del medesimo Disciplinare di gara;
- compilazione:
  - a) di un prospetto riepilogativo dei punteggi tabellari conseguiti per ciascun elemento/parametro valutato;



- b) un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dal Concorrente per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

All'inizio della seduta il Presidente della Commissione Tecnica (Commissione Giudicatrice) ha dato atto che risultava trasmessa (in formato elettronico, mediante l'utilizzo del sistema di condivisione OneDrive) da parte della Commissione Amministrativa (Seggio di Gara), la documentazione tecnica presentata dal seguente soggetto:

<i>n.</i>	<i>denominazione</i>
1	<b>A. Menarini Diagnostics S.r.l.</b>

Sulla scorta del richiamato Disciplinare di gara, la Commissione Tecnica ha, quindi, proceduto:

- all'apertura dei files, relativi alla documentazione tecnica presentata (tramite piattaforma Sintel) dal suindicato Concorrente;
- alla quantificazione dell'attività da svolgere.

La Commissione tecnica ha svolto le attività di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute con il seguente calendario:

- 04.12.2024: apertura, valutazione tecnico-qualitativa della documentazione presentata dal concorrente con attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione, calcolo del punteggio finale e chiusura dei lavori.

2

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice ha deciso "all'unanimità" di avvalersi di un foglio di calcolo Excel, che consente - a fronte delle valutazioni espresse - l'attribuzione automatica dei punteggi, in base ai criteri riportati nel Disciplinare di gara.

Successivamente la Commissione Tecnica ha esaminato e valutato la documentazione prodotta dal Concorrente, esprimendo i giudizi, con l'attribuzione dei rispettivi punteggi tabellari.

Di seguito si riportano i giudizi espressi dalla Commissione Tecnica:

## **Etichettatrici automatiche di provette**

### ***Criterio di Valutazione 1***

*Capacità di almeno 120 provette alloggiato in magazzino a bordo strumento, con possibilità di carico in continuo del magazzino stesso durante l'attività di prelievo.*

### **A. Menarini Diagnostics S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano unanimemente che il requisito di cui al criterio di valutazione in oggetto è presente nell'offerta tecnica del concorrente.

### ***Criterio di Valutazione 2***

*Possibilità di gestire provette di varie dimensioni e lunghezza in contemporanea.*

#### **A. Menarini Diagnostics S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano unanimemente che il requisito di cui al criterio di valutazione in oggetto è presente nell'offerta tecnica del concorrente.

### ***Criterio di Valutazione 3***

*Tracciabilità completa delle provette*

#### **A. Menarini Diagnostics S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano unanimemente che il requisito di cui al criterio di valutazione in oggetto è presente nell'offerta tecnica del concorrente.

### ***Criterio di Valutazione 4***

*Per l'etichettatore da terra: agitatore automatico integrato.*

#### **A. Menarini Diagnostics S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano unanimemente che il requisito di cui al criterio di valutazione in oggetto è presente nell'offerta tecnica del concorrente.

## **Sistema di trasporto continuo delle provette verso il laboratorio analisi**

### ***Criterio di Valutazione 5***

*Sistema di trasporto rapido per singola provetta, ad aria compressa*

#### **A. Menarini Diagnostics S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano unanimemente che il requisito di cui al criterio di valutazione in oggetto è presente nell'offerta tecnica del concorrente.

### ***Criterio di Valutazione 6***





*Trasferimento rapido delle provette tal quali, senza utilizzo di contenitori secondari, in modo immediato e continuo.*

**A. Menarini Diagnostics S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano unanimemente che il requisito di cui al criterio di valutazione in oggetto è presente nell'offerta tecnica del concorrente.

***Criterio di Valutazione 7***

*Caricamento a tramoggia delle provette, sia per il Centro Prelievi che per il PS.*

**A. Menarini Diagnostics S.r.l.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano unanimemente che il requisito di cui al criterio di valutazione in oggetto è presente nell'offerta tecnica del concorrente.

La Commissione ha successivamente proceduto a riassumere le risultanze della valutazione tecnico-qualitativa concernente l'offerta pervenuta nel Documento riepilogativo finale (formato.xls), Allegato 1 al presente Verbale, del quale forma parte integrante e sostanziale, comprensivo di:

- un prospetto riepilogativo dei punteggi tabellari attribuiti a ciascun parametro valutato, con il corrispondente punteggio conseguito per l'offerta presentata dall'unico concorrente in gara;
- un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dal concorrente A. Menarini Diagnostics S.r.l. per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

4

La Commissione dà atto che nella documentazione di gara è prevista la soglia di sbarramento pari a 50 punti del punteggio tecnico complessivo. Il concorrente A. Menarini Diagnostics S.r.l. ha presentato una offerta idonea avendo conseguito un punteggio tecnico complessivo superiore a detta soglia come di seguito:

<i>Denominazione</i>	<i>Punteggio tecnico</i>
<b>A. Menarini Diagnostics S.r.l.</b>	<b>70</b>


Al termine della seduta del 04.12.2024 la Commissione Giudicatrice, dichiara la chiusura dei propri lavori e dispone l'invio del presente verbale alla Commissione Amministrativa (Seggio di gara), per gli atti conseguenti.

Bergamo, 04.12.2024



La Commissione Tecnica


Presidente dott.ssa



Componente dott.



Componente ing.



Allegati: Documento riepilogativo finale.

P. IN 0081848/24

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.

COMMISSARIO A dott. ssa Clelia Saiaci  
COMMISSARIO B dott. Alessandro Beluzzi  
COMMISSARIO C ing. Antonello Serafini

**Etichettatrici automatiche di provette**

**1) Capacità di almeno 120 provette alloggiare in magazzino a bordo strumento, con possibilità di carico in continuo del magazzino stesso durante l'attività di prelievo.**

PUNTI 10

OFFERTA	REQUISITO PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO
A. Menarini Diagnostics S.r.l.	si	10,00

DATA SET	
si	> 120 provette
NO	<120 provette

**2) Possibilità di gestire provette di varie dimensioni e lunghezza in contemporanea.**

PUNTI 10

OFFERTA	REQUISITO PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO
A. Menarini Diagnostics S.r.l.	si	10,00

DATA SET	
si	
NO	

**3) Tracciabilità completa delle provette**

PUNTI 10

OFFERTA	REQUISITO PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO
A. Menarini Diagnostics S.r.l.	si	10,00

DATA SET	
si	
NO	

**4) Per l'etichettatore da terra: agitatore automatico integrato.**

PUNTI 5

OFFERTA	REQUISITO PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO
A. Menarini Diagnostics S.r.l.	si	5,00

DATA SET	
si	
NO	

**Sistema di trasporto continuo delle provette verso il laboratorio analisi**

**5) Sistema di trasporto rapido per singola provetta, ad aria compressa**

OFFERTA			
A. Menarini Diagnostics S.r.l.			
	PUNTI	20	
	REQUISITO PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO
	SI		20,00

DATA SET	
SI	
NO	

**6) Trasferimento rapido delle provette tal quali, senza utilizzo di contenitori secondari, in modo immediato e continuo.**

OFFERTA			
A. Menarini Diagnostics S.r.l.			
	PUNTI	10	
	REQUISITO PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO
	SI		10,00

DATA SET	
SI	
NO	


**7) Caricamento a tramoggia delle provette, sia per il Centro Prelievi che per il PS.**

OFFERTA			
A. Menarini Diagnostics S.r.l.			
	PUNTI	5	
	REQUISITO PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO
	SI		5,00

DATA SET	
SI	
NO	

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.

A. Menarini Diagnostics S.r.l.	
PARAMETRO 1	10,00
PARAMETRO 2	10,00
PARAMETRO 3	10,00
PARAMETRO 4	5,00
PARAMETRO 5	20,00
PARAMETRO 6	10,00
PARAMETRO 7	5,00
PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (somatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 6 )	70,00





**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



## VERBALE N.2

### COMMISSIONE AMMINISTRATIVA (SEGGIO DI GARA)

#### 2^ SEDUTA RISERVATA

**PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.**

**CIG: B30B09BFCC**

L'anno 2024, addì 6 del mese di **dicembre** presso la SC Gestione Acquisti, alle ore 11.30, si riunisce - in 2^ seduta riservata - l'apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr. Enrico Gamba - Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa Daniela Algeri - Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione acquisti;

Componente dr.ssa. Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

per provvedere all'espletamento delle seguenti operazioni contemplate dal Disciplinare di gara:

- a) presa d'atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica agli elementi tecnico-qualitativi;
- b) apertura della Busta Telematica C contenente l'Offerta Economica dei Concorrente ammesso e gli eventuali relativi allegati;
- c) rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed assegnazione del rispettivo punteggio, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara (C.S.A. e Disciplinare);
- d) sommatoria, per il Concorrente, dei punteggi assegnati all'aspetto economico ed agli aspetti tecnico/qualitativi;



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



- e) formulazione della graduatoria finale provvisoria.

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente: dr.ssa Daniela Algeri.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- come si evince dal Verbale n. 1 della 1<sup>a</sup> seduta riservata in data 08.11.2024, il Presidente della Commissione Amministrativa:

➤ ha disposto:

1. che il Concorrente definitivamente ammesso a gara è il seguente

	<b>Operatore economico</b>
1	A. Menarini Diagnostics S.r.l.

2. che la documentazione tecnica prodotta dal medesimo, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarebbe stata trasmessa al Presidente della apposita Commissione Tecnica per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;

➤ ha rammentato, infine, che l'Offerta Economica sarebbe rimasta chiusa/bloccata da SinTel e, quindi, il contenuto della medesima non sarebbe stato visibile, né da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, né di terzi, sino alla 2<sup>a</sup> seduta riservata, che si sarebbe tenuta non appena terminate le valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

- con @mail dell'08.11.2024 PI 74946/24, la Commissione Amministrativa ha comunicato al Presidente della Commissione che la documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico - dal suddetto partecipante sarebbe stata trasmessa mediante il sistema di condivisione OneDrive, per le necessarie valutazioni;

- mediante nota P.I. 81848 del 05.12.2024, il Presidente della Commissione Tecnica ha inviato il verbale del 04.12.2024 e relativi allegati, concernenti le attività svolte;

tanto premesso

**LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA**

Prende atto che nel termine concessogli del 12.11.2024 il concorrente ha prodotto il DGUE nella forma richiesta dalla Stazione Appaltante; dà quindi inizio alle operazioni contemplate nel Disciplinare di gara e descritte sul frontespizio del presente verbale, più precisamente:

2

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



- prende atto delle risultanze della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica e successivamente dà pubblica lettura del punteggio attribuito agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dal Concorrente A. Menarini Diagnostics S.r.l., come sotto riportato:

<i>denominazione</i>	<i>Punti alla qualità max p. 70</i>
A. Menarini Diagnostics S.r.l.	70

- effettua l'inserimento del predetto punteggio nel Sistema SinTel;
- rileva che il partecipante risulta ammesso alla prosecuzione della gara;
- provvede, quindi, all'apertura della Busta Telematica contenente l'Offerta Economica e gli eventuali relativi allegati;
- dà pubblica lettura delle sottoindicate condizioni economiche praticate dall'unico concorrente:

<i>denominazione</i>	<i>Importo offerto Iva esclusa</i>
A. Menarini Diagnostics S.r.l.	€ 1.447.992,00

- tramite Piattaforma procede alla sommatoria dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici e determina il punteggio globale conseguito dall'unico Concorrente, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 70)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 1.477.000,00 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 30)	Punteggio totale
1	A. Menarini Diagnostics S.r.l.	70	€ 1.447.992,00	30,00	100

Ultimata l'attribuzione dei punteggi,



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- procede alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e rileva che non è stata presentata offerta anomala;
- procede comunque all'esame della documentazione prodotta dall'unico concorrente a suffragio della propria offerta e ritiene che i contenuti esposti depongono per un giudizio di serietà della medesima;
- sulla scorta di quanto sopra, ritiene che l'offerta presentata dalla A. Menarini Diagnostics S.r.l. sia congrua e sostenibile, dispone la proposta di aggiudicazione e subordina l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione.

Alle ore 12.00 la seduta è tolta.

Costituisce parte integrante del presente verbale:

- la nota P.I. 81848 del 05.12.2024, con cui il Presidente della Commissione Tecnica ha trasmesso il verbale del 04.12.2024;

*N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.*

La Commissione Amministrativa

- dr. Enrico Gamba
- dr.ssa Daniela Algeri
- dr.ssa Sara Fumagalli

.....  
.....  
.....

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 18/2025)

Oggetto: ESITO DELLA PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. LOTTO UNICO. DURATA 84 MESI, PERIODO INDICATIVO 01.06.2025 – 31.05.2032. COSTO COMPLESSIVO EURO 1.766.977,24 (IVA 22% COMPRESA).

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 07/01/2025

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:  finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
481/2025	1	X		€ 143.789,40
170/2025	1	X		€ 3.458,70
481/2026	1	X		€ 246.496,12
170/2026	1	X		€ 5.929,20
481/2027	1	X		€ 246.496,12
170/2027	1	X		€ 5.929,20
481/2028	1	X		€ 246.496,12
170/2028	1	X		€ 5.929,20
481/2029	1	X		€ 246.496,12
170/2029	1	X		€ 5.929,20
481/2030	1	X		€ 246.496,12
170/2030	1	X		€ 5.929,20
481/2031	1	X		€ 246.496,12
170/2031	1	X		€ 5.929,20
481/2032	1	X		€ 102.706,72
170/2032	1	X		€ 2.470,50

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1:    Importo 1:

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 07/01/2025

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2025	1	€ 143.789,40
701240010	Acquisto di cancelleria	170/2025	1	€ 3.458,70
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2026	1	€ 246.496,12
701240010	Acquisto di cancelleria	170/2026	1	€ 5.929,20
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2027	1	€ 246.496,12
701240010	Acquisto di cancelleria	170/2027	1	€ 5.929,20
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2028	1	€ 246.496,12
701240010	Acquisto di cancelleria	170/2028	1	€ 5.929,20
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2029	1	€ 246.496,12
701240010	Acquisto di cancelleria	170/2029	1	€ 5.929,20
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2030	1	€ 246.496,12
701240010	Acquisto di cancelleria	170/2030	1	€ 5.929,20
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2031	1	€ 246.496,12
701240010	Acquisto di cancelleria	170/2031	1	€ 5.929,20
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2032	1	€ 102.706,72
701240010	Acquisto di cancelleria	170/2032	1	€ 2.470,50

Bergamo, 07/01/2025

Il Direttore  
Dr. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.18/2025

ad oggetto:

ESITO DELLA PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. LOTTO UNICO. DURATA 84 MESI, PERIODO INDICATIVO 01.06.2025 – 31.05.2032. COSTO COMPLESSIVO EURO 1.766.977,24 (IVA 22% COMPRESA).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---