



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1360 DEL 21/08/2025

OGGETTO: ESITO DELLA PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHIATURE PER ANESTESIA DESTINATE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. (CUP C14E24000070002). COSTO COMPLESSIVO EURO 291.921,60 (IVA 22% COMPRESA)

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO AD INTERIM	DOTT. FRANCESCO LOCATI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- con deliberazione n. 640 del 17.04.2025 è stato – tra l’altro - disposto:
 - di indire procedura “aperta”, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SinTel, per l’affidamento della fornitura di n. 8 apparecchiature per anestesia destinate al blocco operatorio dell’ASST Papa Giovanni XXIII, lotto unico;
 - di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 (punteggio complessivo 100 punti: 90 qualità/10 prezzo);
 - di approvare la documentazione di gara, consistente nel bando di gara, disciplinare di gara e annessi allegati, capitolato speciale d’appalto e annessi allegati;
 - di pubblicare, ai sensi degli artt. 84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023, il bando sulla Gazzetta Ufficiale UE, nonché sul sito *web* dell’azienda, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC;
 - di dare mandato alla SC Gestione acquisti di espletare la procedura di gara e di sottoscrivere la relativa documentazione;

- di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte che sarebbero pervenute;
- con deliberazione n. 1104 del 25.06.2025 sono state nominate le commissioni amministrativa e tecnica, con l'incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto;

Visti:

- il verbale n. 1 della 1^ seduta riservata tenutasi in data 02.07.2025 (allegato A) dal quale – tra l'altro - si evince che l'apposita commissione amministrativa:

- a) operando tramite il sistema telematico, in via preliminare, ha riscontrato che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ore 12.00 del 16.06.2025, fissato nel disciplinare di gara – è pervenuta l'offerta del seguente unico concorrente, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva:

	Operatore economico
1	Getinge Italia s.r.l.

- b) successivamente ha provveduto all'apertura dell'offerta ed - effettuati i dovuti controlli - ha disposto l'ammissione alle fasi successive di gara del suindicato soggetto, avendo lo stesso prodotto documentazione completa e conforme a quanto prescritto;
- c) ha effettuato, su piattaforma, lo sblocco e l'apertura dell'offerta tecnica presentata, constatando la sola presenza dei documenti prescritti;
- d) ha previsto la successiva trasmissione della documentazione tecnica prodotta dal concorrente al presidente della commissione tecnica, per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate;
- la e-mail del 02.07.2025 con cui si inviava al presidente dell'apposita commissione la documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico – dal partecipante per le necessarie valutazioni;
- la nota prot. ASST n. 54548 del 06.08.2025, con cui il presidente della commissione tecnica ha inviato il verbale del 31.07.2025 e relativi allegati, concernenti le attività svolte (allegato B);
- il verbale n. 2 della 2^ seduta riservata in data 07.08.2025 (allegato C), nel corso della quale:

- il presidente della commissione amministrativa:

- a) ha preso atto delle risultanze della valutazione espressa dalla commissione tecnica, ha dato pubblica lettura dei punteggi attribuiti agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dall'unico concorrente in gara, come sotto riportato:

<i>Denominazione</i>	<i>Punti alla qualità max p. 90</i>
Getinge Italia S.r.l.	90,00

- b) ha effettuato il relativo inserimento nel Sistema SinTel;
- c) ha provveduto, quindi, all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica dell'unico soggetto ammesso e gli eventuali relativi allegati, rilevando le seguenti condizioni economiche d'offerta:

<i>Denominazione</i>	<i>Importo offerto (IVA esclusa)</i>	<i>Importo oneri rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso (IVA esclusa)</i>
Getinge Italia s.r.l.	€ 239.200,00	€ 80,00

d) ha determinato il punteggio globale (parte tecnico/qualitativa + parte economica) riportato dal concorrente, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 90)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 240.000,00 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 10)	Punteggio totale
1	Getinge Italia s.r.l.	90,00	€ 239.200,00	10,00	100,00

- completata l'attribuzione dei punteggi, la commissione amministrativa:

- a) ha proceduto alla verifica ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ha rilevato che non è stata presentata offerta anomala;
- b) ha comunque esaminato la documentazione prodotta dall'unico concorrente a suffragio della propria offerta e ha ritenuto che i contenuti esposti depongono per un giudizio di serietà della medesima;
- c) ha quindi disposto la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto a favore di Getinge Italia S.r.l., concorrente 1^a e unico classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 100/100, per l'importo complessivo di € 239.200,00 oltre IVA 22%, subordinando l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento aziendale;

Dato atto che i controlli di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico si sono conclusi con esito positivo;

Constatato che il responsabile unico di progetto (RUP), richiamate le disposizioni del d.l. n. 168/2004, convertito in legge 3.7.2004 n. 191 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con circolare del 24.9.2004, prot. n. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla deliberazione n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del DPCM 11.7.2018, ha verificato che attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi, che non rientrano nelle categorie merceologiche di cui allo stesso DPCM;

Precisato che il costo complessivo per la fornitura in oggetto, ammonta a € 239.200,00 oltre IVA 22%, oltre € 80,00 IVA 22% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 239.280,00 IVA 22% esclusa (€ 291.921,60 IVA 22% inclusa), CUP C14E24000070002, e tale onere farà carico al budget della autorizzazione n. 608 sub 1 del bilancio dell'anno 2025;

Stabilito di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, l'ing. Alessandra Zanardi, dirigente in servizio presso la SC Ingegneria clinica, nei confronti dei quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse, o suo delegato;

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dott. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che la dr.ssa Sara Fumagalli, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario ad interim e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare l'operato delle commissioni amministrativa e tecnica, quale risultante dai n. 3 documenti richiamati in premessa (allegati A, B, e C), che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura di n. 8 apparecchiature per anestesia destinate al blocco operatorio dell'ASST Papa Giovanni XXIII, lotto unico, a Getinge Italia S.r.l., con sede a Cinisello Balsamo (MI), concorrente 1[^] e unico classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 100/100, per l'importo di € 239.200,00 oltre IVA 22%;
3. di prendere atto che nel caso di specie, a norma dell'art. 18, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio di cui al medesimo articolo;
4. di dare mandato alla SC Gestione acquisti di provvedere alla stipula del contratto con la sopracitata società, in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;
5. di dare atto che il costo complessivo per la fornitura in oggetto, ammonta a € 239.200,00 oltre IVA 22%, oltre € 80,00 IVA 22% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 239.280,00 IVA 22% esclusa (€ 291.921,60 IVA 22% inclusa), CUP C14E24000070002, e tale onere farà carico al budget della autorizzazione n. 608 sub 1 del bilancio dell'anno 2025;
6. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, l'ing. Alessandra Zanardi, dirigente in servizio presso la SC Ingegneria clinica, nei confronti dei quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse, o suo delegato;
7. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale che sarà adottato e del relativo impegno di spesa;
8. di dare atto che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dott. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;
9. di dato atto che la dr.ssa Sara Fumagalli, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

**VERBALE N. 1
DI AMMISSIONE A GARA****PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL –
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA
PER LE SALE OPERATORIE DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.****CIG: B6B262A809**

L’anno **2025**, addì **02** del mese di **luglio**, presso la SC Gestione Acquisti, dalle ore 10,10 alle ore 10,40, si riunisce - in 1^a seduta riservata - l’apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Silvia Gamba, Assistente amministrativo SC Gestione Acquisti;

per l’apertura della Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa prodotta dal sottoelencato Concorrente e l’esame della stessa:

	Operatore economico
1	Getinge Italia S.r.l.

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente: dr.ssa Sara Fumagalli.

Preliminarmente si dà atto che con delibera n. 1104 del 25.06.2025 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l’incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto.

Premesso quanto sopra, richiamata:

- la delibera n. 640 del 17.04.2025 con cui è stato – tra l’altro - disposto:

- a) di indire procedura “aperta”, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura di n. 8 apparecchi per anestesia destinati al blocco operatorio dell’ASST, lotto unico;



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- b) di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) di approvare la documentazione di gara, consistente in: bando di gara, disciplinare di gara e annessi allegati, capitolato speciale d’appalto e annessi allegati;
- d) di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte;

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

operando mediante il sistema telematico, in via preliminare, riscontra che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 16.06.2025 - risulta pervenuta l’offerta di n. 1 Concorrente riportato sul frontespizio del presente verbale, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva.

Successivamente, provvede all’apertura dell’offerta presentata e, come si evince dall’unito prospetto riepilogativo, parte integrante del presente verbale:

- a) verifica che la stessa è composta da Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa, Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica e Busta Telematica contenente l’Offerta Economica (d’altro canto, l’esito positivo di tale controllo è già implicito nella rilevazione della presenza su Sintel dell’offerta medesima, in quanto eventuali offerte intempestive ed incomplete ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie non sono accettate dal Sistema);
- b) accede all’area contenente la Documentazione Amministrativa dell’offerta presentata, dando atto che l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né da parte dell’Azienda, né di terzi;
- c) effettua il riscontro della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti per il concorrente Getinge Italia S.r.l.;
- d) procede all’analisi degli atti costituenti la Documentazione Amministrativa dal predetto Concorrente;
- e) rileva che risulta prodotto il DGUE, da cui non emergono irregolarità dell’azienda.

Alla luce di quanto sopra, viste le risultanze dell’analisi della documentazione amministrativa dell’unico concorrente che ha presentato offerta

La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- a) dichiara ammesso alle fasi successive della procedura il seguente soggetto, avendo prodotto documentazione amministrativa completa e conforme a quanto richiesto:

2

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<i>n.</i>	<i>denominazione</i>	<i>giudizio di ammissione</i>
1	Getinge Italia S.r.l.	ammesso

- b) effettua - infine - su piattaforma, lo sblocco e l'apertura dell'Offerta Tecnica presentata, accertando la sola presenza dei documenti prescritti.

A seguito di tali riscontri,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- dà atto che:
1. il succitato Concorrente è definitivamente ammesso a gara;
 2. la documentazione tecnica prodotta dal medesimo, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarà trasmessa al Presidente della Commissione Tecnica e ai suoi membri per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;
- rammenta, infine, che l'Offerta Economica resterà chiusa/bloccata da Sintel e, quindi, il contenuto della stessa non sarà visibile, né da parte dell'Azienda, né di terzi sino alla 2^ seduta riservata, che si terrà non appena saranno terminate le prescritte valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

Alle ore 10.40 la seduta è tolta.

Fa parte integrante del presente verbale il prospetto riepilogativo di ammissione a gara.

N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.

La Commissione Amministrativa

- f.to dr. Enrico Gamba
- f.to dr.ssa Sara Fumagalli
- f.to dr.ssa Silvia Gamba

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA DESTINATI AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA
GIOVANNI XXIII DI BERGAMO.
LOTTO UNICO**

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	GETINGE ITALIA S.R.L.
➤ Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 16.06.2025	13.06.2025 15.18.15 CEST (Protocollo informatico n. 1749820695950)
BUSTA TELEMATICA A): Documentazione Amministrativa	SÌ
BUSTA TELEMATICA B): Documentazione Tecnica	SÌ
BUSTA TELEMATICA C): Offerta Economica	SÌ
BUSTA TELEMATICA A): Documentazione Amministrativa	SÌ
a) Domanda di partecipazione (corredata delle dichiarazioni integrative) ed eventuale procura	SÌ
b) DGUE (corredato della documentazione integrativa, in caso di avvalimento);	SÌ - nessun avvalimento
c) Garanzia provvisoria	SÌ
d) Documentazione ulteriore prevista per i soggetti associati di cui al punto 15.5;	SÌ - dichiarazione che partecipa in forma singola
e) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;	SÌ- nessun avvalimento

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA DESTINATI AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA
GIOVANNI XXIII DI BERGAMO.
LOTTO UNICO**

<i>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</i>	GETINGE ITALIA S.R.L.
f) Disciplinare e Capitolato Speciale sottoscritti	Sì
g) Copia della ricevuta di pagamento del contributo ANAC	Sì
h) Attestazione di avvenuto sopralluogo (Rif. punto 11 – Sopralluogo obbligatorio);	Sì
i) Dichiarazione riguardante il CCNL come indicato al punto 4 del presente disciplinare;	Sì
j) eventuale elenco della documentazione amministrativa presentata	Sì
GIUDIZIO DI AMMISSIONE	AMMESSA
BUSTA TELEMATICA B): Documentazione Tecnica	

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA DESTINATI AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO.
LOTTO UNICO**

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	GETINGE ITALIA S.R.L.
<p>a) relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti minimi, che deve riprodurre gli stessi capitoli e paragrafi del questionario tecnico di cui al punto successivo completa di schede tecniche, tabelle, depliant, disegni, ecc. a specifica dei contenuti del progetto tecnico. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole;</p>	SÌ
<p>b) questionario tecnico (Allegato 2_D - “Scheda offerta tecnica” al presente Disciplinare) compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato word editabile;</p>	SÌ
<p>c) caratteristiche di minima (Allegato 3_D - “caratteristiche di minima” al presente Disciplinare) compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato word editabile;</p>	SÌ
<p>d) certificati di conformità alla normativa vigente (direttiva 93/42/CE e s.m.i o Nuovo regolamento 2017/745 "Nuovo regolamento dei dispositivi medici"), emessi dall'organismo notificato e in corso di validità;</p>	SÌ
<p>e) codici, descrizione e listino del materiale di consumo, specificando quale materiale è dedicato/esclusivo, senza prezzi;</p>	SÌ

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA DESTINATI AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO.
LOTTO UNICO**

<i>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</i>	GETINGE ITALIA S.R.L.
f) manuale d’uso utente in italiano;	Sì
g) piano di manutenzione dettagliato sia in garanzia che post, completo di check list che viene utilizzata durante le visite manutentive;	Sì
h) programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori (almeno 5 giornate e la disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della stessa nel caso si ritenesse necessario);	Sì
i) dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione del bene (ovvero dalla conclusione con esito favorevole del collaudo);	Sì
j) dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione del bene (ovvero dalla conclusione con esito favorevole del collaudo);	Sì
k) Modulo Mod02PG1MQ7 debitamente compilato;	Sì

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA DESTINATI AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO.
LOTTO UNICO**

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	GETINGE ITALIA S.R.L.
l) offerta economica senza prezzi;	Sì
<p>m) dichiarazione d’impegno a consegnare, in caso di aggiudicazione, senza alcun onere di spesa aggiuntivo per la ASST:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. licenze d’uso dell’eventuale software fornito per tutto il periodo di vita e/o utilizzo del bene; b. manuale del service, ove possibile; c. certificati di taratura degli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche previste dal protocollo di accettazione del produttore in fase di collaudo d. in fase di collaudo il calendario delle visite di manutenzione preventiva da effettuarsi durante il periodo di garanzia (la manutenzione dovrà essere svolta entro il periodo di garanzia 	Sì
n) specifica dichiarazione, ai sensi del D.P.R n.445/2000, concernente l’assunzione dell’impegno a fornire la GARANZIA full risk , nulla escluso (uso improprio, eventi straordinari o accidentali, ecc.), sia per l’apparecchiatura che per gli accessori forniti, per un periodo di almeno n. 12 mesi solari , che decorrono dal giorno successivo al collaudo positivo dell’apparecchiatura, compresa di eventuali aggiornamenti tecnologici (hw e sw);	Sì

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA DESTINATI AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO.
LOTTO UNICO**

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	GETINGE ITALIA S.R.L.
o) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	NO
p) dichiarazione firmata contenente - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.	SÌ
GIUDIZIO GLOBALE DI AMMISSIONE	AMMESSA

Bergamo, 02.07.2025

La Commissione Amministrativa:

f.to Dr.ssa Sara Fumagalli

f.to Dr. Enrico Gamba

f.to Dr.ssa Silvia Gamba

.....



P.G. 54548/25

ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

**VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE
DALLA COMMISSIONE TECNICA**

Oggetto: PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA PER LE SALE OPERATORIE DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

L'anno 2025, nelle seguenti giornate:

30.07.2025 dalle ore 13.30 alle ore 15.00

31.07.2025 dalle ore 14.00 alle ore 15.00

presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica, nominata con delibera n. 1104 del 25.06.2025, composta da:

Presidente ing. Alessandra Zanardi – Dirigente - SC Ingegneria clinica;

Componente dott. Ezio Bonanomi - Dirigente Medico SC Anestesia e rianimazione 1 - Pediatrica;

Componente dott. Lorenzo Stephan Cesare Grazioli - Dirigente medico SS Anestesia e rianimazione cardiocirurgica.

per la valutazione della documentazione tecnica prodotta dal Concorrente Getinge Italia S.r.l., che ha presentato offerta, in conformità ai punti 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e 18.2 "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara, nei termini seguenti:

- esame e valutazione della documentazione stessa;
- assegnazione all'elemento/parametro del punteggio tabellare attribuito ai singoli elementi di valutazione individuati, secondo i criteri riportati nella tabella esposta al punto 18.1 del medesimo Disciplinare di gara;
- compilazione:
 - a) di un prospetto riepilogativo dei punteggi tabellari conseguiti per ciascun elemento/parametro valutato;



- b) un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dal Concorrente per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

Il Presidente della Commissione Tecnica (Commissione Giudicatrice) ha dato atto che risultava trasmessa (in formato elettronico, mediante l'utilizzo del sistema di condivisione OneDrive) da parte della Commissione Amministrativa (Seggio di Gara), la documentazione tecnica presentata dal seguente soggetto:

<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>
1	Getinge Italia S.r.l.

La Commissione tecnica ha svolto le attività di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute con il seguente calendario:

- 30/07/2025: apertura, valutazione tecnico-qualitativa della documentazione presentata dal concorrente verifica del rispetto dei requisiti di minima previsti dal capitolato, prima valutazione dei criteri per i quali è richiesta l'attribuzione del punteggio.
- 31/07/2025 attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione, calcolo del punteggio finale e chiusura dei lavori.

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice ha deciso "all'unanimità" di avvalersi di un foglio di calcolo Excel, che consente – a fronte delle valutazioni espresse - l'attribuzione automatica dei punteggi, in base ai criteri riportati nel Disciplinare di gara.

2

Successivamente la Commissione Tecnica ha esaminato e valutato la documentazione prodotta dal Concorrente, esprimendo i giudizi, con l'attribuzione dei rispettivi punteggi tabellati.

Di seguito si riportano i giudizi espressi dalla Commissione Tecnica:

A) PARAMETRI VENTILATORI max 32 p.ti

Criterio di Valutazione A.1 max 7 p.ti

Modalità ventilatorie disponibili oltre a quelle minime richieste;

La commissione riscontra che la ditta Getinge Italia S.r.l. offre modalità ventilatorie aggiuntive quali analisi meccanica respiratoria e soprattutto modalità di reclutamento automatico polmonare.

Criterio di Valutazione A.2 max 5 p.ti

Sistemi di supporto per l'impostazione delle modalità di ventilazione per anestesia in presenza di aumentate resistenze delle vie aeree/ridotta compliance polmonare;

Getinge Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari rilevano che l'apparecchiatura proposta dalla ditta Getinge presenta la funzionalità di reclutamento polmonare a rampe e, in aggiunta, blocchi per



pausa espiratoria e inspiratoria per la valutazione PEEPi e Pplateu, consentendo la misurazione di parametri di meccanica respiratoria statica.

Criterio di Valutazione A.3 max 4 p.ti

modalità di funzionamento e controllo dell'erogazione dei gas freschi che consentano un ridotto consumo di agenti anestetici;

Getinge Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari rilevano che l'apparecchiatura consente la Gestione automatica dell'anestesia tramite un sistema di Automatic Gas Control ovvero una regolazione automatica dell'anestetico e dei gas freschi al fine di mantenere particolari impostazioni indicate dall'anestesista.

Criterio di Valutazione A.4 max 2 p.ti

Volume corrente (VT) (ml – range minimo a partire da 5ml)

Getinge Italia S.r.l.

Il Sistema consente ampia possibilità di impostazione in particolare, in pressione controllata, consente impostazioni di 5ml di volume controllato.

Criterio di Valutazione A.5 max 2 p.ti

Frequenza respiratoria (atti/minuto)

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema consente possibilità di regolazione adeguate alle esigenze di reparto.

Criterio di Valutazione A.6 max 2 p.ti

Flusso Inspiratorio (l/min)

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema consente possibilità di regolazione adeguate alle esigenze di reparto.

Criterio di Valutazione A.7 max 2 p.ti

Rapporto I:E

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema consente possibilità di regolazione adeguate alle esigenze di reparto.

Criterio di Valutazione A.8 max 2 p.ti

Pausa inspiratoria (s.)

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema consente possibilità di regolazione adeguate alle esigenze di reparto.

Criterio di Valutazione A.9 max 2 p.ti

Limiti di pressione (Pmax in cm H2O) : PEEP da -10 a 80hPa (cmH2O)

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema consente possibilità di regolazione adeguate alle esigenze di reparto.

Criterio di Valutazione A.10 max 2 p.ti

PEEP (cm H2O)

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema consente possibilità di regolazione adeguate alle esigenze di reparto.

Criterio di Valutazione A.11 max 2 p.ti

Descrivere eventuali Sistemi avanzati di trigger che permettano la totale sincronia macchina-paziente in modalità invasiva.

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema consente possibilità di regolazione adeguate alle esigenze di reparto.

B) *VAPORIZZATORI E GESTIONE ALOGENATI (si specifica che i vaporizzatori non dovranno essere inclusi nell'offerta) max 4 p.ti*

Criterio di Valutazione B.1 max 4 p.ti

Identificazione automatica dei gas alogenati con misurazione degli agenti alogenati inspirati ed espirati con relativa forma d'onda;

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema proposto offre impostazioni avanzate per i gas anestetici, attacchi per vaporizzatori elettronici, nonché la funzione "registri " che memorizza il consumo di agente anestetico per ogni intervento effettuato.

C) *MONITOR max 12 p.ti*

Criterio di Valutazione C.1 max 3 p.ti

Dimensioni e tipologia del monitor

Getinge Italia S.r.l.

Il monitor proposto ha dimensioni adeguate alla visualizzazione dei parametri, touch screen consente un pratico posizionamento.

Criterio di Valutazione C.2 max 5 p.ti



Scarico Log Eventi: Possibilità di memorizzare gli allarmi, numero di eventi memorizzabili, possibilità di download tramite interfaccia RS232, usb, e/o LAN; possibilità di collegamento alla cartella clinica informatizzata aziendale (Galileo)

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema proposto è dotato di due porte seriali (rs232) , porta SVGA e porta di rete . consente di scaricare il log degli errori, informazioni relative al trattamento dei pazienti nonché i registri sull'utilizzo ei gas alogenati.

Criterio di Valutazione C.3 max 2 p.ti

Possibilità di settare la scala di priorità degli allarmi

Getinge Italia S.r.

Gli allarmi sono impostati in base a scale di colore, differenze di tono e in base alla loro gravità. Ci sono poi allarmi che possono esser impostati per moltissimi parametri (esempio peep, o2 ecc...)

Criterio di Valutazione C.4 max 2 p.ti

Tempo di funzionamento in batteria (minimo 60 minuti) in condizioni di normale utilizzo

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema propone ampia autonomia di funzionamento a batteria (fino a 90 minuti) e visualizza, quando si lavora in batteria, l'autonomia residua della batteria.

D) DIMENSIONI DEL SISTEMA max 8 p.ti

Criterio di Valutazione D.1 max 8 p.ti

Peso e dimensioni complessive

Getinge Italia S.r.l.

Il peso è adeguato ai pensili di reparto, le dimensioni sono compatte, semplice da spostare.

Criterio di Valutazione D.2 max 4 p.ti

Sistema di aggancio e sgancio da pensile. Descrivere il sistema proposto;

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema propone un sistema di aggancio già in uso anche per altri apparecchi per anestesia . è un sistema che consente di montare e smontare semplicemente l'apparecchio dal pensile. La facilità di smontaggio è particolarmente comoda in caso si debba procedere a delle riparazioni / sostituzioni.

E) SICUREZZA max 4 p.ti

Criterio di Valutazione E.1 max 4 p.ti

Descrivere i sistemi di sicurezza dell'apparecchio (parametri controllati con l'autocheck, possibilità di interrompere l'autocheck in caso di emergenza, altro)

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema dispone di tutti gli allarmi necessari inoltre all'autocheck viene verificato anche il funzionamento del flussimetro per l'ossigeno (da utilizzare in caso di debba passare improvvisamente alla modalità manuale)

F) ADEGUATEZZA E PRATICITÀ DI UTILIZZO max 25 p.ti

Criterio di Valutazione F.1 max 25 p.ti

Valutazione dell'apparecchiatura mediante prova pratica presso i locali delle sale operatorie:

- 1. praticità delle operazioni di smontaggio e montaggio della cassetta paziente;*
- 2. Modalità di sanificazione della cassetta e del sistema in generale;*
- 3. ergonomia del sistema;*
- 4. Facilità di impostazione dei parametri ventilatori, adeguatezza all'attività specifica delle sale operatorie, ecc.; Descrivere i sistemi di sicurezza dell'apparecchio (parametri controllati con l'autocheck, possibilità di interrompere l'autocheck in caso di emergenza, altro)*

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema (per altro già in uso presso le sale operatorie) è stato consegnato in data 28/07/2025 a disposizione per poter eseguire prove pratiche. Si riscontra che è un sistema maneggevole, interfaccia grafica di facile utilizzo, precisione di impostazione della velocità di raggiungimento del MAC è modulabile nel tempo nonché buona gestione delle parti soggette a sterilizzazione. Il medesimo modello è già in utilizzo da circa tre anni presso le sale operatorie con ottimi risultati.

G) ASSORBIMENTO ALOGENATI NEL CIRCUITO ESPIRATORIO max 5 p.ti

Criterio di Valutazione F.1 max 5 p.ti

Possibilità di aggiornare successivamente il sistema con dispositivi che consentano di utilizzare dispositivi CONTRAfluran o similari

Getinge Italia S.r.l.

Il sistema può essere aggiornato per ospitare (in alternativa al sistema di evacuazione passivo) il sistema contrafluran per l'assorbimento dei gasi anestetici.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano unanimemente che il requisito di cui al criterio di valutazione in oggetto è presente nell'offerta tecnica del concorrente.



La Commissione ha successivamente proceduto a riassumere le risultanze della valutazione tecnico-qualitativa concernente l'offerta pervenuta nel Documento riepilogativo finale (formato.xls), Allegato 1 al presente Verbale, del quale forma parte integrante e sostanziale, comprensivo di:

- un prospetto riepilogativo dei punteggi tabellari attribuiti a ciascun parametro valutato, con il corrispondente punteggio conseguito per l'offerta presentata dall'unico concorrente in gara;
- un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dal concorrente Getinge Italia S.r.l. per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

Il concorrente Getinge Italia S.r.l. ha presentato una offerta idonea avendo conseguito un punteggio tecnico complessivo come di seguito:

<i>Denominazione</i>	<i>Punteggio tecnico</i>
Getinge Italia S.r.l.	90

Al termine della seduta del 31/07/2025 la Commissione Giudicatrice, dichiara la chiusura dei propri lavori e dispone l'invio del presente verbale alla Commissione Amministrativa (Seggio di gara), per gli atti conseguenti.

7

Bergamo, 31/07/2025

La Commissione Tecnica

Presidente Ing. Alessandra Zanardi

Componente Dott. Ezio Bonanomi

Componente Dott. Lorenzo Stephan Cesare Grazioli

Allegati: Documento riepilogativo finale.

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA PER LE SALE OPERATORIE DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII, LOTTO UNICO.

DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA PER LE SALE OPERATORIE DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII, LOTTO UNICO.

Getinge Italia S.r.l.			
PARAMETRO A.1	7,00		
PARAMETRO A.2	5,00		
PARAMETRO A.3	4,00		
PARAMETRO A.4	2,00		
PARAMETRO A.5	2,00		
PARAMETRO A.6	2,00		
PARAMETRO A.7	2,00		
PARAMETRO A.8	2,00		
PARAMETRO A.9	2,00		
PARAMETRO A.10	2,00		
PARAMETRO A.11	2,00		
PARAMETRO B	4,00		
PARAMETRO C.1	3,00		
PARAMETRO C.2	5,00		
PARAMETRO C.3	2,00		
PARAMETRO C.4	2,00		
PARAMETRO D.1	4,00		
PARAMETRO D.2	4,00		
PARAMETRO E	4,00		
PARAMETRO F	25,00		
PARAMETRO G	5,00		
PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (somatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 6)			90,00

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA PER LE SALE OPERATORIE DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

COMMISSARIO A Ing. Alessandra Zanardi
 COMMISSARIO B dott. Bonanomi Ezio
 COMMISSARIO C dott.

A) PARAMETRI VENTILATORI max 32 p.ti

A. 1) Modalità ventilatorie disponibili oltre a quelle minime richieste:

OFFERTA	PUNTI			COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
	1	1	1						
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	1	1	1	3,00	1,00	7,00

A. 2) Sistemi di supporto per l'impostazione delle modalità di ventilazione per anestesia in presenza di aumentate resistenze delle vie aeree/ridotta compliance polmonare:

OFFERTA	PUNTI			COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
	1	1	1						
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	1	1	1	3,00	1,00	5,00

A. 3) modalità di funzionamento e controllo dell'erogazione dei gas freschi che consentano un ridotto consumo di agenti anestetici:

OFFERTA	PUNTI			COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
	1	1	1						
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	1	1	1	3,00	1,00	4,00

A. 4) Volume corrente (VT) (ml) - range minimo a partire da 5ml)

OFFERTA	PUNTI			COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
	1	1	1						
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	1	1	1	3,00	1,00	2,00

Coefficiente	Valutazione
0	"molto carente"
0,25	"insufficiente"
0,5	"sufficiente"
0,75	"buono"
1	"ottimo"

A.5) Frequenza respiratoria (atti/minuto)

PUNTI 2

OFFERTA	COMMESSA A	COMMESSA B	COMMESSA C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	2,00

A.6) Flusso Inspiratorio (l/min)

PUNTI 2

OFFERTA	COMMESSA A	COMMESSA B	COMMESSA C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	2,00

A.7) Rapporto I:E

PUNTI 2

OFFERTA	COMMESSA A	COMMESSA B	COMMESSA C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	2,00

A.8) Pausa inspiratoria (s.)

PUNTI 2

OFFERTA	COMMESSA A	COMMESSA B	COMMESSA C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	2,00

A.9) Limiti di pressione (Pmax in cm H2O): PEEP da -10 a 80hPa (cmH2O)

PUNTI 2

OFFERTA	COMMESSA A	COMMESSA B	COMMESSA C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	2,00

A.10) PEEP (cm H2O)

PUNTI 2

OFFERTA	COMMESSA A	COMMESSA B	COMMESSA C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	2,00

PUNTI		2		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00
					2,00

B) VAPOORIZZATORI E GESTIONE ALOGENATI (si specifica che i vaporizzatori non dovranno essere inclusi nell'offerta) max 4 p. ti

PUNTI		4		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00
					4,00

C) MONITOR max 12 p. ti

C.1) Dimensioni e tipologia del monitor

PUNTI		3		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00
					3,00

C.2) Scarico Log Eventi: Possibilità di memorizzare gli allarmi, numero di eventi memorizzabili, possibilità di download tramite interfaccia RS232, usb, e/o LAN; possibilità di collegamento alla cartella clinica informatizzata aziendale (Galileo)

PUNTI		5		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00
					5,00

C.3) Possibilità di settare la scala di priorità degli allarmi

PUNTI		2		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00
					2,00

C.4) Tempo di funzionamento in batteria (minimo 60 minuti) in condizioni di normale utilizzo;

PUNTI 2

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	2,00

D) DIMENSIONI DEL SISTEMA max 8 p.ni

D.1) Peso e dimensioni complessive

PUNTI 4

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	4,00

D.2) Sistema di aggancio e stancio da pensile. Descrivere il sistema proposto;

PUNTI 4

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	4,00

E) SICUREZZA max 4 p.ni

E.1) Descrivere i sistemi di sicurezza dell'apparecchio (parametri controllati con l'autocheck, possibilità di interrompere l'autocheck in caso di emergenza, altro)

PUNTI 4

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	4,00

F) ADEGUATEZZA E PRATICITÀ DI UTILIZZO max 25 p.ni

F) Valutazione dell'apparecchiatura mediante prova pratica presso i locali delle sale operatorie:

1. Praticità delle operazioni di smontaggio e montaggio della cassetta paziente;
2. Modalità di sanificazione della cassetta e del sistema in generale;
3. Ergonomia del sistema;
4. Facilità di impostazione dei parametri ventilatori, adeguatezza all'attività specifica delle sale operatorie, ecc.;

OFFERTA	COMPON. A	COMPON. B	COMPON. C	SOMMATORIA	MEDIA DATA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	25,00

G) ASSORBIMENTO AIOGENATI NEL CIRCUITO ESPIRATORIO max 5 p.ti

G) Possibilità di aggiornare successivamente il sistema con dispositivi che consentano di utilizzare dispositivi CONTRAFIURAN o similari PUNTI 5

OFFERTA	COMPON. A	COMPON. B	COMPON. C	SOMMATORIA	MEDIA DATA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Getinge Italia S.r.l.	1	1	1	3,00	1,00	5,00



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

VERBALE N.2

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA (SEGGIO DI GARA)

2^ SEDUTA RISERVATA

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL –
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA
PER LE SALE OPERATORIE DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.**

CIG: B6B262A809

L’anno **2025**, addì **07** del mese di **agosto** presso la SC Gestione Acquisti, alle ore 10.10, si riunisce - in 2^ seduta riservata - l’apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Silvia Gamba, Assistente amministrativo SC Gestione Acquisti;

per provvedere all’espletamento delle seguenti operazioni contemplate dal Disciplinare di gara:

- a) presa d’atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica agli elementi tecnico-qualitativi;
- b) apertura della Busta Telematica C contenente l’Offerta Economica del Concorrente ammesso e gli eventuali relativi allegati;
- c) rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed assegnazione del rispettivo punteggio, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara (C.S.A. e Disciplinare);
- d) sommatoria, per il Concorrente, dei punteggi assegnati all’aspetto economico ed agli aspetti tecnico/qualitativi;
- e) formulazione della graduatoria finale provvisoria.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente: dr.ssa Sara Fumagalli.

Premesso che:

– come si evince dal Verbale n. 1 della 1^a seduta riservata in data 02.07.2025, il Presidente della Commissione Amministrativa:

➤ ha disposto:

1. che il Concorrente definitivamente ammesso a gara è il seguente

	Operatore economico
1	Getinge S.r.l.

2. che la documentazione tecnica prodotta dal medesimo, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarebbe stata trasmessa al Presidente della apposita Commissione Tecnica per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;

➤ ha rammentato, infine, che l'Offerta Economica sarebbe rimasta chiusa/bloccata da SinTel e, quindi, il contenuto della medesima non sarebbe stato visibile, né da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, né di terzi, sino alla 2^a seduta riservata, che si sarebbe tenuta non appena terminate le valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

– con @mail del 02.07.2025, la Commissione Amministrativa ha inviato al Presidente della Commissione la documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico - dal suddetto partecipante, per le necessarie valutazioni;

– mediante nota P.I. 54548/25 del 06.08.2025, il Presidente della Commissione Tecnica ha inviato il verbale del 31.07.2025 e relativi allegati, concernenti le attività svolte;

tanto premesso

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

dà quindi inizio alle operazioni contemplate nel Disciplinare di gara e descritte sul frontespizio del presente verbale, più precisamente:

– prende atto delle risultanze della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica e successivamente dà pubblica lettura del punteggio attribuito agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dal Concorrente Getinge S.r.l., come sotto riportato:

2

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<i>denominazione</i>	<i>Punti alla qualità max p. 90</i>
Getinge S.r.l.	90

- effettua l’inserimento del predetto punteggio nel Sistema SinTel;
- rileva che il partecipante risulta ammesso alla prosecuzione della gara;
- provvede, quindi, all’apertura della Busta Telematica contenente l’Offerta Economica e gli eventuali relativi allegati;
- dà pubblica lettura delle sottoindicate condizioni economiche praticate dall’unico concorrente:

<i>denominazione</i>	<i>Importo offerto Iva esclusa</i>	<i>Importo oneri rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso (IVA esclusa)</i>
Getinge S.r.l.	€ 239.200,00	€ 80,00

- tramite Piattaforma procede alla sommatoria dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici e determina il punteggio globale conseguito dall’unico Concorrente, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 90)	Importo complessivo presunto a base d’asta € 240.000,00 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 10)	Punteggio totale
1	Getinge S.r.l.	90,00	€ 239.200,00	10,00	100

Ultimata l’attribuzione dei punteggi,

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- procede alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e rileva che non è stata presentata offerta anomala;



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- procede comunque all'esame della documentazione prodotta dall'unico concorrente a suffragio della propria offerta e ritiene che i contenuti esposti depongono per un giudizio di serietà della medesima;
- precisa che il costo complessivo per la fornitura in oggetto, ammonta a € 239.200,00 oltre IVA 22%, oltre € 80,00 IVA 22% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 239.280,00 IVA 22% esclusa (€ 291.921,60 IVA 22% inclusa), con un costo per la fornitura pari a € 291.921,60 IVA 22% esclusa;
- sulla scorta di quanto sopra, ritiene che l'offerta presentata dalla Getinge S.r.l. sia congrua e sostenibile, dispone la proposta di aggiudicazione e subordina l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione.

Alle ore 10.30 la seduta è tolta.

Costituisce parte integrante del presente verbale:

- la nota P.I. 54548/25 del 06.08.2025, con cui il Presidente della Commissione Tecnica ha trasmesso il verbale del 31.07.2025;

N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.

La Commissione Amministrativa

- f.to dr. Enrico Gamba
- f.to dr.ssa Sara Fumagalli
- f.to dr.ssa Silvia Gamba

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1419/2025)

Oggetto: ESITO DELLA PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHIATURE PER ANESTESIA DESTINATE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. (CUP C14E24000070002). COSTO COMPLESSIVO EURO 291.921,60 (IVA 22% COMPRESA)

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 12/08/2025

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
608/2025	1	X		€ 291.921,60

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 12/08/2025

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	608/2025	1	€ 291.921,60

Bergamo, 12/08/2025

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1419/2025

ad oggetto:

ESITO DELLA PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHIATURE PER ANESTESIA DESTINATE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. (CUP C14E24000070002). COSTO COMPLESSIVO EURO 291.921,60 (IVA 22% COMPRESA)

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Locati Francesco Angelo
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
