

DELIBERAZIONE NR. 174 DEL 05/02/2026

OGGETTO: ESITO DELLA PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII – LOTTO UNICO. COSTO COMPLESSIVO EURO 329.494,35 (IVA 22% COMPRESA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

a) con deliberazione n. 1559 del 24.09.2025 è stato – tra l’altro - disposto:

- di indire procedura “aperta”, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SinTel, per l’affidamento della fornitura di n. 1 sistema per circolazione extracorporea, da destinare alla SC Cardiocirurgia dell’ASST Papa Giovanni XXIII;
- di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 (punteggio complessivo 100 punti: 70 qualità/30 prezzo);
- di approvare la documentazione di gara, consistente nel bando di gara, disciplinare di gara e annessi allegati, capitolato speciale d’appalto e annessi allegati;
- di pubblicare, ai sensi degli artt. 84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023, il bando sulla Gazzetta Ufficiale UE, nonché sul sito *web* dell’azienda, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC;
- di dare mandato alla SC Gestione acquisti di espletare la procedura di gara e di sottoscrivere la relativa documentazione;

- di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte che sarebbero pervenute;
- b) con delibera n. 1821 del 13.11.2025 sono state nominate le commissioni amministrativa e tecnica, con l'incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto;

Visti:

- il Verbale n. 1 della 1^ seduta riservata tenutasi in data 18.11.2025 (allegato A) dal quale - tra l'altro - si evince che l'apposita commissione amministrativa:

- a) operando tramite il sistema telematico, in via preliminare, ha riscontrato che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ore 13.00 del 03.11.2025, fissato nel Disciplinare di gara - è pervenuta l'offerta del seguente unico concorrente, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva:

	Operatore economico
1	Sorin Group Italia s.r.l.

- b) successivamente ha provveduto all'apertura dell'offerta ed - effettuati i dovuti controlli - ha disposto l'ammissione alle fasi successive di gara del suindicato soggetto, avendo lo stesso prodotto documentazione completa e conforme a quanto prescritto;
- c) ha effettuato, su piattaforma, lo sblocco e l'apertura dell'offerta tecnica presentata, constatando la sola presenza dei documenti prescritti;
- d) ha previsto la successiva trasmissione della documentazione tecnica prodotta dal concorrente al presidente della commissione tecnica, per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate;
- la @mail del 18.11.2025 con cui è stato inviato alla commissione tecnica la documentazione prodotta - in formato elettronico - dal partecipante per le necessarie valutazioni;
- la nota P.I. n. 2717/26 del 14.01.2026, con cui la commissione tecnica ha inviato il verbale del 13.01.2026 e relativi allegati, concernenti le attività svolte (allegato B);
- il Verbale n. 2 della 2^ seduta riservata in data 21.01.2026 (allegato C), nel corso della quale la commissione amministrativa:
 - a) ha preso atto delle risultanze della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica, rilevando il punteggio attribuito agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dall'unico concorrente in gara, come sotto riportato:

Denominazione	Punti alla qualità max p. 70
Sorin Group Italia s.r.l.	50,33

- b) ha effettuato il relativo inserimento nel sistema SinTel;
- c) ha provveduto, quindi, all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica dell'unico soggetto ammesso e gli eventuali relativi allegati, rilevando le seguenti condizioni economiche d'offerta:

Denominazione	Importo offerto (IVA esclusa)	Importo oneri rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso (IVA esclusa)
Sorin Group Italia s.r.l.	€ 269.997,34	€ 80,00

d) ha determinato il punteggio globale (parte tecnico/qualitativa + parte economica) riportato dal Concorrente, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 70)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 270.491,80 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 30)	Punteggio totale
1	Sorin Group Italia s.r.l.	50,33	€ 269.997,34	30,00	80,33

- e) ha proceduto alla verifica ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ha rilevato che non è stata presentata offerta anomala in base ai criteri stabiliti all'art. 21 del disciplinare di gara;
- f) ha comunque esaminato la documentazione prodotta dall'unico concorrente a suffragio della propria offerta e ha ritenuto che i contenuti esposti depongono per un giudizio di congruità dell'offerta economica;
- g) ha quindi disposto la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto a favore di Sorin Group Italia s.r.l. concorrente 1^a e unico classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 80,33/100, per l'importo complessivo di € 269.997,34 oltre IVA 22%, subordinando l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento aziendale;

Dato atto che i controlli di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico si sono conclusi con esito positivo;

Constatato che il responsabile unico del progetto (RUP), richiamate le disposizioni del d.l. n. 168/2004, convertito in legge 3.7.2004 n. 191 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con circolare del 24.9.2004 prot. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla deliberazione n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del DPCM 11.7.2018, ha verificato che attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi, che non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11.7.2018;

Precisato che il costo complessivo per la fornitura in oggetto, ammonta a € 269.997,34 oltre IVA 22%, oltre € 80,00 IVA 22% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 270.077,34 IVA 22% esclusa (€ 329.494,35 IVA 22% inclusa), e tale onere farà carico al budget delle autorizzazioni n. 613 - 614 sub 1 del bilancio dell'anno 2026.

Dato che:

- il RUP, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore f.f. della SC Gestione acquisti;
- la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare l'operato delle commissioni amministrativa e tecnica, quale risultante dai n. 3 documenti richiamati in premessa (allegati A, B, e C), che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura di n. 1 sistema per circolazione extracorporea, da destinare alla SC Cardiocirurgia dell'ASST Papa Giovanni XXIII - lotto unico, alla società Sorin Group Italia s.r.l. con sede in Milano (MI), concorrente 1^ e unico classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 80,33/100, per l'importo di € 269.997,34 oltre IVA 22%;
3. di prendere atto che nel caso di specie, a norma dell'art. 18, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio di cui al medesimo articolo;
4. di dare mandato alla SC Gestione acquisti di provvedere alla stipula del contratto con la sopracitata società, in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;
5. di dare atto che il costo complessivo per la fornitura in oggetto, ammonta a € 329.494,35 (IVA 22% inclusa), e tale onere farà carico al budget delle autorizzazioni n. 613 - 614 sub 1 del bilancio dell'anno 2026;
6. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, l'Ing. Mattia Begnis, collaboratore tecnico professionale della SC Ingegneria clinica, nei confronti dei quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
7. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale che sarà adottato e del relativo impegno di spesa;
8. di dare atto che:
 - il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore f.f. della SC Gestione acquisti;
 - la Dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

**VERBALE N. 1
 DI AMMISSIONE A GARA**

**PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL –
 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE
 EXTRACORPOREA, DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'ASST PAPA
 GIOVANNI XXIII – LOTTO UNICO.**

CIG: B86DF103C8

L'anno **2025**, addì **18** del mese di **novembre**, presso la SC Gestione Acquisti, dalle ore 11,10 alle ore 11,40 si riunisce - in 1^ seduta riservata - l'apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa Veronica Salerno, Collaboratore Amministrativo Professionale SC Gestione Acquisti;

Componente dr. Maurizio Esposito, Collaboratore Amministrativo Professionale SC Gestione Acquisti;

per l'apertura della Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa prodotta dal sottoelencato Concorrente e l'esame della stessa:

	Operatore economico
1	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente: dr.ssa Veronica Salerno.

Preliminarmente si dà atto che con delibera n. 1821 del 13.11.2025 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l'incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto.

Premesso quanto sopra, richiamata:

- la delibera n. 1559 del 24.09.2025 con cui è stato – tra l'altro - disposto:
 - a) di indire procedura concorsuale "aperta", ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SinTel, per l'affidamento della fornitura di n. 1 sistema per

1



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



circolazione extracorporea, da destinare alla SC Cardiocirurgia dell'ASST Papa Giovanni XXIII
– Lotto Unico;

- b) di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) di approvare la documentazione di gara, consistente in: bando di gara, disciplinare di gara e annessi allegati, capitolato speciale d’appalto e annessi allegati;
- d) di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte;

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

operando mediante il sistema telematico, in via preliminare, riscontra che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 03.11.2025 - risulta pervenuta l’offerta di n. 1 Concorrente riportato sul frontespizio del presente verbale, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva.

Successivamente, provvede all’apertura dell’offerta presentata e, come si evince dall’unito prospetto riepilogativo, parte integrante del presente verbale:

- a) verifica che la stessa è composta da Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa, Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica e Busta Telematica contenente l’Offerta Economica (d’altro canto, l’esito positivo di tale controllo è già implicito nella rilevazione della presenza su Sintel dell’offerta medesima, in quanto eventuali offerte intempestive ed incomplete ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie non sono accettate dal Sistema);
- b) accede all’area contenente la Documentazione Amministrativa dell’offerta presentata, dando atto che l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né da parte dell’Azienda, né di terzi;
- c) effettua il riscontro della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti per il concorrente Sorin Group Italia S.R.L.;
- d) procede all’analisi degli atti costituenti la Documentazione Amministrativa dal predetto Concorrente;
- e) rileva che risulta prodotto il DGUE, da cui non emergono irregolarità dell’azienda.

Alla luce di quanto sopra, viste le risultanze dell’analisi della documentazione amministrativa dell’unico concorrente che ha presentato offerta

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- a) dichiara ammesso alle fasi successive della procedura il seguente soggetto, avendo prodotto documentazione amministrativa completa e conforme a quanto richiesto:

<i>n.</i>	<i>denominazione</i>	<i>giudizio di ammissione</i>
1	Sorin Group Italia S.R.L.	Ammesso

- b) effettua - infine - su piattaforma, lo sblocco e l'apertura dell'Offerta Tecnica presentata, accertando la sola presenza dei documenti prescritti.

A seguito di tali riscontri,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

➤ dà atto che:

1. il succitato Concorrente è definitivamente ammesso a gara;
2. la documentazione tecnica prodotta dal medesimo, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarà trasmessa al Presidente della Commissione Tecnica e ai suoi membri per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;

➤ rammenta, infine, che l'Offerta Economica resterà chiusa/bloccata da Sintel e, quindi, il contenuto della stessa non sarà visibile, né da parte dell'Azienda, né di terzi sino alla 2^a seduta riservata, che si terrà non appena saranno terminate le prescritte valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

Alle ore 11.40 la seduta è tolta.

Fa parte integrante del presente verbale il prospetto riepilogativo di ammissione a gara.

N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.

La Commissione Amministrativa

- dr. Enrico Gamba
- dr.ssa Veronica Salerno
- dr. Maurizio Esposito



Prot. 0002717/26

1.6.3

ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

**VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE
DALLA COMMISSIONE TECNICA**

Oggetto: PROCEDURA CONCORSUALE "APERTA" PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII - LOTTO UNICO.

L'anno **2025**, nella giornata del **29 dicembre** dalle ore 14:00 alle ore 15:30, presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica, nominata con delibera n. 1821 del 13.11.2025, composta da:

Presidente: Dr. Amedeo Terzi – Responsabile della SSD Chirurgia dei Trapianti e Trattamento Chirurgico dello Scompenso;

Componente: Dr. Davide Ghitti - Tecnico Perfusionista della SC Anestesia e Rianimazione 2;

Componente: Ing. Mattia Begnis – Collaboratore Tecnico Professionale della SC Ingegneria Clinica;

per effettuare la valutazione della documentazione tecnica prodotta dal Concorrente di seguito indicato, che ha presentato offerta, in conformità ai punti 17.1 "*Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*" e 17.2 "*Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica*" del Disciplinare di gara, nei termini seguenti:

- esame e valutazione della documentazione stessa;
- assegnazione all'elemento/parametro del punteggio tabellare attribuito ai singoli elementi di valutazione individuati, secondo i criteri riportati nella tabella esposta al punto 17.1 del medesimo Disciplinare di gara;
- compilazione:
 - a) di un prospetto riepilogativo dei punteggi tabellari conseguiti per ciascun elemento/parametro valutato;
 - b) un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dal Concorrente per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).



All'inizio della seduta il Presidente della Commissione Tecnica (Commissione Giudicatrice) ha dato atto che risultava trasmessa (in formato elettronico, mediante l'utilizzo del sistema di condivisione OneDrive) da parte della Commissione Amministrativa (Seggio di Gara), la documentazione tecnica presentata dal seguente soggetto:

N.	DENOMINAZIONE
1	SORIN GROUP ITALIA S.r.l.

Sulla scorta del richiamato Disciplinare di gara, la Commissione Tecnica ha, quindi, proceduto:

- all'apertura dei files, relativi alla documentazione tecnica presentata (tramite piattaforma Sintel) dei suindicati Concorrenti;
- alla quantificazione dell'attività da svolgere.

La Commissione tecnica ha svolto le attività di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute con il seguente calendario:

- 29 dicembre 2025: apertura e avvio della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione presentata dai concorrenti e della documentazione di gara; esame dell'offerta tecnica;
- 13 gennaio 2026: conclusione dell'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione e calcolo del punteggio finale a partire dai punteggi attribuiti dai singoli commissari nel documento riassuntivo e chiusura dei lavori.

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice ha deciso "all'unanimità" di avvalersi di un foglio di calcolo Excel, che consente – a fronte delle valutazioni espresse – l'attribuzione automatica dei punteggi, in base ai criteri riportati nel Disciplinare di gara.

2

Nella seduta del 13 gennaio 2026 la Commissione Tecnica ha concluso l'esame e la valutazione della documentazione prodotta dai Concorrenti, esprimendo i giudizi, con l'attribuzione dei rispettivi punteggi.

Di seguito si riportano i giudizi espressi dalla Commissione Tecnica:

Criterio di Valutazione n. 1:

1) Pompe roller Tipologia di pompe fornite e relativa quantità, Range di regolazione della pompa, emolisi, modalità di sostituzione in caso di malfunzionamento, etc. (MAX 10 PUNTI)

10,00 PUNTI

Dall'analisi del capitolato si ritiene che le pompe proposte soddisfino i requisiti tecnici funzionali legati alla destinazione d'uso del sistema.

Handwritten signatures and initials, including "PB" and "SA".



Criterio di Valutazione n. 2:

Pompa centrifuga Range di regolazione della pompa, emolisi, modalità di sostituzione in caso di malfunzionamento, etc. Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica. (MAX 6 PUNTI)

6,00 PUNTI

Dall'analisi del capitolato si ritiene che la pompa proposte soddisfi i requisiti tecnici funzionali legati alla destinazione d'uso del sistema.

Criterio di Valutazione n. 3:

Caratteristiche del monitor per la visualizzazione dei parametri paziente (parametri visualizzati, dimensioni, posizionamento...). Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica (MAX 6 PUNTI)

3,00 PUNTI

In considerazione della specificità delle procedure extracorporee eseguite presso ASST Papa Giovanni XXIII, si ritiene che i parametri monitorati e visualizzati risultino essenziali. L'impossibilità del monitoraggio del pH determina, anche per questo sistema, la necessità di implementare l'uso di altri dispositivi attualmente in uso presso la nostra azienda (CDI 500). Tuttavia, la commissione apprezza la possibilità di interfacciare direttamente il sistema offerto con tali dispositivi di monitoraggio, il che consente di eseguire le procedure senza che venga richiesto l'impiego di ulteriore materiale di consumo.

3

Criterio di Valutazione n. 4:

Pannello di controllo: Caratteristiche generali del pannello di controllo (tipologia, dimensioni, orientabilità, parametri visualizzati, configurabilità, personalizzazione). Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato inserito in offerta tecnica. (MAX 6 PUNTI)

4,50 PUNTI

Pannello di buone caratteristiche. La necessità di configurare i parametri su due monitor riduce la visibilità del campo operatorio riducendo l'interfaccia con l'operatore.

Criterio di Valutazione n. 5:

Caratteristiche generali del miscelatore di gas (tipologia-elettronico/meccanico, grado di precisione, gas miscelati, valori impostabili e letti, etc...). Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato inserito in offerta tecnica. (MAX 8 PUNTI)

Il prodotto presentato, seppur meccanico, presenta caratteristiche più che adeguate alle necessità.

Criterio di Valutazione n. 6:

Autonomia della batteria tampone [min.] (in condizioni di livello massimo di carica e in caso di massimo assorbimento del sistema). Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica. (MAX 4 PUNTI)

1,33 PUNTI

HB
OK
A



Buona durata in condizioni standard (90 min). La durata dichiarata in condizioni di massimo esercizio (20 min), è appena sufficiente per la messa in sicurezza del paziente.

Criterio di Valutazione n. 7:

Modalità di esportazione dei parametri, degli allarmi degli eventi relativi al funzionamento e della cartella di perfusione. (MAX 3 PUNTI)

3,00 PUNTI

Esportazione semplice ed affidabile in diversi formati.

Criterio di Valutazione n. 8:

Sensori di rilevazione bolle, flusso, temperatura, pressione: Indicare la tecnologia dei sensori ed i rispettivi range di misura. Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato inserito in offerta tecnica. (MAX 12 PUNTI)

9,00 PUNTI

I sensori risultano affidabili sensibili e adeguati al garantire una circolazione extracorporea in sicurezza.

Criterio di Valutazione n. 9:

Caratteristiche generali del sistema offerto (ergonomia complessiva, possibilità di personalizzare e modificare la configurazione del sistema, maneggevolezza, trasportabilità, presenza pompa di riserva, manovella di emergenza). Valutazione mediante PROVA PRATICA (MAX 15 PUNTI)

7,50 PUNTI

Durante il periodo di prova pratica, il sistema ha dimostrato la sua adeguatezza rispetto alle necessità d'uso degli operatori, alle possibilità di configurazione e alla presenza di dispositivi di sicurezza. La macchina appare anche ingombrante e pesante, non favorendo sempre una mobilitazione semplice in sala operatoria.

La Commissione ha successivamente proceduto a riassumere le risultanze della valutazione tecnico-qualitativa concernente l'offerta pervenuta nel Documento riepilogativo finale (formato.xls), Allegato 1 al presente Verbale, del quale forma parte integrante e sostanziale, comprensivo di:

- un prospetto riepilogativo dei punteggi tabellari attribuiti a ciascun parametro valutato, con il corrispondente punteggio conseguito per l'offerta presentata dall'unico concorrente in gara;
- un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dai concorrenti per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

La Commissione da atto che il concorrente ha conseguito il punteggio tecnico di **50,33 PUNTI**.

4



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Al termine della seduta del 13 gennaio 2026 la Commissione Giudicatrice, dichiara la chiusura dei propri lavori e dispone l'invio del presente verbale alla Commissione Amministrativa (Seggio di gara), per gli atti conseguenti.

Bergamo, il 13 gennaio 2026

La Commissione Tecnica

Presidente Dr. Amedeo Terzi

Componente Dr. Davide Ghitti

Componente Ing. Mattia Begnis

Allegati: Documento riepilogativo finale.

5

PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, DA DESTINARE ALLA SC
CARDIOCHIRURGIA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII - LOTTO UNICO

CRITERI - max 70 p.ti

1) Pompe roller Tipologia di pompe fornite e relativa quantità, Range di regolazione della pompa, emolisi, modalità di sostituzione in caso di malfunzionamento, etc.

PUNTI 10

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	1	1	1	3,00	1,00	10,00

2) Pompa centrifuga Range di regolazione della pompa, emolisi, modalità di sostituzione in caso di malfunzionamento, etc.
Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica.;

PUNTI 6

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	1	1	1	3,00	1,00	6,00

3) Caratteristiche del monitor per la visualizzazione dei parametri paziente (parametri visualizzati, dimensioni, posizionamento...);
Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica

PUNTI 6

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	3,00

207
208
209

4) Pannello di controllo: Caratteristiche generali del pannello di controllo (tipologia, dimensioni, orientabilità, parametri visualizzati, configurabilità, personalizzazione).
Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato inserito in offerta tecnica.

PUNTI 6					
COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	4,50

OFFERTA
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.

5) Caratteristiche generali del miscelatore di gas (tipologia-elettronico/meccanico, grado di precisione, gas miscelati, valori impostabili e letti, etc...)
Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato inserito in offerta tecnica.

PUNTI 8					
COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	6,00

OFFERTA
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.

6) Autonomia della batteria tampone [min.] (in condizioni di livello massimo di carica e in caso di massimo assorbimento del sistema)
Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica.

PUNTI 4					
COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
0,25	0,25	0,5	1,00	0,33	1,33

OFFERTA
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.

7) Modalità di esportazione dei parametri, degli allarmi degli eventi relativi al funzionamento e della cartella di perfusione.

PUNTI 3					
COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
1	1	1	3,00	1,00	3,00

OFFERTA
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.

8) Sensori di rilevazione bolle, flusso, temperatura, pressione: Indicare la tecnologia dei sensori ed i rispettivi range di misura
Breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato inserito in offerta tecnica.

PUNTI 12					
COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO

Handwritten marks: "25" and "25" with a signature.

SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	9,00
---------------------------	------	------	------	------	------	------

9) Caratteristiche generali del sistema offerto (ergonomia complessiva, possibilità di personalizzare e modificare la configurazione del sistema, maneggevolezza, trasportabilità, presenza pompa di riserva, manovella di emergenza)

Valutazione mediante PROVA PRATICA.

OFFERTA							
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.							
COMMISS. A		0,5		COMMISS. C		0,5	
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5			
				0,5		</	

Ambedue
Habitat 66

HB

PROCEDURA "APERTA" - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII - LOTTO UNICO

SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	
CRITERIO 1	10,00
CRITERIO 2	6,00
CRITERIO 3	3,00
CRITERIO 4	4,50
CRITERIO 5	6,00
CRITERIO 6	1,33
CRITERIO 7	3,00
CRITERIO 8	9,00
CRITERIO 9	7,50
PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 6)	
	50,33

[illegible][illegible]

Punteggi

My dear Mr. Webb



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

**VERBALE N.2
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA (SEGGIO DI GARA)
2^ SEDUTA RISERVATA**

**PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE
EXTRACORPOREA, DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'ASST PAPA
GIOVANNI XXIII – LOTTO UNICO.**

CIG: B86DF103C8

L'anno 2026, addì 21 del mese di **gennaio** presso la sala riunioni della SC Gestione Acquisti, alle ore 09.00, si riunisce - in 2^ seduta riservata - l'apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente Dr. Giovanni Acquaroli, Direttore f.f. della SC Gestione Acquisti, subentrato al Dr. Enrico Gamba, che ha cessato il proprio incarico di Direttore della SC Gestione Acquisti presso questa ASST in data 31.12.2025;

Componente Dr.ssa. Veronica Salerno, Collaboratore Amministrativo Professionale della SC Gestione Acquisti;

Componente Dr. Maurizio Esposito, Collaboratore Amministrativo Professionale SC Gestione Acquisti;

per provvedere all'espletamento delle seguenti operazioni contemplate dal Disciplinare di gara:

- a) presa d'atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica agli elementi tecnico-qualitativi;
- b) apertura della Busta Telematica C contenente l'Offerta Economica del Concorrente ammesso e gli eventuali relativi allegati;
- c) rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed assegnazione del rispettivo punteggio, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara (C.S.A. e Disciplinare);
- d) sommatoria, per il Concorrente, dei punteggi assegnati all'aspetto economico ed agli aspetti tecnico/qualitativi;
- e) formulazione della graduatoria finale provvisoria.

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente: Dr.ssa Veronica Salerno

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

Premesso che:

– come si evince dal Verbale n. 1 della 1^a seduta riservata in data 18.11.2025, il Presidente della Commissione Amministrativa:

➤ ha disposto:

1. che il Concorrente definitivamente ammesso a gara è il seguente:

	Operatore economico
1	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.

2. che la documentazione tecnica prodotta dal medesimo, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarebbe stata trasmessa al Presidente della apposita Commissione Tecnica per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;

➤ ha rammentato, infine, che l'Offerta Economica sarebbe rimasta chiusa/bloccata da SinTel e, quindi, il contenuto della medesima non sarebbe stato visibile, né da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, né di terzi, sino alla 2^a seduta riservata, che si sarebbe tenuta non appena terminate le valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

– con @mail del 18.11.2025, la Commissione Amministrativa ha inviato al Presidente della Commissione tecnica la documentazione prodotta - in formato elettronico - dal suddetto partecipante, per le necessarie valutazioni;

– mediante nota P.I. 2717/26 del 14.01.2026, il Presidente della Commissione Tecnica ha inviato il verbale del 13.01.2026 e relativi allegati, concernenti le attività svolte;

tanto premesso

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

dà quindi inizio alle operazioni contemplate nel Disciplinare di gara e descritte sul frontespizio del presente verbale, più precisamente:

– prende atto delle risultanze della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica e rileva il punteggio attribuito agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dal Concorrente Sorin Group Italia S.r.l., come sotto riportato:

<i>Denominazione</i>	<i>Punti alla qualità max p. 70</i>
Sorin Group Italia S.r.l.	50,33

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

- effettua l'inserimento del predetto punteggio nel Sistema SinTel;
- rileva che il partecipante risulta ammesso alla prosecuzione della gara;
- provvede, quindi, all'apertura della Busta Telematica contenente l'Offerta Economica e gli eventuali relativi allegati;
- riscontra le sottoindicate condizioni economiche praticate dall'unico concorrente:

<i>Denominazione</i>	<i>Importo offerto Iva esclusa</i>	<i>Importo oneri rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso (IVA esclusa)</i>
Sorin Group Italia S.r.l.	€ 269.997,34	€ 80,00

- tramite Piattaforma procede alla sommatoria dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici e determina il punteggio globale conseguito dall'unico Concorrente, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 70)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 270.491,80 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 30)	Punteggio totale
1	Sorin Group Italia S.r.l.	50,33	€ 269.997,34	30,00	80,33

Ultimata l'attribuzione dei punteggi,

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- procede alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e rileva che non è stata presentata offerta anomala in base ai criteri stabiliti all'art. 21 del Disciplinare di gara;
- procede comunque all'esame della documentazione prodotta dall'unico concorrente e ritiene che i contenuti esposti depongono per un giudizio di congruità dell'offerta economica;
- precisa che il costo complessivo per la fornitura in oggetto, ammonta a € 269.997,34 oltre IVA 22%, oltre € 80,00 IVA 22% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 270.077,34 IVA 22% esclusa (€ 329.494,35 IVA 22% inclusa);



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



- sulla scorta di quanto sopra la commissione amministrativa propone l'aggiudicazione alla Sorin Group Italia S.r.l. subordinata all'adozione di specifico provvedimento da parte dell'amministrazione.

Alle ore 09:30 la seduta è tolta.

N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.

La Commissione Amministrativa

- Dr. Giovanni Acquaroli
- Dr.ssa Veronica Salerno
- Dr. Maurizio Esposito

Giovanni Acquaroli
.....
Veronica Salerno
.....
Maurizio Esposito
.....

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 193/2026)

Oggetto: ESITO DELLA PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII – LOTTO UNICO. COSTO COMPLESSIVO EURO 329.494,35 (IVA 22% COMPRESA).

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 30/01/2026

Il Direttore f.f.
Dr. Acquaroli Giovanni

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☐ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☒ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
613/2026	1	X		€ 248 902,91
614/2026	1	X		€ 80.591,44

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☒ cespiti (*indicare centro di costo*)
☐ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 30/01/2026

Il Direttore f.f.
Dr. Acquaroli Giovanni

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
	102240010 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	613/2026	1	€ 248 902,91
	102240010 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	614/2026	1	€ 80.591,44

Bergamo, 02/02/2026

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.193/2026

ad oggetto:

ESITO DELLA PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 1 SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, DA DESTINARE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII – LOTTO UNICO. COSTO COMPLESSIVO EURO 329.494,35 (IVA 22% COMPRESA).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
