

DELIBERAZIONE NR. 1846 DEL 13/11/2025

**OGGETTO:** ESITO DELLA PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. (CUP C14E24000070002). COSTO COMPLESSIVO EURO 499.884,00 (IVA 5% COMPRESA)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | DR. GIANLUCA VECCHI      |
| IL DIRETTORE SANITARIO       | DOTT. ALESSANDRO AMOROSI |
| IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO | DR.SSA SIMONETTA CESA    |

**Premesso che:**

- a) con deliberazione n. 714 del 24.04.2025 è stato – tra l’altro – disposto di:
- indire procedura “aperta”, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SinTel, per l’affidamento della fornitura di un tomografo computerizzato intraoperatorio trasportabile su ruote destinato al blocco operatorio dell’ASST Papa Giovanni XXIII, lotto unico;
  - provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 (punteggio complessivo 100 punti: 90 qualità/10 prezzo);
  - approvare la documentazione di gara, consistente nel bando di gara, disciplinare di gara e annessi allegati, capitolato speciale d’appalto e annessi allegati;
  - pubblicare, ai sensi degli artt. 84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023, il bando sulla Gazzetta Ufficiale UE, nonché sul sito *web* dell’azienda, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC;
  - dare mandato alla SC Gestione acquisti di espletare la procedura di gara e di sottoscrivere la relativa documentazione;
  - rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la

presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte che sarebbero pervenute;

- b) con deliberazione n. 1010 del 19.06.2025 sono state nominate le commissioni amministrativa e tecnica, con l'incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto;

**Visti:**

- il verbale n. 1 della 1^ seduta riservata tenutasi in data 25.06.2025 (allegato A) dal quale – tra l'altro - si evince che l'apposita commissione amministrativa:

- a) operando tramite il sistema telematico, in via preliminare, ha riscontrato che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ore 12.00 del 13.06.2025, fissato nel disciplinare di gara – è pervenuta l'offerta del seguente unico concorrente, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva:

|   | <b>Operatore economico</b>        |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Samsung Electronics Italia S.p.A. |

- b) successivamente ha provveduto all'apertura dell'offerta ed - effettuati i dovuti controlli - ha disposto l'ammissione alle fasi successive di gara del suindicato soggetto, avendo lo stesso prodotto documentazione completa e conforme a quanto prescritto;
- c) ha effettuato, su piattaforma, lo sblocco e l'apertura dell'offerta tecnica presentata, constatando la sola presenza dei documenti prescritti;
- d) ha previsto la successiva trasmissione della documentazione tecnica prodotta dal concorrente al presidente della commissione tecnica, per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate;
- la e-mail del 13.06.2025 con cui si inviava al presidente dell'apposita commissione la documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico – dal partecipante per le necessarie valutazioni;
- la nota P.I. n. 73359 del 24.10.2025, con cui il presidente della commissione tecnica ha inviato il verbale del 16.10.2025 e relativi allegati, concernenti le attività svolte (Allegato B);
- il verbale n. 2 della 2^ seduta riservata in data 29.10.2025 (allegato C), nel corso della quale:

- il presidente della commissione amministrativa:

- a) ha preso atto delle risultanze della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica, ha dato pubblica lettura dei punteggi attribuiti agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dall'unico concorrente in gara, come sotto riportato:

| <b>Denominazione</b>              | <b>Punti alla qualità<br/>max p. 90</b> |
|-----------------------------------|---|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 84,33                                   |

- b) ha effettuato il relativo inserimento nel sistema SinTel;
- c) ha provveduto, quindi, all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica dell'unico soggetto ammesso e gli eventuali relativi allegati, rilevando le seguenti condizioni economiche:

| <i>Denominazione</i>               | <i>Importo offerto (IVA esclusa)</i> | <i>Importo oneri rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso (IVA esclusa)</i> |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Samsung Electronics Italia S.p.A.. | € 476.000,00                         | € 80,00  |

d) ha determinato il punteggio globale (parte tecnico/qualitativa + parte economica) riportato dal concorrente, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

| <b>N.</b> | <b>Denominazione</b>              | <b>Punti alla qualità (max p. 90)</b> | <b>Importo complessivo presunto a base d'asta € 476.190,48 (IVA esclusa)</b> | <b>Punti offerta economica (max p. 10)</b> | <b>Punteggio totale</b> |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 1         | Samsung Electronics Italia S.p.A. | 84,33                                 | € 476.000,00   | 10,00                                      | 94.33                   |

- completata l'attribuzione dei punteggi, la commissione amministrativa:

- a) ha proceduto alla verifica ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ha rilevato che non è stata presentata offerta anomala;
- b) ha comunque esaminato la documentazione prodotta dall'unico concorrente a sostegno della propria offerta e ha ritenuto che i contenuti esposti depongono per un giudizio di serietà della medesima;
- c) ha quindi disposto la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto a favore di Samsung Electronics Italia S.p.A., concorrente 1<sup>^</sup> e unico classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 94,33/100, per l'importo complessivo di € 476.000,00 oltre IVA 5%, subordinando l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento aziendale;

**Dato atto che** i controlli di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico si sono conclusi con esito positivo;

**Constatato che** il responsabile unico del progetto (RUP), richiamate le disposizioni del d.l. n. 168/2004, convertito in legge 3.7.2004 n. 191 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con circolare del 24.9.2004, prot. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla delibera n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del DPCM 11.7.2018, ha verificato che attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi, che non rientrano nelle categorie merceologiche di cui allo stesso DPCM;

**Precisato che** il costo complessivo per la fornitura in oggetto, ammonta a € 476.000,00 oltre IVA 5%, oltre € 80,00 IVA 5% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 476.080,00 IVA 5% esclusa (€ 499.884,00 IVA 5% inclusa), CUP C14E24000070002, e tale onere farà carico al budget della autorizzazione n. 608 sub 1 del bilancio dell'anno 2025.

**Stabilito** di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, l'ing. Maddalena Branchi, direttore della SC Ingegneria clinica, nei confronti della quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;

**Evidenziato che** il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

**Dato atto** che la dr.ssa Sara Fumagalli, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

#### DELIBERA

1. di approvare l'operato delle commissioni amministrativa e tecnica, quale risultante dai n. 3 documenti richiamati in premessa (allegati A, B, e C), che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura di un tomografo computerizzato intraoperatorio trasportabile su ruote destinato al blocco operatorio dell'ASST Papa Giovanni XXIII, lotto unico, alla società Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede a Milano (MI), concorrente 1<sup>^</sup> e unico classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 94,33/100, per l'importo di € 476.000,00 oltre IVA 5%;
3. di dare atto che nel caso di specie, a norma dell'art. 18, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio di cui al medesimo articolo;
4. di dare mandato alla SC Gestione acquisti di provvedere alla stipula del contratto con la sopracitata società, in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;
5. di dare atto che il costo complessivo per la fornitura in oggetto, ammonta a € 476.000,00 oltre IVA 5%, oltre € 80,00 IVA 5% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 476.080,00 IVA 5% esclusa (€ 499.884,00 IVA 5% inclusa), CUP C14E24000070002, e tale onere farà carico al budget della autorizzazione n. 608 sub 1 del bilancio dell'anno 2025;
6. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, l'ing. Maddalena Branchi, direttore della SC Ingegneria clinica, nei confronti della quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
7. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale che sarà adottato e del relativo impegno di spesa;
8. di dare atto che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;
9. di dare atto altresì che, la dr.ssa Sara Fumagalli, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco Locati



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

**VERBALE N. 1  
DI AMMISSIONE A GARA**

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL –  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO  
COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA  
DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII  
LOTTO UNICO.**

**CIG: B6B262A809**

**CUP: C14E24000070002**

L’anno **2025**, addì **25** del mese di **giugno**, presso la SC Gestione Acquisti, dalle ore 10,05 alle ore 10,20, si riunisce - in 1<sup>a</sup> seduta riservata - l’apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Silvia Gamba, Assistente amministrativo SC Gestione Acquisti;

per l’apertura della Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa prodotta dal sottoelencato Concorrente e l’esame della stessa:

|   | <b>Operatore economico</b>        |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Samsung Electronics Italia S.p.A. |

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente: dr.ssa Sara Fumagalli.

Preliminarmente si dà atto che con delibera n. 1010 del 19.06.2025 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l’incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto.

\*\*\*\*\*

Premesso quanto sopra, richiamata:



## Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

- la delibera n. 714 del 24.04.2025 con cui è stato – tra l'altro - disposto:

- a) di indire procedura “aperta”, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura di un tomografo computerizzato intraoperatorio trasportabile su ruote destinato al blocco operatorio dell’Azienda, lotto unico;
- b) di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) di approvare la documentazione di gara, consistente in: bando di gara, disciplinare di gara e annessi allegati, capitolato speciale d’appalto e annessi allegati;
- d) di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte;

### la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

operando mediante il sistema telematico, in via preliminare, riscontra che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 13.06.2025 - risulta pervenuta l’offerta di n. 1 Concorrente riportato sul frontespizio del presente verbale, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva.

Successivamente, provvede all’apertura dell’offerta presentata e, come si evince dall’unito prospetto riepilogativo, parte integrante del presente verbale:

- a) verifica che la stessa è composta da Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa, Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica e Busta Telematica contenente l’Offerta Economica (d’altro canto, l’esito positivo di tale controllo è già implicito nella rilevazione della presenza su Sintel dell’offerta medesima, in quanto eventuali offerte intempestive ed incomplete ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie non sono accettate dal Sistema);
- b) accede all’area contenente la Documentazione Amministrativa dell’offerta presentata, dando atto che l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né da parte dell’Azienda, né di terzi;
- c) effettua il riscontro della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti per il concorrente Samsung Electronics Italia S.p.A.;
- d) procede all’analisi degli atti costituenti la Documentazione Amministrativa dal predetto Concorrente;
- e) rileva che risulta prodotto il DGUE, da cui non emergono irregolarità dell’azienda.

Alla luce di quanto sopra, viste le risultanze dell’analisi della documentazione amministrativa dell’unico concorrente che ha presentato offerta

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

## La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- a) dichiara ammesso alle fasi successive della procedura il seguente soggetto, avendo prodotto documentazione amministrativa completa e conforme a quanto richiesto:

| <i>n.</i> | <i>denominazione</i>              | <i>giudizio di ammissione</i> |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1         | Samsung Electronics Italia S.p.A. | ammesso                       |

- b) effettua - infine - su piattaforma, lo sblocco e l'apertura dell'Offerta Tecnica presentata, accertando la sola presenza dei documenti prescritti.

A seguito di tali riscontri,

## IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- dà atto che:
1. il concorrente è definitivamente ammesso a gara;
  2. la documentazione tecnica prodotta dal medesimo, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarà trasmessa al Presidente della Commissione Tecnica e ai suoi membri per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;
- rammenta, infine, che l'Offerta Economica resterà chiusa/bloccata da Sintel e, quindi, il contenuto della stessa non sarà visibile, né da parte dell'Azienda, né di terzi sino alla 2<sup>a</sup> seduta riservata, che si terrà non appena saranno terminate le prescritte valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

Alle ore 10,20 la seduta è tolta.

Fa parte integrante del presente verbale il prospetto riepilogativo di ammissione a gara.

*N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.*

La Commissione Amministrativa

- f.to dr. Enrico Gamba .....
- f.to dr.ssa Sara Fumagalli .....
- f.to dr.ssa Silvia Gamba .....

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII  
LOTTO UNICO.**

|   |   |
|---|---|
| <b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>   | <b>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</b>                              |
| ➤ Termine di presentazione delle offerte:<br>ore 12.00 del 13.06.2025                         | 12.06.2025 18.07.30 CEST<br>(Protocollo informatico n. 1749744450608) |
| <b>BUSTA TELEMATICA A): Documentazione Amministrativa</b>                                     | SÌ  |
| <b>BUSTA TELEMATICA B): Documentazione Tecnica</b>  | SÌ  |
| <b>BUSTA TELEMATICA C): Offerta Economica</b>   | SÌ  |
| <b>BUSTA TELEMATICA A): Documentazione Amministrativa</b>                                     |   |
| a) Domanda di partecipazione (corredata delle dichiarazioni integrative) ed eventuale procura | SÌ  |
| b) DGUE (corredato della documentazione integrativa, in caso di avvalimento);                 | SÌ - nessun avvalimento   |
| c) Garanzia provvisoria   | SÌ – riduzione 30% ISO  |
| d) Documentazione ulteriore prevista per i soggetti associati di cui al punto 15.5;           | SÌ - dichiarazione che partecipa in forma singola                     |
| e) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;                                | SÌ- nessun avvalimento  |



**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII LOTTO UNICO.**

|  |  |
|--|--|
| <b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>  | <b>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</b> |
| f) Disciplinare e Capitolato Speciale sottoscritti                                       | Sì                                       |
| g) Copia della ricevuta di pagamento del contributo ANAC                                 | Sì                                       |
| h) Attestazione di avvenuto sopralluogo (Rif. punto 11 – Sopralluogo obbligatorio);      | Sì                                       |
| i) Dichiarazione riguardante il CCNL come indicato al punto 4 del presente disciplinare; | Sì                                       |
| j) eventuale elenco della documentazione amministrativa presentata                       | Sì                                       |
| <b>GIUDIZIO DI AMMISSIONE</b>  | <b>AMMESSA</b>                           |
|  |  |
| <b>BUSTA TELEMATICA B): Documentazione Tecnica</b>                                       |  |

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII LOTTO UNICO.**

|   |  |
|---|--|
| <b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>   | <b>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</b> |
| <b>a) relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti minimi</b> , che deve riprodurre gli stessi capitoli e paragrafi del questionario tecnico di cui al punto successivo completa di schede tecniche, tabelle, depliant, disegni, ecc. a specifica dei contenuti del progetto tecnico. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole; | SÌ                                       |
| <b>b) questionario tecnico</b> (Allegato 2_D - “Scheda offerta tecnica” al presente Disciplinare) compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato word editabile;  | SÌ                                       |
| <b>c) caratteristiche di minima</b> (Allegato 3_D - “caratteristiche di minima” al presente Disciplinare) compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato word editabile;  | SÌ                                       |
| <b>d) certificati di conformità alla normativa vigente</b> (direttiva 93/42/CE e s.m.i o Nuovo regolamento 2017/745 "Nuovo regolamento dei dispositivi medici"), emessi dall'organismo notificato e in corso di validità;   | SÌ                                       |
| <b>e) progetto radioprotezionistico completo dell’impianto</b> , firmato da un Esperto di radioprotezione di grado idoneo come specificato nel capitolato al punto 5;   | SÌ                                       |

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII LOTTO UNICO.**

|   |  |
|---|--|
| <b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>   | <b>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</b> |
| f) codici, descrizione e listino del materiale di consumo, specificando quale materiale è dedicato/esclusivo, <b>senza prezzi;</b>  | SÌ                                       |
| g) manuale d’uso utente in italiano;  | SÌ                                       |
| h) piano di manutenzione dettagliato sia in garanzia che post, completo di check list che viene utilizzata durante le visite manutentive;   | SÌ                                       |
| i) programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori (almeno 5 giornate e la disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della stessa nel caso si ritenesse necessario);     | SÌ                                       |
| j) dichiarazione di impegno alla fornitura di parti di ricambio e di prestazioni da parte di tecnico specializzato anche richiesto da Ditta terza individuata dall’ASST per l’assistenza tecnica; | SÌ                                       |
| k) dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione del bene (ovvero dalla conclusione con esito favorevole del collaudo);                  | SÌ                                       |

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII LOTTO UNICO.**

|   |  |
|---|--|
| <b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>   | <b>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</b> |
| l) Modulo Mod02PG1MQ7 debitamente compilato;  | SÌ                                       |
| m) offerta economica <b><u>senza prezzi</u></b> ;   | SÌ                                       |
| <p>n) dichiarazione d’impegno a consegnare, in caso di aggiudicazione, senza alcun onere di spesa aggiuntivo per la ASST:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. licenze d’uso dell’eventuale software fornito per tutto il periodo di vita e/o utilizzo del bene;</li> <li>b. manuale del service, ove possibile;</li> <li>c. certificati di taratura degli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche previste dal protocollo di accettazione del produttore in fase di collaudo</li> <li>d. in fase di collaudo il calendario delle visite di manutenzione preventiva da effettuarsi durante il periodo di garanzia (la manutenzione dovrà essere svolta entro il periodo di garanzia</li> <li>e. a soddisfare le seguenti richieste: <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica ed integrazione del protocollo proposto per le Prove di Accettazione, secondo gli adeguamenti richiesti dal Fisico Specialista in Fisica Medica incaricato dall’Azienda Ospedaliera;</li> <li>- messa a disposizione del personale dei dispositivi e della strumentazione,</li> </ul> </li> </ul> | SÌ                                       |

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII LOTTO UNICO.**

|  |  |
|--|--|
| <b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>  | <b>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</b> |
| regolarmente tarata e certificata, per l’esecuzione di tutte le Prove di Accettazione previste dal protocollo.   |  |
| o) specifica dichiarazione, ai sensi del D.P.R n.445/2000, concernente l’assunzione dell’impegno a fornire <b>la GARANZIA full risk</b> , nulla escluso (uso improprio, eventi straordinari o accidentali, ecc.), sia per l’apparecchiatura che per gli accessori forniti, per un periodo <b>di almeno n. 12 mesi solari</b> , che decorrono dal giorno successivo al collaudo positivo dell’apparecchiatura, compresa di eventuali aggiornamenti tecnologici (hw e sw);   | SÌ                                       |
| p) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento   | NO                                       |
| q) dichiarazione firmata contenente - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. | SÌ                                       |

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII LOTTO UNICO.**

|  |  |
|--|--|
| <b><i>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</i></b> | <b>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</b> |
| <b>GIUDIZIO GLOBALE DI AMMISSIONE</b>          | <b>AMMESSA</b>                           |

Bergamo, 25.06.2025

**La Commissione Amministrativa:**

f.to Dr.ssa Sara Fumagalli

f.to Dr. Enrico Gamba

f.to Dr.ssa Silvia Gamba

.....



ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE  
DALLA COMMISSIONE TECNICA

Oggetto: **PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

L’anno 2025, nelle seguenti giornate

- **09 luglio** dalle ore 10.00 alle ore 13.00
- **01 ottobre** dalle 11.00 alle ore 13.30

presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica, nominata con delibera n. 1010 del 19.06.2025, composta da:

Presidente      ing. Maddalena Branchi - direttore SC Ingegneria clinica o suo sostituto  
Componente    dr. Stefano Andreoli – dirigente fisico presso la SC Fisica sanitaria  
Componente    dott. Luigi Alberto Andrea Lanterna – Direttore SC Neurochirurgia.

1

per effettuare la valutazione della documentazione tecnica prodotta dal Concorrente Samsung Electronics Italia S.p.A., che ha presentato offerta, in conformità ai punti 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e 18.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara, nei termini seguenti:

- esame e valutazione della documentazione stessa;
- assegnazione all’elemento/parametro del punteggio tabellare attribuito ai singoli elementi di valutazione individuati, secondo i criteri riportati nella tabella esposta al punto 18.1 del medesimo Disciplinare di gara;
- compilazione di:
  - a) un prospetto riepilogativo dei punteggi tabellari conseguiti per ciascun elemento/parametro valutato;
  - b) un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dal Concorrente per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

  
  




All'inizio della seduta il Presidente della Commissione Tecnica (Commissione Giudicatrice) ha dato atto che risultava trasmessa (in formato elettronico, mediante l'utilizzo del sistema di condivisione OneDrive) da parte della Commissione Amministrativa (Seggio di Gara), la documentazione tecnica presentata dal seguente soggetto:

| n. | denominazione                            |
|----|--|
| 1  | <b>Samsung Electronics Italia S.p.A.</b> |

Sulla scorta del richiamato Disciplinare di gara, la Commissione Tecnica ha, quindi, proceduto:

- all'apertura dei files, relativi alla documentazione tecnica presentata (tramite piattaforma Sintel) dal suindicato Concorrente;
- alla quantificazione dell'attività da svolgere.

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice ha deciso "all'unanimità" di avvalersi di un foglio di calcolo Excel, che consente – a fronte delle valutazioni espresse - l'attribuzione automatica dei punteggi, in base ai criteri riportati nel Disciplinare di gara.

La Commissione tecnica ha svolto le attività di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute con il seguente calendario e conseguenti attività:

- 09.07.2025: apertura della documentazione tecnica e verifica della rispondenza ai requisiti minimi dell'apparecchio offerto. Appurata la presenza dei requisiti minimi, si procede all'analisi del questionario tecnico, al fine di attribuire il relativo punteggio. Non avendo trovato risposta esaustiva al soddisfacimento di quanto richiesto nel questionario in oggetto al punto 2. *Interfacce INCLUSE in offerta* e al fine di valutare quanto indicato al punto D) *Adeguatezza e praticità di utilizzo*, si decide di richiedere di visione il sistema proposto in sede o di avere indicazione di altri centri nei quali la CT sia in uso in ambito neurochirurgico con navigatore Medtronic modello S7 impiegato per la chirurgia vertebrale strumentata percutanea. Si invia comunicazione al RUP per procedere alla richieste alla ditta.
- in seguito alla trasmissione della richiesta di cui al punto precedente alla ditta da parte del RUP in data 17 luglio, la ditta offerente propone una visita presso un centro di riferimento ubicato a Liberec (Repubblica Ceca) a partire dal 04.08.2025;
- la commissione decide di effettuare il sopralluogo, avvalendosi anche di altri esperti per la valutazione del centro. Il sopralluogo avviene in data 17 e 18 settembre 2025
- 01.10.2025: la commissione si riunisce e procede all'attribuzione dei punteggi con i criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara, il calcolo del punteggio finale e la chiusura dei lavori.

Di seguito si riportano i giudizi espressi dalla Commissione Tecnica:

2





## A) Caratteristiche CT max 40 p.ti

### *Criterio di Valutazione A.1 max 3 p.ti*

*N. di strati acquisiti in singola rotazione*

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano unanimemente la proposta ottimale in quanto migliorativa rispetto al requisito minimo di capitolato.

### *Criterio di Valutazione A.2 max 10 p.ti*

*Ampiezza del bore (diametro in cm)*

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano unanimemente la proposta ottimale in quanto migliorativa rispetto al requisito minimo di capitolato.

### *Criterio di Valutazione A.3 max 10 p.ti*

*FOV*

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano unanimemente la proposta ottimale in quanto migliorativa rispetto al requisito minimo di capitolato.

### *Criterio di Valutazione A.4 max 3 p.ti*

*Peso e dimensioni della superficie di appoggio*

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano unanimemente la proposta ottimale in quanto compatibile con tutte le sale operatorie dove il sistema verrà utilizzato.

### *Criterio di Valutazione A.5 max 3 p.ti*

*Assorbimento e tipo di presa elettrica necessaria all'alimentazione*

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano unanimemente la proposta ottimale in quanto compatibile con tutte le sale operatorie dove il sistema verrà utilizzato.

GP  
BP

### ***Criterio di Valutazione A.6 max 5 p.ti***

*Sistemi di contenimento della dose: descrive quelli a bordo macchina e quelli eventualmente inclusi in offerta*

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano non unanimemente il requisito. Uno dei commissari, alla luce anche di quanto indicato nel Progetto di radioprotezione richiesto, valuta buona la proposta, ma non ottimale, in quanto sarà necessario adottare misure supplementari alle esistenti in termini di radioprotezione.

### ***Criterio di Valutazione A.7 max 6 p.ti***

*Elencare marca e modello dei tavoli operatori compatibili con il sistema*

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano non unanimemente il requisito. Due commissari, pur prendendo atto della compatibilità con l'attuale tavolo operatorio in uso, valutano le alternative presentate non facilmente reperibili, allo stato attuale, sul mercato italiano dei tavoli operatori.

### ***Criterio di Valutazione B max 15 p.ti***

**Interfacce INCLUSE in offerta** - *Si chiede di specificare il livello di integrazione proposta (valutazione soluzione proposta)*

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**

In seguito al sopralluogo effettuato, la Commissione rileva come il sistema consente di effettuare gli interventi come descritti nel CSA, pur introducendo una modalità di registrazione del sistema che comporta un leggero rallentamento dell'attività chirurgica (circa 5 min ad intervento).

La soluzione risulta comunque valutabile come 'buona'.

### ***Criterio di Valutazione C max 25 p.ti***

*Software applicativi offerti al fine di soddisfare i bisogni clinici indicati nel punto 1 del CSA*

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) valutano unanimemente la proposta ottimale, in quanto pienamente rispondente alle necessità del reparto utilizzatore.

### ***Criterio di Valutazione D max 10 p.ti***

*A deguatezza e praticità di utilizzo*

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**

*GP*  
*GP*  
*B*



Durante il sopralluogo effettuato nel centro di riferimento è stato possibile constatare come l'apparecchio offerto sia facilmente movimentabile da tutto il personale, sia compatibile con i sistemi di imaging di più diffuso utilizzo, produca immagini radiologiche di ottima qualità rispetto ai normali sistemi di imaging mobili (intensificatori di brillantezza, apparecchi di radioscopia o radiografia mobili).

La Commissione unanimemente, rispetto ai parametri oggetto di valutazione in questo punto del questionario, riconosce l'apparecchio proposto come ottimale.

La Commissione ha successivamente proceduto a riassumere le risultanze della valutazione tecnico-qualitativa concernente l'offerta pervenuta nel Documento riepilogativo finale (formato.xls), Allegato 1 al presente Verbale, del quale forma parte integrante e sostanziale, comprensivo di:

- un prospetto riepilogativo dei punteggi tabellari attribuiti a ciascun parametro valutato, con il corrispondente punteggio conseguito per l'offerta presentata dall'unico concorrente in gara;
- un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dal concorrente Samsung Electronics Italia S.p.A. per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

Il concorrente Samsung Electronics Italia S.p.A. ha presentato una offerta idonea avendo conseguito un punteggio tecnico complessivo come di seguito:

| <i>Denominazione</i>                     | <i>Punteggio tecnico</i> |
|--|--------------------------|
| <b>Samsung Electronics Italia S.p.A.</b> | <b>84,33</b>             |

Al termine della seduta del 01.10.2025 la Commissione Giudicatrice, dichiara la chiusura dei propri lavori e dispone l'invio del presente verbale alla Commissione Amministrativa (Seggio di gara), per gli atti conseguenti.

Bergamo, 16 ottobre 2025

La Commissione Tecnica

Presidente Ing. Maddalena Branchi

Componente dr. Stefano Andreoli

Componente dott. Luigi Alberto Andrea Lanterna

Allegati: Documento riepilogativo finale.

PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO  
TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO

|   |              |
|---|--------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A.   |              |
| PARAMETRO A.1   | 3,00         |
| PARAMETRO A.2   | 10,00        |
| PARAMETRO A.3   | 10,00        |
| PARAMETRO A.4   | 3,00         |
| PARAMETRO A.5   | 3,00         |
| PARAMETRO A.6   | 4,58         |
| PARAMETRO A.7   | 4,50         |
| PARAMETRO B   | 11,25        |
| PARAMETRO C   | 25,00        |
| PARAMETRO D   | 10,00        |
| <b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO</b><br>(somatoria punteggi ottenuti parametri da A a D) | <b>84,33</b> |

1392

**PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

**A) Caratteristiche CT max 40 p.ti**

**A. 1) N. di strati acquisiti in singola rotazione**

PUNTI **3**

| OFFERTA                           | COMMISS. A | COMMISS. B | COMMISS. C | SOMMATORIA | MEDIA DELLA SOMMATORIA | PUNTEGGIO CONSEGUITO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 1          | 1          | 1          | 3,00       | 1,00                   | 3,00                 |

**A. 2) Ampiezza del bore (diametro in cm)**

PUNTI **10**

| OFFERTA                           | COMMISS. A | COMMISS. B | COMMISS. C | SOMMATORIA | MEDIA DELLA SOMMATORIA | PUNTEGGIO CONSEGUITO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 1          | 1          | 1          | 3,00       | 1,00                   | 10,00                |

**A. 3) FOV**

PUNTI **10**

| OFFERTA                           | COMMISS. A | COMMISS. B | COMMISS. C | SOMMATORIA | MEDIA DELLA SOMMATORIA | PUNTEGGIO CONSEGUITO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 1          | 1          | 1          | 3,00       | 1,00                   | 10,00                |

*Cap* *ps* 

**A. 4) Peso e dimensioni della superficie di appoggio**

PUNTI 3

| OFFERTA                           | COMMISS. A | COMMISS. B | COMMISS. C | SOMMATORIA | MEDIA DELLA SOMMATORIA | PUNTEGGIO CONSEGUITO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 1          | 1          | 1          | 3,00       | 1,00                   | 3,00                 |

**A. 5) Assorbimento e tipo di presa elettrica necessaria all'alimentazione**

PUNTI 3

| OFFERTA                           | COMMISS. A | COMMISS. B | COMMISS. C | SOMMATORIA | MEDIA DELLA SOMMATORIA | PUNTEGGIO CONSEGUITO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 1          | 1          | 1          | 3,00       | 1,00                   | 3,00                 |

**A.6) Sistemi di contenimento della dose: descrive quelli a bordo macchina e quelli eventualmente inclusi in offerta**

PUNTI 5

| OFFERTA                           | COMMISS. A | COMMISS. B | COMMISS. C | SOMMATORIA | MEDIA DELLA SOMMATORIA | PUNTEGGIO CONSEGUITO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 1          | 1          | 0,75       | 2,75       | 0,92                   | 4,58                 |

**A.7) Elencare marca e modello dei tavoli operatori compatibili con il sistema**

PUNTI 6

| OFFERTA                           | COMMISS. A | COMMISS. B | COMMISS. C | SOMMATORIA | MEDIA DELLA SOMMATORIA | PUNTEGGIO CONSEGUITO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 0,5        | 0,75       | 1          | 2,25       | 0,75                   | 4,50                 |

**B) Interfacce INCLUSE in offerta max 15 p.ti**

*Handwritten initials/signature*

**B) Si chiede di specificare il livello di integrazione proposta (valutazione soluzione proposta)**

PUNTI 15

| OFFERTA                           | COMMISS. A | COMMISS. B | COMMISS. C | SOMMATORIA | MEDIA DELLA SOMMATORIA | PUNTEGGIO CONSEGUITO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 0,75       | 0,75       | 0,75       | 2,25       | 0,75                   | 11,25                |

**C) Software applicativi max 25 p.ti**

**C) Software applicativi offerti al fine di soddisfare i bisogni clinici indicati nel punto 1 del CSA: descrive sinteticamente**

PUNTI 25

| OFFERTA                           | COMMISS. A | COMMISS. B | COMMISS. C | SOMMATORIA | MEDIA DELLA SOMMATORIA | PUNTEGGIO CONSEGUITO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 1          | 1          | 1          | 3,00       | 1,00                   | 25,00                |

**D) ADEGUATEZZA E PRATICITÀ DI UTILIZZO max 10 p.ti**

**D) Adeguatazza e praticità di utilizzo (la commissione tecnica si riserva di chiedere in visione il sistema proposto o di recarsi presso altri centri nei quali il sistema proposto è in uso per poter valutare gli aspetti valutati in questa sessione)**

PUNTI 10

| OFFERTA                           | COMMISS. A | COMMISS. B | COMMISS. C | SOMMATORIA | MEDIA DELLA SOMMATORIA | PUNTEGGIO CONSEGUITO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| Samsung Electronics Italia S.p.A. | 1          | 1          | 1          | 3,00       | 1,00                   | 10,00                |

GL 18



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

**VERBALE N.2**

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA (SEGGIO DI GARA)**

**2^ SEDUTA RISERVATA**

**PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL –  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO  
COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA  
DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII  
LOTTO UNICO.**

**CIG: B6B262A809**

**CUP: C14E24000070002**

L’anno **2025**, addì **29** del mese di **ottobre** presso la SC Gestione Acquisti, alle ore 10.10, si riunisce - in 2^ seduta riservata - l’apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Silvia Gamba, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

per provvedere all’espletamento delle seguenti operazioni contemplate dal Disciplinare di gara:

- a) presa d’atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica agli elementi tecnico-qualitativi;
- b) apertura della Busta Telematica C contenente l’Offerta Economica del Concorrente ammesso e gli eventuali relativi allegati;
- c) rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed assegnazione del rispettivo punteggio, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara (C.S.A. e Disciplinare);
- d) sommatoria, per il Concorrente, dei punteggi assegnati all’aspetto economico ed agli aspetti tecnico/qualitativi;
- e) formulazione della graduatoria finale provvisoria.





## Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente: dr.ssa Sara Fumagalli.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

– come si evince dal Verbale n. 1 della 1<sup>a</sup> seduta riservata in data 25.06.2025, il Presidente della Commissione Amministrativa:

➤ ha disposto:

1. che il Concorrente definitivamente ammesso a gara è il seguente

|   | <b>Operatore economico</b>        |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Samsung Electronics Italia S.p.A. |

2. che la documentazione tecnica prodotta dal medesimo, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarebbe stata trasmessa al Presidente della apposita Commissione Tecnica per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;

➤ ha rammentato, infine, che l'Offerta Economica sarebbe rimasta chiusa/bloccata da SinTel e, quindi, il contenuto della medesima non sarebbe stato visibile, né da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, né di terzi, sino alla 2<sup>a</sup> seduta riservata, che si sarebbe tenuta non appena terminate le valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

– con @mail del 25.06.2025, la Commissione Amministrativa ha inviato al Presidente della Commissione la documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico - dal suddetto partecipante, per le necessarie valutazioni;

– mediante nota P.I. 73359/25 del 24.10.2025, il Presidente della Commissione Tecnica ha inviato il verbale del 16.10.2025 e relativi allegati, concernenti le attività svolte;

tanto premesso

### LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

dà quindi inizio alle operazioni contemplate nel Disciplinare di gara e descritte sul frontespizio del presente verbale, più precisamente:

– prende atto delle risultanze della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica e successivamente dà pubblica lettura del punteggio attribuito agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dal Concorrente Samsung Electronics Italia S.p.A., come sotto riportato:

2

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

| <i>denominazione</i>               | <i>Punti alla qualità<br/>max p. 90</i> |
|------------------------------------|---|
| Samsung Electronics Italia S.p.A.. | 84,33                                   |

- effettua l'inserimento del predetto punteggio nel Sistema SinTel;
- rileva che il partecipante risulta ammesso alla prosecuzione della gara;
- provvede, quindi, all'apertura della Busta Telematica contenente l'Offerta Economica e gli eventuali relativi allegati;
- dà pubblica lettura delle sottoindicate condizioni economiche praticate dall'unico concorrente:

| <i>denominazione</i>               | <i>Importo offerto Iva esclusa</i> | <i>Importo oneri rischi interferenziali (DUVRI)<br/>non soggetti a ribasso (IVA esclusa)</i> |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Samsung Electronics Italia S.p.A.. | <b>€ 476.000,00</b>                | <b>€ 80,00</b>   |

- tramite Piattaforma procede alla sommatoria dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici e determina il punteggio globale conseguito dall'unico Concorrente, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

| <b>N.</b> | <b>Denominazione</b>               | <b>Punti alla qualità<br/>(max p. 90)</b> | <b>Importo complessivo presunto a base d'asta<br/>€ 476.190,48<br/>(IVA esclusa)</b> | <b>Punti offerta economica<br/>(max p. 10)</b> | <b>Punteggio totale</b> |
|-----------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 1         | Samsung Electronics Italia S.p.A.. | 84,33                                     | € 476.000,00   | 10,00  | 94,33                   |

Ultimata l'attribuzione dei punteggi,

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA



### Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- procede alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e rileva che non è stata presentata offerta anomala;
- procede comunque all'esame della documentazione prodotta dall'unico concorrente a suffragio della propria offerta e ritiene che i contenuti esposti depongono per un giudizio di serietà della medesima;
- precisa che il costo complessivo per la fornitura in oggetto, ammonta a € 476.000,00,00 oltre IVA 5%, oltre € 80,00,00 IVA 5% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 476.080,00 IVA 5% esclusa (€ 499.884,00 IVA 5% inclusa);
- sulla scorta di quanto sopra, ritiene che l'offerta presentata dalla Samsung Electronics Italia S.p.A. sia congrua e sostenibile, dispone la proposta di aggiudicazione e subordina l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione.

Alle ore 10.20 la seduta è tolta.

#### Costituisce parte integrante del presente verbale:

- la nota P.I. 73359/25 del 24.10.2025, con cui il Presidente della Commissione Tecnica ha trasmesso il verbale del 16.10.2025;

*N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.*

#### La Commissione Amministrativa

- f.to dr. Enrico Gamba .....
- f.to dr.ssa Sara Fumagalli .....
- f.to dr.ssa Silvia Gamba .....

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 1867/2025)

Oggetto: ESITO DELLA PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. (CUP C14E24000070002). COSTO COMPLESSIVO EURO 499.884,00 (IVA 5% COMPRESA) .

**UOC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 05/11/2025

Il direttore  
Dr. Gamba Enrico

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:  finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

| n. autorizzazione/anno | n. sub-autorizzazione | polo ospedaliero | rete territoriale | importo IVA inclusa |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 608                    | 1                     | x                |                   | € 499.884,00        |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1:    Importo 1:

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 05/11/2025

Il direttore  
Dr. Gamba Enrico

**UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

| n. conto  | descrizione del conto                 | n.<br>autorizzazione/anno | n. sub-<br>autorizzazione | importo IVA inclusa |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 102240010 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 608/2025                  | 1                         | € 499.884,00        |
|           |                                       |                           |                           |                     |
|           |                                       |                           |                           |                     |
|           |                                       |                           |                           |                     |

Bergamo, 06/11/2025

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1867/2025

ad oggetto:

ESITO DELLA PROCEDURA "APERTA" – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. (CUP C14E24000070002). COSTO COMPLESSIVO EURO 499.884,00 (IVA 5% COMPRESA)

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b><br>Ha espresso il seguente parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> ASTENUTO | Vecchi Gianluca |
| Note:  |                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DIRETTORE SANITARIO :</b><br>Ha espresso il seguente parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> ASTENUTO | Amorosi Alessandro |
| Note:   |                    |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>DIRETTORE SOCIO SANITARIO :</b><br>Ha espresso il seguente parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> ASTENUTO | Cesa Simonetta |
| Note:   |                |

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---