

DELIBERAZIONE NR. 471 DEL 19/03/2026

OGGETTO: ESITO DELLA PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA TELEMETRICO, DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 – CARDIOPATIE CONGENITE DEL BAMBINO E DELL’ADULTO E ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. COSTO COMPLESSIVO EURO 309.301,65 (IVA 5% COMPRESA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- a) con deliberazione n. 1784 del 05.11.2025 è stato – tra l’altro - disposto:
- di indire procedura concorsuale “aperta”, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SinTel, per l’affidamento della fornitura di un sistema telemetrico da destinare alla SC Cardiologia 1 e alla SC Cardiochirurgia dell’ASST Papa Giovanni XXIII, lotto unico;
 - di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 (punteggio complessivo 100 punti: 80 qualità/20 prezzo);
 - di approvare la documentazione di gara, consistente nel bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e annessi allegati;
 - di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte che sarebbero pervenute;

- b) con deliberazione n. 53 del 15.01.2026 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l'incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto ed è stato nominato il nuovo responsabile RUP;

Visti:

- il Verbale n. 1 della 1^ seduta riservata tenutasi in data 19.01.2026 (allegato A) dal quale – tra l'altro - si evince che l'apposita commissione amministrativa:

- a) operando tramite il sistema telematico, in via preliminare, ha riscontrato che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ore 12.00 del 12.01.2026, fissato nel Disciplinare di gara – è pervenuta l'offerta dei seguenti concorrenti, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva:

	Operatore economico
1	MINDRAY MEDICAL ITALY s.r.l.
2	SIDEM S.p.A.
3	DRAEGER ITALIA S.p.A.

- b) successivamente ha provveduto all'apertura delle offerte ed - effettuati i dovuti controlli - ha disposto l'ammissione alle fasi successive di gara dei suindicati soggetti, avendo gli stessi prodotto documentazione completa e conforme a quanto prescritto;
- c) ha effettuato, su piattaforma, lo sblocco e l'apertura dell'Offerta Tecnica presentata da ciascun concorrente, constatando la sola presenza dei documenti prescritti;
- d) ha previsto la successiva trasmissione della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti ammessi al presidente della commissione tecnica, per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate;
- la e-mail del 19.01.2026 con cui si informava il presidente dell'apposita commissione dell'invio della documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico – dai partecipanti, mediante lo strumento informatico di condivisione One Drive, per le necessarie valutazioni;
- la nota P.I. 19417/26 del 11.03.2026, con cui il presidente della commissione tecnica ha inviato il verbale del 09.03.2026 e relativi allegati, concernenti le attività svolte (allegato B);
- il Verbale n. 2 della 2^ seduta riservata in data 12.03.2026 (allegato C), nel corso della quale l'apposita commissione amministrativa:
- a) ha preso atto delle risultanze della valutazione espressa dalla commissione tecnica, ha dato pubblica lettura dei punteggi attribuiti agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dai tre concorrenti in gara, come sotto riportato:

Denominazione	Punti alla qualità max p. 80
MINDRAY MEDICAL ITALY s.r.l.	60,50
SIDEM S.p.A.	70,79
DRAEGER ITALIA S.p.A.	63,61

- b) ha effettuato il relativo inserimento nel Sistema SinTel;

- c) ha provveduto, quindi, all'apertura delle Buste Telematiche contenenti l'offerta economica dei soggetti ammessi e gli eventuali relativi allegati, rilevando le seguenti condizioni economiche d'offerta:

Denominazione	Importo offerto IVA esclusa	Importo oneri rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso (IVA esclusa)
MINDRAY MEDICAL ITALY s.r.l.	€ 266.586,11	€ 80,00
SIDEM S.p.A.	€ 294.493,00	€ 80,00
DRAEGER ITALIA S.p.A.	€ 244.463,14	€ 80,00

- d) ha determinato il punteggio globale (parte tecnico/qualitativa + parte economica) riportato dai Concorrenti, formulando la seguente graduatoria provvisoria:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 80)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 295.081,97 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 20)	Punteggio totale
1	SIDEM S.p.A.	70,79	€ 294.493,00	16,60	87,39
2	DRAEGER ITALIA S.p.A.	63,61	€ 244.463,14	20,00	83,61
3	MINDRAY MEDICAL ITALY s.r.l.	60,50	€ 266.586,11	18,34	78,84

- e) completata l'attribuzione dei punteggi, ha proceduto alla verifica ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare, rilevando che non è stata presentata offerta anomala
- f) ha disposto la proposta di aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto a favore di SIDEM S.p.A., concorrente 1[^] classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 87,39/100, per l'importo complessivo di € 294.573,00 oltre IVA 5%, (di cui € 80,00 oltre IVA 5% per oneri di sicurezza) subordinando l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento aziendale;

Dato atto che i controlli di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico, si sono conclusi con esito positivo;

Constatato che il RUP, richiamate le disposizioni del d.l. n. 168/2004, convertito in Legge 3.7.2004 n. 191 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con Circolare del 24.9.2004 prot. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla delibera n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del DPCM 11.7.2018, ha verificato che attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi, che non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11.7.2018;

Precisato che il costo complessivo per la fornitura in oggetto ammonta a € 294.493,00 oltre IVA 5%, oltre € 80,00 IVA 5% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 294.573,00 IVA 5% esclusa (€ 309.301,65 IVA 5% inclusa) e tale onere farà carico al budget delle seguenti autorizzazioni del bilancio 2026 che presentano la necessaria disponibilità:

N. autorizzazione	N. sub-autorizzazione	Importo IVA inclusa
1835	1	€ 99.000,00
773	1	€ 210.301,65

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che la dr.ssa Sara Fumagalli, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti è il responsabile del procedimento amministrativo;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare l'operato delle Commissioni Amministrativa e Tecnica, quale risultante dai n. 3 documenti richiamati in premessa (Allegati A, B, e C), che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura di un sistema telemetrico da destinare alla SC Cardiologia 1, SC Cardiologia 2 – Cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto e alla SC Cardiocirurgia dell'ASST Papa Giovanni XXIII, lotto unico, alla società SIDEM S.p.A., con sede a Bellusco (MB), concorrente 1^a classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 87,39/100, per l'importo complessivo di € 294.573,00 oltre IVA 5%;
3. di dare atto che, a norma dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avrà luogo decorso il termine dilatorio di cui al medesimo articolo;
4. di dare mandato alla SC Gestione acquisti di provvedere alla stipula del contratto con la sopracitata società, in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;
5. di dare atto che il costo complessivo per la fornitura in oggetto ammonta a € 294.493,00 oltre IVA 5%, oltre € 80,00 IVA 5% esclusa per oneri per rischi interferenziali, e quindi complessivamente a € 294.573,00 IVA 5% esclusa (€ 309.301,65 IVA 5% inclusa) e tale onere farà carico al budget delle seguenti autorizzazioni del bilancio 2026 che presentano la necessaria disponibilità:

n. autorizzazione	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
1835	1	€ 99.000,00
773	1	€ 210.301,65

6. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, l'ing. Serena Stabilini, collaboratore tecnico professionale della SC Ingegneria clinica, nei confronti del quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
7. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale che sarà adottato e del relativo impegno di spesa;
8. di dare atto che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;
9. di dare atto che la dr.ssa Sara Fumagalli, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

**VERBALE N. 1
DI AMMISSIONE A GARA**

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE
ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST
PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.**

CIG: B92E3BE89D

L’anno **2026**, addì **19** del mese di **gennaio**, presso la SC Gestione Acquisti, dalle ore 10.00 alle ore 11.56, si riunisce - in 1^a seduta riservata - l’apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr. Giovanni Acquaroli – Direttore f.f. SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Silvia Gamba, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti.

per l’apertura della Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa prodotta dai sottoelencati Concorrenti e l’esame della stessa:

1

	Operatore economico
1	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.
2	SIDEM S.P.A.
3	DRAEGER ITALIA S.P.A.

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente: dr.ssa Sara Fumagalli.

Preliminarmente si dà atto che con delibera n. 53 del 15.01.2026 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l’incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto ed è stato nominato il nuovo RUP.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Premesso quanto sopra, richiamata la delibera n. 1784 del 05.11.2025 con cui è stato – tra l'altro - disposto:

- a) di indire procedura concorsuale “aperta”, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura di un sistema telemetrico da destinare alla SC Cardiologia 1 e alla SC Cardiocirurgia dell’ASST Papa Giovanni XXIII;
- b) di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 (punteggio complessivo 100 punti: 80 qualità/20 prezzo);
- c) di approvare la documentazione di gara, consistente in: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e annessi allegati;
- d) di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte;

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

operando mediante il sistema telematico, in via preliminare, riscontra che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 12.01.2026 – risultano pervenute le offerte di n. 3 Concorrenti riportati sul frontespizio del presente verbale, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva.

2

Successivamente, provvede all’apertura delle offerte presentate e, come si evince dall’unito prospetto riepilogativo, parte integrante del presente verbale:

- a) verifica che le stesse sono composte da Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa, Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica e Busta Telematica contenente l’Offerta Economica (d’altro canto, l’esito positivo di tale controllo è già implicito nella rilevazione della presenza su Sintel dell’offerta medesima, in quanto eventuali offerte intempestive ed incomplete ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie non sono accettate dal Sistema);
- b) accede all’area contenente la Documentazione Amministrativa delle offerte presentate, dando atto che le Offerte Tecniche e le Offerte Economiche resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né da parte dell’Azienda, né di terzi;
- c) effettua il riscontro della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti per i concorrenti MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L., SIDEM S.P.A., DRAEGER ITALIA S.P.A.;
- d) procede all’analisi degli atti costituenti la Documentazione Amministrativa dai predetti n. 3 Concorrenti;

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

- e) rileva che la ditta Dreaeger Italia S.p.A. non ha allegato la copia della ricevuta del pagamento del contributo ANAC e procede alla richiesta di integrazione della stessa tramite il canale “Comunicazioni procedura”.

Si sospende la seduta alle ore 10.57 in attesa del documento richiesto.

Alle ore 11.25 è pervenuto tramite comunicazione Sintel il documento richiesto quindi si è proceduto a riprendere la seduta alle ore 11.35.

Alla luce di quanto sopra, viste le risultanze dell'analisi della documentazione amministrativa dai concorrenti che hanno presentato offerta.

La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- a) dichiara ammessi alle fasi successive della procedura i seguenti soggetti, avendo prodotto documentazione amministrativa completa e conforme a quanto richiesto:

<i>n.</i>	<i>denominazione</i>	<i>giudizio di ammissione</i>
1	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	ammesso
2	SIDEM S.P.A.	ammesso
3	DRAEGER ITALIA S.P.A.	ammesso

3

- b) effettua - infine - su piattaforma, lo sblocco e l'apertura delle Offerte Tecniche presentate, accertando la sola presenza dei documenti prescritti.

A seguito di tali riscontri,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

➤ dà atto che:

1. i succitati Concorrenti sono definitivamente ammessi a gara;
2. la documentazione tecnica prodotta dai medesimi, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarà trasmessa al Presidente della Commissione Tecnica e ai suoi membri per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

- rammenta, infine, che le Offerte Economiche resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il contenuto delle stesse non sarà visibile, né da parte dell'Azienda, né di terzi sino alla 2^a seduta riservata, che si terrà non appena saranno terminate le prescritte valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

Alle ore 11.56 la seduta è tolta.

Fa parte integrante del presente verbale il prospetto riepilogativo di ammissione a gara.

N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.

La Commissione Amministrativa

- f.to dr. Giovanni Acquaroli
- f.to dr.ssa Sara Fumagalli
- f.to dr.ssa Silvia Gamba

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC
CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	SIDEM S.P.A.	DRAEGER ITALIA S.P.A.
➤ Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 12.01.2026	07.01.2026 17.28.59 CEST (Protocollo informatico n. 1767803339825)	12.01.2026 9.48.49 CEST (Protocollo informatico n. 1768207729357)	12.01.2026 10.27.57 CEST (Protocollo informatico n. 1768210077052)
BUSTA TELEMATICA A): Documentazione Amministrativa	SÌ	SÌ	SÌ
BUSTA TELEMATICA B): Documentazione Tecnica	SÌ	SÌ	SÌ
BUSTA TELEMATICA C): Offerta Economica	SÌ	SÌ	SÌ
BUSTA TELEMATICA A): Documentazione Amministrativa			
a) Domanda di partecipazione (corredata delle dichiarazioni integrative) ed eventuale procura	SÌ	SÌ	SÌ
b) DGUE (corredato della documentazione integrativa, in caso di avvalimento);	SÌ - nessun avvalimento	SÌ - nessun avvalimento	SÌ - nessun avvalimento
c) Garanzia provvisoria e documentazione attestante l’eventuale riduzione;	SÌ – riduzione 50% MPMI	SÌ – riduzione 50% MPMI	SÌ – riduzione 30% ISO + 20% altre certificazioni
d) Documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.4;	SÌ- nessun avvalimento	SÌ- nessun avvalimento	SÌ- nessun avvalimento
e) Documentazione ulteriore prevista per i soggetti associati di cui al	SÌ - dichiarazione che partecipa in forma	SÌ - dichiarazione che partecipa in forma	SÌ - dichiarazione che partecipa in forma

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC
CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	SIDEM S.P.A.	DRAEGER ITALIA S.P.A.
paragrafo 15.5;	singola	singola	singola
f) Disciplinare e Capitolato Speciale sottoscritti	sì	sì	sì
g) Copia della ricevuta di pagamento del contributo ANAC	sì	sì	sì
h) Attestazione di avvenuto sopralluogo (rif. paragrafo 11 – Sopralluogo obbligatorio);	sì	sì	sì
i) eventuale elenco della documentazione amministrativa presentata	sì	sì	sì
GIUDIZIO DI AMMISSIONE	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
BUSTA TELEMATICA B): Documentazione Tecnica			

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC
CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	SIDEM S.P.A.	DRAEGER ITALIA S.P.A.
<p>a) relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti minimi, che deve riprodurre gli stessi capitoli e paragrafi del questionario tecnico di cui al punto successivo completa di schede tecniche, tabelle, depliant, disegni, ecc. a specifica dei contenuti del progetto tecnico. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole; La relazione, redatta fronte/retro, in carattere calibri, formato 11, deve essere lunga complessivamente 35 facciate formato A4. Sono esclusi dal conteggio delle facciate i documenti allegati. Si avvisa che se la lunghezza della relazione eccedesse il numero massimo di 35 facciate, verrà valutato il suo contenuto fino alla 35esima facciata compresa, mentre non verranno valutate le facciate successive;</p>	SÌ	SÌ	SÌ
<p>b) questionario tecnico (Allegato 2_D - “Scheda offerta tecnica” al presente Disciplinare) compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato word editabile;</p>	SÌ	SÌ	SÌ
<p>c) caratteristiche di minima (Allegato 3_D - “caratteristiche di minima” al presente Disciplinare) compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato word editabile;</p>	SÌ	SÌ	SÌ

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC
CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

<i>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</i>	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	SIDEM S.P.A.	DRAEGER ITALIA S.P.A.
d) certificati di conformità alla normativa vigente Marcatura CE in corso di validità ed adeguato agli standard di sicurezza IEC 60601 e ss.mm.ii. ed IEC 62304 (medical device software);	SÌ	SÌ	SÌ
e) codici, descrizione e listino del materiale di consumo, specificando quale materiale è dedicato/esclusivo, senza prezzi ;	SÌ	SÌ	SÌ
f) manuale d’uso utente in italiano;	SÌ	SÌ	SÌ
g) piano di manutenzione dettagliato sia in garanzia che post, completo di check list che viene utilizzata durante le visite manutentive;	SÌ	SÌ	SÌ
h) programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori (almeno 5 giornate e la disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della stessa nel caso si ritenesse necessario);	SÌ	SÌ	SÌ
i) dichiarazione di impegno alla fornitura di parti di ricambio e di prestazioni da parte di tecnico specializzato anche richiesto da Ditta terza individuata dall’ASST per l’assistenza tecnica:	SÌ	SÌ	SÌ

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC
CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	SIDEM S.P.A.	DRAEGER ITALIA S.P.A.
j) dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione del bene (ovvero dalla conclusione con esito favorevole del collaudo);	SÌ	SÌ	SÌ
k) Modulo Mod02PG1MQ7 debitamente compilato;	SÌ	SÌ	SÌ
l) offerta economica <u>senza prezzi</u> ;	SÌ	SÌ	SÌ
m) dichiarazione d’impegno a consegnare, in caso di aggiudicazione, senza alcun onere di spesa aggiuntivo per la ASST: <ul style="list-style-type: none"> 1) il nominativo del referente a cui è affidata la gestione delle attività di Assistenza Tecnica e la Manutenzione presso questa ASST, completo delle informazioni necessarie per la sua rintracciabilità (telefono, email, nominativo di un eventuale sostituto per i periodi di ferie e malattia, etc.) per lo svolgimento di tutte le attività richieste nel presente capitolato; 2) il manuale d’uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere i paragrafi specifici del 	SÌ	SÌ	SÌ

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC
CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	SIDEM S.P.A.	DRAEGER ITALIA S.P.A.
<p>D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;</p> <p>3) il calendario delle date relative al piano di manutenzione programmata pianificate durante il periodo di garanzia, in accordo con quanto dichiarato nel modulo “Documentazione per la fornitura di apparecchiature ad uso clinico” (modulo Mod02PG1MQ7 allegato al Disciplinare) e con quanto indicato dal Costruttore nel manuale tecnico o di manutenzione; qualora il Costruttore non preveda alcuna attività di manutenzione programmata, il Fornitore dovrà allegare una dichiarazione del Costruttore o la copia del manuale tecnico a supporto di quanto dichiarato;</p> <p>4) la copia delle schede (check-list) relative alle attività previste nel piano di manutenzione, in conformità con quanto descritto nel manuale tecnico (allegare copia della sezione riguardante le check-list di controllo) e/o dichiarato dal Costruttore;</p> <p>5) il manuale tecnico/service (preferibilmente in italiano);</p> <p>6) le certificazioni comprovanti quanto attestato in sede di partecipazione a gara;</p> <p>7) le certificazioni norme UNI di riferimento;</p>			

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC
CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	SIDEM S.P.A.	DRAEGER ITALIA S.P.A.
8) la dichiarazione di conformità alle direttive CE relative alla destinazione d’uso.			
n) specifica dichiarazione, ai sensi del D.P.R n.445/2000, concernente l’assunzione dell’impegno a fornire la GARANZIA full risk , nulla escluso (uso improprio, eventi straordinari o accidentali, ecc.), sia per l’apparecchiatura che per gli accessori forniti, per un periodo di almeno n. 12 mesi solari , che decorrono dal giorno successivo al collaudo positivo dell’apparecchiatura, compresa di eventuali aggiornamenti tecnologici (hw e sw);	SÌ	SÌ	SÌ
o) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	N.A.	N.A.	N.A.
p) dichiarazione firmata contenente - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della	SÌ	SÌ	SÌ

**PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC
CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

<i>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</i>	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	SIDEM S.P.A.	DRAEGER ITALIA S.P.A.
relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.			
GIUDIZIO GLOBALE DI AMMISSIONE	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA

Bergamo, 19.01.2026

La Commissione Amministrativa:

f.to Dr.ssa Sara Fumagalli

f.to Dr. Giovanni Acquaroli

f.to Dr.ssa Silvia Gamba

.....



Prot. 194/17/26

ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE
DALLA COMMISSIONE TECNICA

**Oggetto: PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL –
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA
DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC CARDIOCHIRURGIA
DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO**

L’anno 2026, nelle seguenti giornate:

- 30 gennaio dalle ore 10.00 alle 12.30,
- 12-13-23 febbraio;
- 25 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 12.30,
- 9 marzo alle 11.00 alle ore 13.30

presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica, nominata con delibera n. 53 del 15.01.2026, composta da:

- | | |
|------------|--|
| Presidente | Ing. Serena Stabilini – Collaboratore tecnico professionale SC Ingegneria Clinica; |
| Componente | Dott.ssa Begnis Cinzia – Coordinatrice infermieristica presso la SC Cardiologia 1; |
| Componente | Dott.ssa Aurelia Grosu – Dirigente Medico presso la SC Cardiologia 1. |

per effettuare la valutazione della documentazione tecnica prodotta dai Concorrenti MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L., SIDEM S.P.A., DRAEGER ITALIA S.P.A., che hanno presentato offerta, in conformità ai punti 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e 18.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara, nei termini seguenti:

- esame e valutazione della documentazione stessa;
- assegnazione all’elemento/parametro del punteggio tabellare attribuito ai singoli elementi di valutazione individuati, secondo i criteri riportati nella tabella esposta al punto 18.1 del medesimo Disciplinare di gara;
- compilazione:



- a) di un prospetto riepilogativo dei punteggi tabellari conseguiti per ciascun elemento/parametro valutato;
- b) un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dal Concorrente per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

All'inizio della seduta il Presidente della Commissione Tecnica (Commissione Giudicatrice) ha dato atto che risultava trasmessa (in formato elettronico, mediante l'utilizzo del sistema di condivisione OneDrive) da parte della Commissione Amministrativa (Seggio di Gara), la documentazione tecnica presentata dai seguenti soggetti:

<i>n.</i>	<i>denominazione</i>
1	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.
2	SIDEM S.P.A.
3	DRAEGER ITALIA S.P.A.

Sulla scorta del richiamato Disciplinare di gara, la Commissione Tecnica ha, quindi, proceduto:

- a) all'apertura dei files, relativi alla documentazione tecnica presentata (tramite piattaforma Sintel) dai suindicati Concorrenti;
- b) alla quantificazione dell'attività da svolgere.

2

La Commissione tecnica ha svolto le attività di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute con il seguente calendario:

- 30.01.2026: apertura, verifica della documentazione pervenuta, verifica della rispondenza ai requisiti minimi delle offerte tecniche pervenute sulla base della documentazione tecnica fornita. Si chiede al RUP di inviare tramite Sintel la richiesta di effettuare sopralluoghi nei siti in cui è installato un sistema analogo.
- 12-13-23.02.2026: sopralluoghi/verifica sul campo dei sistemi proposti.
- 25.02.2026: valutazione tecnico-qualitativa della documentazione presentata dai concorrenti con attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione, dal punto C al punto D del questionario. Si sono inoltre formalizzati alcuni chiarimenti da inoltrare alle ditte.
- 09.03.2026: A seguito della ricezione delle risposte ai chiarimenti si è completata la valutazione tecnico-qualitativa della documentazione presentata dai concorrenti con attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione, dal punto A al punto B del questionario, calcolo del punteggio finale e chiusura dei lavori.

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice ha deciso "all'unanimità" di avvalersi di un foglio di calcolo Excel, che consente – a fronte delle valutazioni espresse - l'attribuzione automatica dei punteggi, in base ai criteri riportati nel Disciplinare di gara.



La Commissione Tecnica, dopo aver esaminato e valutato la documentazione prodotta dai Concorrenti, esprime i giudizi, con l'attribuzione dei rispettivi punteggi tabellari di seguito riportati:

1) CENTRALE DI MONITORAGGIO max 32 p.ti

Criterio di Valutazione 1.1 max 5 p.ti

Numero di licenze fornite (indicare la numerosità per ciascuna centrale offerta)

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

La fornitura prevede 128 licenze. Ciascuna centrale può collegare fino ad un massimo di 64 licenze.

SIDEM S.P.A.

La fornitura prevede 128 licenze. Essendo un'infrastruttura client-server, non si ha un vincolo di distribuzione delle licenze su singola centrale.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

A seguito di chiarimento tramite la piattaforma Sintel, si evince che il numero di licenze fornite nel progetto è pari a 256.

Criterio di Valutazione 1.2 max 3 p.ti

Tipologia di monitor offerto (specificare per ciascuna centrale le dimensioni, il numero di monitor, la tipologia);

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

La fornitura comprende per ogni centrale sono stati offerti due display 27" LCD.

La valutazione della commissione è unanimemente buona.

SIDEM S.P.A.

Ogni centrale verrà fornita completa di doppio monitor da 32" con definizione 4K, ed una risoluzione di 3840 x 2160.

I monitor sono dotati di supporto VESA e possono essere assemblati su supporti già presenti per ridurre l'ingombro sul piano di lavoro

La Commissione esprime all'unanimità un giudizio ottimo per quanto sopra descritto.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

La fornitura comprende monitor 22 pollici (risoluzione 1920 x 1080) così suddivisi:

- SC Cardiologia 1: due centrali ciascuna con doppio monitor
- SC Cardiologia 2: una centrale con doppio monitor
- SC Cardiologia 3: una centrale con doppio monitor

Viene pertanto unanimemente valutato una configurazione sufficiente.

Criterio di Valutazione 1.3 max 3 p.ti

Numero di tracciati visualizzabili contemporaneamente su ciascuno dei monitor forniti;

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

A seguito di chiarimento tramite la piattaforma Sintel, il numero di telemetri contemporaneamente visualizzabile su ciascun monitor è 32.

SIDEM S.P.A.

A seguito di chiarimento tramite la piattaforma Sintel, il numero di telemetri contemporaneamente visualizzabile su ciascun monitor è 32.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

A seguito di chiarimento tramite la piattaforma Sintel, il numero di telemetri contemporaneamente visualizzabile su ciascun monitor è 32.

Criterio di Valutazione 1.4 max 5 p.ti

Parametri visualizzabili: indicare quali ed il tempo memorizzabile

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

I parametri visualizzabili sono: ECG, SpO₂, frequenza respiratoria e NIBP, qualora il telemetro sia connesso al modulo NIBP BP10 (offerti n. 9 in gara che verranno valutati nella sezione migliore).

La centrale è in grado di memorizzare in full disclosure le ultime 240 ore di monitoraggio, oltre a trend tabellari e grafici. Inoltre, consente l'archiviazione di fino a 3000 eventi per paziente.

Il sistema permette infine la revisione dei dati di almeno 200 pazienti dimessi, compatibilmente con la capacità di archiviazione del server.

La soluzione proposta risulta complessivamente buona e adeguata rispetto alle specifiche richieste dal CSA.

SIDEM S.P.A.

La centrale di monitoraggio permette la visualizzazione dei seguenti parametri: frequenza cardiaca, ECG, aritmie, ST, STE, QT, SpO₂, polso, resp, mappe ST, STEMI, trend, trend orizzontale. La memorizzazione dei dati è garantita fino a 168 ore per trend grafici e tabellari, forme d'onda full disclosure, eventi illimitati di allarme con 30 secondi di forme d'onda associate. Infine c'è la possibilità di mantenere per tempo illimitato circa 50.000 referti ECG con l'utilizzo dell'applicativo IntelliSpace ECG (valutato nella sezione migliore).

La soluzione risulta sufficiente in relazione alle richieste del CSA.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

I parametri visualizzabili in centrale sono i seguenti: ECG (HR, PVC, pause/min, valore ST, QT, QTc, ΔQTc), RR, SpO₂. La memorizzazione dei dati è garantita fino a 720 ore per trend grafici e tabellari, forme d'onda full disclosure ed eventi (allarmi).

La Commissione tecnica valuta in maniera ottimale il tempo di memorizzazione.

Criterio di Valutazione 1.5 max 3 p.ti

Gestione allarmi: indicare le modalità di personalizzazione degli allarmi

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

La soluzione proposta prevede la personalizzazione dei limiti di allarme e la loro visualizzazione nella stampa. Infine è possibile bloccare gli indicatori degli allarmi fisiologici qualora non vengano ripresentati. Viene pertanto unanimemente valutato un sistema buono.



SIDEM S.P.A.

La gestione degli allarmi è personalizzabile per singolo paziente oppure creando dei profili (max. 25) che si adattano a particolari situazioni di monitoraggio (es. set allarmi per patologie).

Incluso in offerta è stato fornito il “Consulente degli allarmi” che analizza le violazioni di allarme giallo in un arco temporale e successivamente fornisce un supporto per adattare le soglie di allarme per singolo paziente per consentire di ricevere un numero di allarmi clinicamente significativi più attendibili.

La Commissione esprime all’unanimità un giudizio ottimo della soluzione offerta.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

La personalizzazione degli allarmi nella soluzione proposta prevede la possibilità di creare modelli predefiniti oppure agire in maniera locale sul singolo telemetro a livello di ciascun parametro (ECG, SpO₂ etc.) Viene pertanto unanimemente valutato un sistema buono.

Criterio di Valutazione 1.6 max 7 p.ti

Software di elaborazione dei dati forniti (business intelligence, analisi post acquisizione, ricerca dati, etc);

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

Vengono forniti in offerta diverse licenze software per l’analisi avanzata dei tracciati ECG unito a schermate di riepilogo per gli eventi più significativi. I dati possono essere esportati in formato .csv su un’unità USB.

SIDEM S.P.A.

Vengono forniti in offerta diverse licenze software per l’analisi avanzata dei tracciati ECG con diverse opzioni (riesame generale, riesame rapido, riesame allarmi, riesame cardiologico). È presente, inoltre la possibilità di creare e gestire i referti in formato PDF e XML. Infine, è presente il tool di analisi mappe ST e STE.

Tutti i dati rilevati dai telemetri possono essere esportati in formato Excel per implementare nuove analisi. L’ampia gamma di tool offerti viene valutato all’unanimità in maniera positiva dalla Commissione.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

In offerta vengono forniti software per il riesame con funzioni di annotazioni, navigazione incrociata, moduli di calcolo. La commissione valuta buona la proposta.

Criterio di Valutazione 1.7 max 3 p.ti

Modalità di esportazione del dato (interfaccia HL7, stampa cartacea, ecc.)

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

La soluzione offerta prevede lo scambio di dati con la rete ospedaliera tramite standard HL7. La stampa cartacea è consentita tramite le stampanti offerte anche in maniera automatica secondo un criterio (es. orario).



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Viene pertanto unanimemente valutato un sistema buono.

SIDEM S.P.A.

La soluzione proposta prevede la possibilità di ricevere e trasmettere le informazioni acquisite tramite lo standard HL7, al fine di consentire la condivisione dei dati con la cartella clinica. È inoltre prevista la possibilità di esportare i dati in formato DICOM. Infine, la soluzione include una stampante di rete per centrale di monitoraggio per la stampa su supporto cartaceo dei tracciati. Si valuta in maniera ottimale la possibilità di esportazione anche in formato DICOM tramite l'applicativo Intellispace ECG.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

La soluzione offerta prevede lo scambio di dati con la rete ospedaliera tramite protocollo HL7 V2. La stampa cartacea è consentita tramite le stampanti offerte.

Viene pertanto unanimemente valutato un sistema buono.

Criterio di Valutazione 1.8 max 3 p.ti

Ulteriori migliorie offerte

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

Il progetto offerto prevede due importanti migliorie:

- la fornitura di una licenza M-IoT che permette il controllo in tempo reale di dispositivi Mindray connessi alla rete sia tramite LAN che in modalità wireless già installati in tutta l'Azienda ospedaliera
- la fornitura di n. 9 dispositivi (BP10) per il monitoraggio della pressione non invasiva (NIBP) che si vanno a sincronizzare con i telemetri fornendo alla centrale tutti i dati rilevati.

La commissione tecnica valuta positivamente le migliorie offerte.

SIDEM S.P.A.

La soluzione proposta prevede diverse migliorie rispetto a quanto richiesto dal CSA. In questa sezione vengono valutati i miglioramenti che non sono stati considerati negli altri criteri. In particolare, si segnalano come elementi positivi: il software di gestione ECG (IntelliSpace ECG), la funzionalità web utilizzabile anche su tablet, la localizzazione del telemetro, l'adattatore per l'utilizzo di batterie AA e la possibilità di sterilizzare il telemetro in STERRAD.

La Commissione Tecnica esprime una valutazione complessivamente positiva di tutte le migliorie proposte; in particolare, l'adozione del software IntelliSpace ECG consente una gestione centralizzata, interoperabile e scalabile dei tracciati elettrocardiografici.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

Dall'analisi della documentazione progettuale non emergono elementi migliorativi ulteriori rispetto a quelli già valutati come ottimali nell'ambito degli altri criteri di attribuzione del punteggio (quali, a titolo esemplificativo, capacità di memorizzazione, sistemi di analisi avanzata, gestione degli allarmi e scalabilità del sistema).

Pertanto, non si ritiene di attribuire punteggio aggiuntivo, in assenza di migliorie effettivamente innovative o tali da determinare un arricchimento sostanziale del progetto.

2) *TELEMETRO max 21 p.ti*



Criterio di Valutazione 2.1 max 3 p.ti

Dimensioni del display grafico;

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

3,5" TFT LCD a colori con touchscreen di tipo capacitivo, con risoluzione grafica 480x320.

SIDEM S.P.A.

Display Full touchscreen LCD a colori QVGA da 2,8".

DRAEGER ITALIA S.P.A.

Il telemetro offerto dispone di un display Touchscreen TFT a colori di 3,5 pollici con risoluzione 320 × 480 pixel.

Criterio di Valutazione 2.2 max 4 p.ti

Durata della batteria (nelle condizioni di maggiore stress del sistema - descriverle);

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

In condizione di Massimo stress (ECG a 5 derivazioni, saturazione SpO2 e display acceso) l'autonomia della batteria è maggiore a 12 ore.

SIDEM S.P.A.

In condizioni di maggiore stress del sistema (ECG e SpO2 fast in modo continuo) è di 15,6 ore.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

L'autonomia operativa del telemetro vista T100S è di circa 48 ore con ECG a 5 derivazioni e SpO2 attivi.

7

Criterio di Valutazione 2.3 max 2 p.ti

Tempo e modalità di ricarica delle batterie alla massima carica;

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

Il telemetro offerto, TM80, impiega un tempo pari a 5 ore per ricaricare una batteria scarica. Si considera ottimale la valutazione di tale parametro.

SIDEM S.P.A.

Per il telemetro offerto, MX40, il tempo di carica della batteria da uno stato di esaurimento del 90%: 6,5 ore. Si considera buona la valutazione di tale parametro.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

Il tempo di ricarica per il telemetro VISTA T100S (Model C) è minore o uguale a 5 h (carica al 90%). Si considera ottimale la valutazione di tale parametro.

Criterio di Valutazione 2.4 max 3 p.ti

Peso (con batteria);

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

Il telemetro offerto è pari a 229g



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

SIDEM S.P.A.

Il telemetro offerto comprensivo della batteria agli ioni di litio è di 265 g.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

Il telemetro offerto ha un peso di 240 g

Criterio di Valutazione 2.5 max 7 p.ti

Monitoraggio parametri (modalità acquisizione derivazioni, n. derivazioni, tipologia dei parametri misurati, tipologia di sensori utilizzati, etc);

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

Utilizzando il cavo a 6 poli con algoritmo Mindray per la ricostruzione delle 12 derivazioni non diagnostico di cui 8 derivazioni sono reali e 4 ricostruite. È presente il riconoscimento automatico del pacemaker impiantato nel paziente, analisi del QT/QTc su tutte le derivazioni e riconoscimento di particolari aritmie.

Le derivazioni per ECG possono essere a clip o a bottone, riutilizzabili o monouso.

La commissione valuta positivamente la proposta.

SIDEM S.P.A.

Con un cavo paziente a 6 fili in modalità HEXAD si ottengono 8 derivazioni diagnostiche e 4 derivate con gli elettrodi posizionati in base allo schema per 6 elettrodi Mason-Likar.

Per quanto riguarda il monitoraggio della saturazione, il cavo adattatore SpO2 è possibile utilizzare sensori Philips, Nellcor o Masimo. È presente una funzione avanzata del riconoscimento delle aritmie e analisi dell'intervallo QT/QTc con Algoritmo ST/AR Philips per l'analisi dell'aritmia su più derivazioni.

La commissione valuta positivamente la proposta.

8

DRAEGER ITALIA S.P.A.

L'offerta prevede il cavo a 5 elettrodi con cui vengono rilevate 7 derivazioni reali. Vengono rilevati aritmie, analisi avanzata di segmento ST, QT/QTc e rilevamento pacemaker.

La commissione valuta buona la proposta.

Criterio di Valutazione 2.6 max 2 p.ti

Allarmi del telemetro;

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

Il telemetro offerto è in grado di segnalare sia a livello visivo che acustico allarmi fisiologici e allarmi dovuti al malfunzionamento del telemetro stesso (allarmi tecnici). Per ogni allarme è possibile scegliere fra 4 livelli di gravità. (Alto, medio, basso o visualizzazione solo tramite prompt).

La commissione valuta positivamente la proposta.

SIDEM S.P.A.

Il telemetro offerto prevede diversi tipi di allarme: allarmi di tipo tecnico e allarmi fisiologici su tre livelli in base alle impostazioni eseguite. Le segnalazioni sono sia di tipo acustico che visive.

La commissione valuta positivamente la proposta.



DRAEGER ITALIA S.P.A.

Il telemetro Vista T100S garantisce allarmi di tipo fisiologico e tecnico. Gli allarmi si sviluppano su tre livelli di priorità (alto, medio, basso) e si differenziano sia in termini di segnalazioni acustiche che visive.

La commissione valuta positivamente la proposta.

3) Sistema di ricezione/Trasmissione max 21 p.ti

criterio di Valutazione 3.1 max 13 p.ti

Descrivere dettagliatamente: architettura del sistema, tipologia di apparati forniti, protocolli di comunicazione, strategie adottate per il mantenimento del segnale;

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

L'architettura del sistema fornito è di tipo Client-Server. La comunicazione wireless è basata su protocolli conformi allo standard IEEE 802.11ac, con utilizzo preferenziale della banda di frequenza a 5 GHz, al fine di garantire migliori prestazioni e ridurre le interferenze con altre reti. Il telemetro si collegano a un unico access point, selezionato in base al livello di saturazione, privilegiando quello meno congestionato.

La soluzione proposta risulta complessivamente adeguata e buona; tuttavia, non si evidenziano specifiche soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione della perdita di segnale o alla riduzione delle interferenze con la rete Wi-Fi ospedaliera esistente.

9

SIDEM S.P.A.

L'architettura del sistema fornito è di tipo client-server; la comunicazione tra le centrali di monitoraggio e i dispositivi di telemetria avviene tramite una rete proprietaria basata su tecnologia Smart Hopping.

Tale rete, che utilizza una banda da 2,4 GHz, è progettata per coesistere con altre infrastrutture wireless — come, nel caso specifico, la rete Wi-Fi ospedaliera — garantendo l'assenza di interferenze e la continuità operativa.

La caratteristica distintiva di questa soluzione consiste nella possibilità di gestire comunicazioni parallele su due Access Point, assicurando una trasmissione bidirezionale continua e priva di perdita di segnale. L'elevata affidabilità del sistema è ulteriormente garantita dall'adozione del protocollo make before break, che consente il mantenimento della connessione attiva durante il passaggio tra access point.

La commissione all'unanimità valuta la soluzione proposta ottimale.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

La soluzione proposta prevede l'utilizzo di un wireless controller in cloud mantenendo in locale sugli access point il piano dati. La comunicazione wireless è basata su protocolli conformi allo standard IEEE 802.11ac, con utilizzo della banda di frequenza a 2.4 o 5 GHz. Il telemetro si collega a un unico access point, selezionato in base al livello di saturazione, privilegiando quello meno congestionato.

La soluzione proposta risulta complessivamente adeguata e buona; tuttavia, non si evidenziano specifiche soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione delle interferenze con la rete Wi-Fi ospedaliera esistente anche se viene evidenziato il fatto che le due reti sono della stessa tipologia.



Criterio di Valutazione 3.2 max. 8 p.ti

Descrivere le attività previste per l'installazione, le aree coperte, il cronoprogramma delle opere;

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

Il cronoprogramma proposto prevede l'esecuzione di una survey Wi-Fi finalizzata alla definizione del numero e della collocazione degli access point.

In assenza di una puntuale indicazione dei tempi di realizzazione delle singole attività, si ritiene che gli stessi siano conformi a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

Dall'esame della documentazione presentata, la Commissione valuta le attività previste complessivamente sufficiente, non emergendo elementi o caratteristiche migliorative di rilievo rispetto ai requisiti minimi previsti dal capitolato.

SIDEM S.P.A.

La ditta si impegna a completare, entro 39 giorni dalla sottoscrizione del contratto, tutte le attività previste dal CSA. Le attività che andranno ad impattare l'attività clinica come si evince dal cronoprogramma consegnato - comprensive di cablaggi, verifica della rete ed installazione delle apparecchiature - si sviluppa complessivamente in 9 giornate. La ditta si rende inoltre disponibile a operare anche in giorni non lavorativi, qualora espressamente richiesto dall'Amministrazione. È prevista un'attività di formazione della durata complessiva di 10 giorni rivolta al personale utilizzatore, nonché la fornitura di n. 8 monitor muletti per pazienti critici, da impiegare nella fase di transizione dall'attuale sistema alla nuova dotazione.

Considerato che i tempi di realizzazione proposti risultano significativamente inferiori ai 60 giorni solari previsti dal CSA, che la durata della formazione offerta è pari al doppio di quanto richiesto e che la messa a disposizione dei monitor muletti consente una gestione più agevole e sicura della fase di transizione, la Commissione esprime valutazione positiva in merito al cronoprogramma delle opere proposto.

10

DRAEGER ITALIA S.P.A.

La ditta si impegna a completare le attività di installazione, la copertura delle aree e tutte le opere connesse alla fornitura nel pieno rispetto dei termini previsti dal CSA. In particolare, le operazioni di installazione e collaudo saranno ultimate entro 8 giornate lavorative.

La Commissione Tecnica esprime una valutazione favorevole della soluzione proposta; non si rilevano ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento. Pertanto, la valutazione complessiva risulta buona.

4) Adeguatezza e praticità d'uso del sistema proposto max 6 p.ti

Criterio di Valutazione 4.1 max 6 p.ti

compliance del sistema rispetto alle pratiche cliniche, l'affidabilità degli accessori, etc

È facoltà dell'Azienda richiedere un periodo di prova del sistema offerto;

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

In occasione del sopralluogo effettuato il 13/02/2026 presso la Fondazione Poliambulanza, il sistema presentato ha dimostrato di rispondere in modo pienamente adeguato alle esigenze cliniche.

Non è stato tuttavia possibile effettuare una valutazione della componente relativa alla rete dedicata, poiché presso la struttura il sistema risulta operare tramite la rete Wi-Fi ospedaliera.

Gli accessori in dotazione (cavi ECG, saturimetro, batterie ricaricabili e stazioni di ricarica) sono stati valutati positivamente, evidenziando buoni livelli di affidabilità, solidità costruttiva e resistenza all'utilizzo continuativo.

SIDEM S.P.A.

Il sistema visionato in occasione del sopralluogo presso l'ASST Sette Laghi in data 12/02/2026 ha soddisfatto le esigenze cliniche, garantendo la piena conformità alle attività abitualmente svolte dal personale sanitario.

Nel corso della visita, oltre all'infrastruttura IT dedicata ed alle centrali di monitoraggio, sono stati esaminati i telemetri e i relativi accessori (cavi ECG, saturimetro, sportello delle batterie, batterie ricaricabili, stazioni di ricarica, adattatori per batterie AA); l'insieme dei dispositivi è apparso realizzato con materiali resistenti e affidabili.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

Non è stato possibile visionare nessun sito in quanto il sistema fornito è di recente produzione, pertanto ci si è limitati alla visione in loco, presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, il giorno 23/02/2026 della centrale di monitoraggio, telemetri e relativi accessori. Non è stato tuttavia possibile effettuare una valutazione della componente relativa alla rete dedicata. Gli accessori che è stato possibile visionare (cavi ECG, saturimetro, batterie ricaricabili e stazioni di ricarica) sono stati valutati positivamente, evidenziando buoni livelli di affidabilità, solidità costruttiva e resistenza all'utilizzo continuativo.

La Commissione ha successivamente proceduto a riassumere le risultanze della valutazione tecnico-qualitativa concernente le offerte pervenute nel Documento riepilogativo finale (formato.xls), Allegato 1 al presente Verbale, del quale forma parte integrante e sostanziale, comprensivo di:

- un prospetto riepilogativo dei punteggi tabellari attribuiti a ciascun parametro valutato, con il corrispondente punteggio conseguito per l'offerta presentata dai concorrenti in gara;
- un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato da ciascun concorrente per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

11

Tutti i concorrenti hanno presentato una offerta idonea avendo conseguito un punteggio tecnico complessivo come di seguito:

<i>Denominazione</i>	<i>Punteggio tecnico</i>
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	60,50
SIDEM S.P.A.	70,79
DRAEGER ITALIA S.P.A.	63,61

Al termine della seduta del 09.03.2026 la Commissione Giudicatrice, dichiara la chiusura dei propri lavori e dispone l'invio del presente verbale alla Commissione Amministrativa (Seggio di gara), per gli atti conseguenti.



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Bergamo, 9 marzo 2026

La Commissione Tecnica

Presidente	Ing. Serena Stabilini	_____
Componente	Dott.ssa Cinzia Begnis	_____
Componente	Dott.ssa Aurelia Grosu	_____

Allegati: Documento riepilogativo finale.

PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO

1) CENTRALE DI MONITORAGGIO max 32 p.ti

1.1) Numero di licenze fornite (Indicare la numerosità per ciascuna centrale offerta);	PUNTI	5
OFFERTA	N. LICENZE (indicare n. licenze)	
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	128	2,50
SIDEM S.P.A.	128	2,50
DRAEGER ITALIA S.P.A.	256	5,00

1.2) Tipologia di monitor offerto (specificare per ciascuna centrale le dimensioni, il numero di monitor, la tipologia);	PUNTI	3				
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	2,25
SIDEM S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	3,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	1,50

1.3) Numero di tracciati visualizzabili contemporaneamente su ciascuno dei monitor forniti;	PUNTI	3
OFFERTA	N. TRACCIATI (indicare n. TRACCIATI)	
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	32	3,00
SIDEM S.P.A.	32	3,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	32	3,00

1.4) Parametri visualizzabili: Indicare quali ed il tempo memorizzabile	PUNTI	5				
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	3,75
SIDEM S.P.A.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	2,50
DRAEGER ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	5,00

1.5) Gestione allarmi: Indicare le modalità di personalizzazione degli allarmi;	PUNTI	3				
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	2,25
SIDEM S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	3,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	2,25

1.6) Software di elaborazione dei dati forniti (business intelligence, analisi post acquisizione, ricerca dati, etc);	PUNTI	7				
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	5,25
SIDEM S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	7,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	5,25

1.7) Modalità di esportazione del dato (interfaccia HL7, stampa cartacea, ecc.);	PUNTI	3				
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	2,25
SIDEM S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	3,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	2,25

1.8) Ulteriori migliori offerte	PUNTI	3				
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTI/GRADO CONSEGUITO
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	1	1	1	3,00	1,00	3,00
SIDEM S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	3,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	0	0	0	-	-	0,00

2) TELEMETRO max 21 p.ti

2.1) Dimensioni del display grafico;	PUNTI	3				
OFFERTA	DIMENSIONI				PUNTI/GRADO CONSEGUITO	
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	3,5				3,00	
SIDEM S.P.A.	2,8				2,40	
DRAEGER ITALIA S.P.A.	3,5				3,00	

2.2) Durata della batteria (nelle condizioni di maggiore stress del sistema - descriverle);	PUNTI	4				
OFFERTA	DURATA				PUNTI/GRADO CONSEGUITO	
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	12				1,00	
SIDEM S.P.A.	15,6				1,30	
DRAEGER ITALIA S.P.A.	18				4,00	

2.3) Tempo e modalità di ricarica delle batterie alla massima carica;	PUNTI	2				
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTI/GRADO CONSEGUITO
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	1	1	1	3,00	1,00	2,00
SIDEM S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	1,50
DRAEGER ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	2,00

2.4) Peso (con batteria);	PUNTI	3				
OFFERTA	PESO				PUNTI/GRADO CONSEGUITO	
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	229				3,00	
SIDEM S.P.A.	265				2,50	
DRAEGER ITALIA S.P.A.	240				2,66	

2.5) Monitoraggio parametri (modalità acquisizione derivazioni, n. derivazioni, tipologia dei parametri misurati, tipologia di sensori utilizzati, etc);	PUNTI	7				
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTI/GRADO CONSEGUITO
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	1	1	1	3,00	1,00	7,00
SIDEM S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	7,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	5,25

2.6) Allarmi del telemetro;	PUNTI	2				
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTI/GRADO CONSEGUITO

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	1	1	1	3,00	1,00	2,00
SIDEM S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	2,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	2,00

3) Sistema di ricezione/Trasmissione max 21 p.ti

3.1) Descrivere dettagliatamente: architettura del sistema, tipologia di apparati forniti, protocolli di comunicazione, strategie adottate per il mantenimento del segnale;	PUNTI		13			
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	9,75
SIDEM S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	13,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	9,75

3.2) Descrivere le attività previste per l'installazione, le aree coperte, il cronoprogramma delle opere;	PUNTI		8			
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	0,5	0,5	0,5	1,50	0,50	4,00
SIDEM S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	8,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	6,00

4) Adeguatezza e praticità d'uso del sistema proposto max 6 p.ti

4.1) sarà valutata la compliance del sistema rispetto alle pratiche cliniche, l'affidabilità degli accessori, etc E' facoltà dell'Azienda richiedere un periodo di prova del sistema offerto	PUNTI		6			
OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	4,50
SIDEM S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	6,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	4,50

PROCEDURA APERTA - MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.		SIDEM S.P.A.		DRAEGER ITALIA S.P.A.	
PARAMETRO 1.1	2,50	PARAMETRO 1.1	2,50	PARAMETRO 1.1	5,00
PARAMETRO 1.2	2,25	PARAMETRO 1.2	3,00	PARAMETRO 1.2	1,50
PARAMETRO 1.3	3,00	PARAMETRO 1.3	3,00	PARAMETRO 1.3	3,00
PARAMETRO 1.4	3,75	PARAMETRO 1.4	2,50	PARAMETRO 1.4	5,00
PARAMETRO 1.5	2,25	PARAMETRO 1.5	3,00	PARAMETRO 1.5	2,25
PARAMETRO 1.6	5,25	PARAMETRO 1.6	7,00	PARAMETRO 1.6	5,25
PARAMETRO 1.7	2,25	PARAMETRO 1.7	3,00	PARAMETRO 1.7	2,25
PARAMETRO 1.8	3,00	PARAMETRO 1.8	3,00	PARAMETRO 1.8	0,00
PARAMETRO 2.1	3,00	PARAMETRO 2.1	2,40	PARAMETRO 2.1	3,00
PARAMETRO 2.2	1,00	PARAMETRO 2.2	1,30	PARAMETRO 2.2	4,00
PARAMETRO 2.3	2,00	PARAMETRO 2.3	1,50	PARAMETRO 2.3	2,00
PARAMETRO 2.4	3,00	PARAMETRO 2.4	2,59	PARAMETRO 2.4	2,86
PARAMETRO 2.5	7,00	PARAMETRO 2.5	7,00	PARAMETRO 2.5	5,25
PARAMETRO 2.6	2,00	PARAMETRO 2.6	2,00	PARAMETRO 2.6	2,00
PARAMETRO 3.1	9,75	PARAMETRO 3.1	13,00	PARAMETRO 3.1	9,75
PARAMETRO 3.2	4,00	PARAMETRO 3.2	8,00	PARAMETRO 3.2	6,00
PARAMETRO 4	4,50	PARAMETRO 4	6,00	PARAMETRO 4	4,50
PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (somatoria punteggi ottenuti)	60,50	PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (somatoria punteggi ottenuti)	70,79	PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (somatoria punteggi ottenuti)	63,61



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

VERBALE N.2

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA (SEGGIO DI GARA)

2^ SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

CIG: B92E3BE89D

VERBALE APERTURA BUSTE ECONOMICHE

L’anno **2026**, addì **12** del mese di **marzo** presso la SC Gestione Acquisti, alle ore 9.48, si riunisce - in 2^ seduta riservata - l’apposita commissione amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr. Giovanni Acquaroli – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa. Silvia Gamba, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti.

per provvedere all’espletamento delle seguenti operazioni contemplate dal Disciplinare di gara:

- a) presa d’atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti dalla commissione tecnica agli elementi tecnico-qualitativi;
- b) apertura della Busta Telematica C contenente l’offerta economica dei concorrenti ammessi e gli eventuali relativi allegati;
- c) rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed assegnazione del rispettivo punteggio, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara (C.S.A. e Disciplinare);

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

- d) sommatoria, per i Concorrenti, dei punteggi assegnati all'aspetto economico ed agli aspetti tecnico/qualitativi;
- e) formulazione della graduatoria finale provvisoria.

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente: dr.ssa Sara Fumagalli.

Premesso che:

- come si evince dal Verbale n. 1 della 1^ seduta riservata in data 19.01.2026, il presidente della commissione amministrativa:

- ha disposto:

1. che i Concorrenti definitivamente ammessi a gara sono i seguenti:

n.	Operatore economico
1	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.
2	SIDEM S.P.A.
3	DRAEGER ITALIA S.P.A.

2. che la documentazione tecnica prodotta dai medesimi, scaricata - tramite P.C. - dall'apposita Busta Telematica, sarebbe stata trasmessa al Presidente della apposita commissione tecnica per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara;

- ha rammentato, infine, che le Offerte Economiche sarebbero rimaste chiuse/bloccate da Sin'Tel e, quindi, il contenuto delle stesse non sarebbe stato visibile, né da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, né di terzi, sino alla 2^ seduta riservata, che si sarebbe tenuta non appena terminate le valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

- con @mail del 19.01.2026, la commissione amministrativa ha inviato al presidente e ai componenti della commissione tecnica la documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico - dai suddetti partecipanti, per le necessarie valutazioni;

- mediante nota P.I. 19417/26 del 11.03.2026, il presidente della commissione tecnica ha inviato il verbale del 09.03.2026 e relativi allegati, concernenti le attività svolte;

tanto premesso

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

dà quindi inizio alle operazioni contemplate nel Disciplinare di gara e descritte sul frontespizio del presente verbale, più precisamente:

- prende atto delle risultanze della valutazione espressa dalla commissione tecnica e successivamente dà pubblica lettura del punteggio attribuito agli elementi tecnico-qualitativi delle offerte tecniche presentate dai Concorrenti come sotto riportato:

<i>denominazione</i>	<i>Punti alla qualità max p. 80</i>
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	60,50
SIDEM S.P.A.	70,79
DRAEGER ITALIA S.P.A.	63,61

- effettua l'inserimento dei predetti punteggi nel Sistema SinTel;
- rileva che i partecipanti risultano ammessi alla prosecuzione della gara;
- provvede, quindi, all'apertura della Busta Telematica contenente l'Offerta Economica e gli eventuali relativi allegati;
- dà pubblica lettura delle sottoindicate condizioni economiche praticate dai concorrenti:

<i>denominazione</i>	<i>Importo offerto Iva esclusa</i>	<i>Importo oneri rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso (IVA esclusa)</i>
MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	€ 266.586,11	€ 80,00
SIDEM S.P.A.	€ 294.493,00	€ 80,00
DRAEGER ITALIA S.P.A.	€ 244.463,14	€ 80,00

- tramite Piattaforma procede alla sommatoria dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici e determina il punteggio globale conseguito dai Concorrenti, formulando la seguente graduatoria provvisoria:

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 80)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 295.081,97 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 20)	Punteggio totale
1	SIDEM S.P.A.	70,79	€ 294.493,00	16,60	87,39
2	DRAEGER ITALIA S.P.A.	63,61	€ 244.463,14	20,00	83,61
3	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	60,50	€ 266.586,11	18,34	78,84

Ultimata l'attribuzione dei punteggi,

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- procede alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e, ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare, rileva che non è stata presentata offerta anomala;
- formula la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 80)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 295.081,97 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 20)	Punteggio totale
1	SIDEM S.P.A.	70,79	€ 294.493,00	16,60	87,39
2	DRAEGER ITALIA S.P.A.	63,61	€ 244.463,14	20,00	83,61
3	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	60,50	€ 266.586,11	18,34	78,84



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli



Alla luce dei risultati sopra esposti, risultando l'offerta economicamente più vantaggiosa quella del Concorrente SIDEM S.P.A., dispone la proposta di aggiudicazione a favore della stessa società, 1^a in graduatoria, subordinando l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione.

La seduta è tolta alle ore 10.31.

Costituisce parte integrante del presente verbale:

- la nota P.I. 19417/26 del 11.03.2026, con cui il presidente della commissione tecnica ha inviato il verbale del 09.03.2026;

N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.

La commissione amministrativa

- f.to dr. Giovanni Acquaroli
- f.to dr.ssa Sara Fumagalli
- f.to dr.ssa Silvia Gamba

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 493/2026)

Oggetto: ESITO DELLA PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA TELEMETRICO, DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 - – CARDIOPATIE CONGENITE DEL BAMBINO E DELL’ADULTO E ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. COSTO COMPLESSIVO EURO 309.301,65 (IVA 5% COMPRESA).

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 13/03/2026

Il Direttore
Dr. Acquaroli Giovanni

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
1835	1	x		€ 99.000,00
773	1	x		€ 210.301,65

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 13/03/2026

Il Direttore
Dr. Acquaroli Giovanni

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
	102240010 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	1835/2026	1	€ 99.000,00
	102240010 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	773/2026	1	€ 210.301,65

Bergamo, 16/03/2026

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.493/2026

ad oggetto:

ESITO DELLA PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA TELEMETRICO, DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO. SPESA COMPLESSIVA EURO 309.301,65 (IVA 5% COMPRESA).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
