

Determina N. 30 del 21/01/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.8 MISURATORI VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI DESTINATI A VARIE SC DELL'ASST. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 41.440,00 - IVA 22% ESCLUSA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- il direttore della SC Ingegneria clinica con mail del 06.09.2024 ha evidenziato al direttore della SC Gestione acquisti l'esigenza di sostituire, per fuori uso, n. 8 misuratori volume vescicale ad ultrasuoni di varie SC dell'ASST;
- attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni, di cui trattasi;
- i beni in oggetto non sono ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11.7.2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3 del d.l. 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n. 89;

Dato atto che, alla luce delle disposizioni contenute nell'allegato 10 della deliberazione XII/1827 del 31 gennaio 2024 di Regione Lombardia, nonché alle indicazioni operative trasmesse, anch'esse da Regione Lombardia, a mezzo pec in data 07.10.2022, il direttore SC Gestione acquisti, con @mail del 12.09.2024, ha provveduto ad inviare ad ARIA S.p.A. comunicazione (P.G. n. 0060370/24 del 12.09.2024) di attivazione di procedura di acquisto autonoma tramite affidamento diretto;

Considerato che:

- con richiesta di offerta del 13.09.2024, P.G. n. 0060558/24, è stata attivata in pari data, tramite piattaforma SinTel, la procedura, avente ID n. 189434160, di affidamento diretto - ex art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 36/2023, a seguito della quale sono state invitate n. 8 ditte con la possibilità, per le altre società iscritte a SinTel, di presentare un'offerta per la fornitura di n. 8 misuratori volume vescicale ad ultrasuoni per varie SC dell'ASST, con una spesa complessiva a base d'asta di € 62.800,00 + IVA 22%, comprensiva degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali e da rischio specifico aziendale;
- previa verifica della conformità e corrispondenza dei beni offerti alla richiesta di offerta e al Capitolato Tecnico pubblicati, la scelta della migliore offerta, con facoltà dell'ASST di poter richiedere una prova/visione delle apparecchiature proposte, avverrà utilizzando i seguenti criteri, posti in ordine decrescente di importanza:

- Accuratezza e qualità della misura;
- Modalità di esportazione dei dati;
- Praticità di utilizzo, ergonomia ed ingombro;
- Prezzo;
- Tempi di consegna;

Preso atto che entro il termine di scadenza - ore 18:00 del 25.09.2024 - risultano pervenute n. 5 offerte dei seguenti concorrenti, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva:

	<i>Operatore economico</i>	<i>N. protocollo informatico ID Sintel di presentazione</i>	<i>Data di presentazione</i>	<i>Offerta economica in € – IVA esclusa</i>
1	Medimar s.r.l.	1726568646112	Martedì 17 settembre 2024 12.24.06 CEST	32.000,00
2	ALEF SRLS	1726829896577	Venerdì 20 settembre 2024 12.58.16 CEST	40.640,00
3	Medica S.p.A.	1726835621463	Venerdì 20 settembre 2024 14.33.41 CEST	40.000,00
4	HC ITALIA srl	1727188495108	Martedì 24 settembre 2024 16.34.55 CEST	41.440,00
5	COMPUMED EUROPE SRL	1727193534192	Martedì 24 settembre 2024 17.58.54 CEST	41.600,00

- con nota @mail del 01.10.2024, la SC Gestione acquisti, previa verifica, ha provveduto a trasmettere, al direttore della SC Ingegneria clinica, la documentazione tecnica ed economica scaricata da SinTel dei n. 5 concorrenti, per le inerenti valutazioni delle offerte ricevute secondo i criteri previsti dagli atti di gara;
- con @mail del 01.10.2024 il direttore della SC Ingegneria clinica ha confermato alla SC Gestione acquisti di voler esercitare l'opzione, prevista negli atti di gara, di effettuare le prove/visioni presso il presidio di Mozzo dell'ASST delle apparecchiature offerte dai n. 5 concorrenti;

Dato atto che:

- con Comunicazione SinTel avente ID 190496320 del 08.10.2024 è stata inviata a ciascuno dei 5 concorrenti ammessi a gara la richiesta di rendere disponibile, entro 10 gg lavorativi, in conto prova/visione, n.1 misuratore volume vescicale ad ultrasuoni nella configurazione offerta, presso i locali della SC Riabilitazione specialistica di Mozzo (BG) dell'ASST, previo accordo per la consegna;
- tutti i 5 concorrenti hanno alternativamente reso disponibile presso i locali della SC Riabilitazione specialistica di Mozzo (BG) l'apparecchiatura nella configurazione offerta per la prova/visione;

Constatato che:

- con P.G. n. 0084706/24 del 17.12.2024 (allegato A) è pervenuto alla SC Gestione acquisti il verbale di valutazione delle n.5 offerte presentate per l'affidamento in oggetto, redatto e sottoscritto congiuntamente dall'ing. Maddalena Branchi - direttore della SC Ingegneria

clinica - e dalla dott.ssa Silvia Galeri - direttore della SC Riabilitazione specialistica dell'ASST;

- dal verbale di valutazione si evince che le apparecchiature di tutte le ditte concorrenti presentano caratteristiche rispondenti ai requisiti di base richiesti ad esclusione della ditta Medimar s.r.l. che invoca la clausola di equivalenza rispetto alla minima profondità di scansione;
- nel suddetto verbale si propone di aggiudicare la fornitura alla ditta HC ITALIA s.r.l., per complessivi € 41.440,00 + IVA 22%, in quanto risulta avere offerto il prodotto tecnicamente e funzionalmente migliore insieme alla ditta Compumed Europe srl, ma ad un prezzo inferiore e con tempi di consegna nettamente inferiori a quest'ultima;

Visto, altresì, il Verbale di aggiudicazione del 24.12.2024 della commissione amministrativa (Allegato B) da cui si evince che il Presidente della commissione amministrativa ha disposto l'aggiudicazione provvisoria della procedura di affidamento diretto in oggetto alla ditta HC ITALIA s.r.l., per complessivi € 41.440,00 + IVA 22%;

Preso atto di quanto sopra, il responsabile unico del progetto (RUP), sulla scorta delle valutazioni ricevute ha disposto l'aggiudicazione - in via provvisoria -, della procedura per l'affidamento diretto per la fornitura n.8 misuratori volume vescicale ad ultrasuoni destinati a varie SC dell'ASST Papa Giovanni XXIII, alla società HC ITALIA s.r.l. di Opera (MI), per un importo complessivo di € 41.440,00 + IVA 22%, come da report SinTel n.3483675 del 24.12.2024;

Atteso che la spesa complessiva presunta di € 50.556,80 IVA 22% compresa, per la fornitura oggetto del presente provvedimento, sarà finanziata sull'autorizzazione n. 751 sub.1 e autorizzazione n. 608 sub.1 del bilancio 2025, così suddivise:

ANNO	SPESA IN €	N° AUTORIZZAZIONE	SUB.
2025	18.958,80	751	1
2025	31.598,00	608	1

Evidenziato che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.36/2023 è il dr. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione Acquisti;

Dato atto che il dr. Maurizio Esposito, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto del Verbale di valutazione delle n.5 offerte pervenute, avente P.G. n.0084706/24 del 17.12.2024 (Allegato A), redatto e sottoscritto congiuntamente dall'ing. Maddalena Branchi - direttore della SC Ingegneria clinica - e dalla dott.ssa Silvia Galeri - direttore della SC Riabilitazione specialistica - dell'ASST Papa Giovanni XXIII, le quali hanno proposto di aggiudicare la fornitura in questione alla ditta HC ITALIA s.r.l., in quanto risulta avere offerto il prodotto tecnicamente e funzionalmente migliore insieme alla ditta Compumed Europe srl, ma ad un prezzo inferiore e con tempi di consegna nettamente inferiori a quest'ultima;
2. di prendere altresì atto del Verbale di aggiudicazione provvisoria della commissione amministrativa del 24.12.2024 (Allegato B) e dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n.3483675 del 24.12.2024, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul Sistema;

3. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura di n.8 misuratori volume vescicale ad ultrasuoni destinati a varie SC dell'ASST Papa Giovanni XXIII, a favore della società HC ITALIA s.r.l. di Opera (MI), per l'importo complessivo di € 41.440,00 + IVA 22%;
4. di dare atto che:
 - la presente aggiudicazione definitiva diventerà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
 - come disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo decreto, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata;
5. di dare atto che la validità del contratto di cui trattasi è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, in corso di esecuzione, per cui eventuali controlli con esito negativo determineranno la risoluzione del relativo contratto;
6. di prendere atto che la spesa complessiva di € 50.556,80 - IVA 22% compresa, sarà finanziata come specificato in premessa;
7. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.lgs. n. 36/2023, il direttore della SC Ingegneria clinica, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
8. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, a seguito dell'adozione del emanando regolamento aziendale ed il relativo impegno di spesa;
9. di dare atto che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;
10. di dare atto altresì che il dr. Maurizio Esposito, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico



**Valutazione offerte pervenute per l'affidamento della fornitura di
N. 8 sistemi di misurazione volume vescicale
destinati a S.C./S.S. varie
dell'ASST Papa Giovanni XXIII**

Offerte pervenute:

1. Ditta ALEF
2. Ditta Compumed Europe
3. Ditta H.C. Italia
4. Ditta Medica
5. Ditta Medimar

La lettera d'invito prevedeva la scelta della miglior offerta a seguito della valutazione dei seguenti criteri posti in ordine decrescente di importanza:

- i. accuratezza e qualità della misura;
- ii. modalità di esportazione dei dati;
- iii. praticità di utilizzo, ergonomia ed ingombro;
- iv. prezzo;
- v. tempi di consegna.

Gli strumenti di tutte le ditte concorrenti presentano caratteristiche rispondenti ai requisiti di base richiesti, esclusa la ditta Medimar che invoca la clausola di equivalenza rispetto alla minima profondità di scansione.

Per quanto concerne la modalità di esportazione dei dati (p.to ii.), le apparecchiature offerte vengono ritenute equivalenti.

Relativamente ai parametri i. e iii., si rileva quanto segue.

ALEF: l'apparecchio è maneggevole, ma a volte si rileva difficoltà di centratura e l'utilizzo è poco immediato. Inoltre il visore è molto piccolo. Si evidenzia come positivo la possibilità di inserire l'RI paziente.

Compumed Europe: lo strumento risulta agevole nella centratura del target e si rileva corrispondenza nei volumi rilevati. E' caratterizzato da una buona facilità d'uso.

HC ITALIA : si valuta molto positivamente la centratura e la corrispondenza dei volumi. La visione a monitor è ritenuta ottimale ed il sistema si dimostra rapido nella produzione del dato.



Medica: si sono riscontrate difficoltà di centratura ed il dato non sempre è stato reso disponibile in modo immediato. Il sistema si è rilevato malagevole da usare per il fatto che va cliccato il tasto sul monitor, mantenendo la sonda in posizione sull'addome del paziente

Medimar : elemento molto negativo è l'impossibilità di disinfettare la sonda; inoltre, centrature e corrispondenza non sempre si sono rilevate attendibili.

Per quanto concerne il prezzo, le offerte sono le seguenti:

DITTA	Marca	Modello	COSTO (+IVA)
ALEF Srls	CUBEScan	BioCon 900	40.640,00 €
Compumed Europe	Caresono	PadScan HD 5	41.600,00 €
HC Italia	Avantsonic	Z5	41.440,00 €
Medica	Mianyang	Palm Bladde Scanner	40.000,00 €
Medimar	Xuzhou Kaixin	BVT01	32.000,00 €

I tempi di consegna dichiarati dalle ditte sono i seguenti

DITTA	TEMPI DI CONSEGNA
ALEF Srls	14 gg data ordine
Compumed Europe	30-90 gg data ordine
HC Italia	10 gg data ordine
Medica	25 gg solari data ordine
Medimar	1 gg data ordine

Per quanto sopra indicato, valutando le positività e negatività delle diverse proposte, si propone l'aggiudicazione alla ditta H.C. Italia che risulta avere il prodotto tecnicamente e funzionalmente migliore insieme alla ditta Compumed, ad un prezzo inferiore al concorrente e con tempi di consegna nettamente inferiori.

Il Direttore SC Riabilitazione specialistica
Dott.sa Silvia Galeri

Il Direttore SC Ingegneria clinica
Ing. Maddalena Branchi

Bergamo, 10 dicembre 2024

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 562642E21ED7B1F517FF0539B1F8EDD984A1162A1E35B5C7C1456762E112916E

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0084706/24
Data Protocollo 17/12/2024

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://archiflow.asst-pg23.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO K8Z8P-19572

PASSWORD GITSD

DATA SCADENZA 21-01-2025

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell'art.19 del D.P.R. 445/2000.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento





VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Oggetto: **Esito procedura di affidamento diretto – ex art.50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31.03.2023 - mediante utilizzo di piattaforma telematica SinTel, per la fornitura di n.8 Misuratori volume vescicale ad ultrasuoni da destinare a varie SC dell'ASST Papa Giovanni XXIII.**
Spesa massima complessiva: Euro 62.800,00 + IVA 22%.

L'anno 2024, addì 24 del mese di **dicembre**, dalle ore 11.15 alle ore 12.05, si riunisce l'apposita Commissione Amministrativa, composta da:

Presidente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dr. Maurizio Esposito – Collaboratore Amm. Prof. SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa Sara Fumagalli – Collaboratore Amm. Prof. SC Gestione Acquisti,

1

per svolgere le operazioni di gara relative all'aggiudicazione della procedura di affidamento diretto in oggetto, pubblicata sulla piattaforma telematica Sintel con ID n.189434160.

Svolge le funzioni di verbalizzante il componente dr. Maurizio Esposito.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

a) in via preliminare, riscontra che:

- il 13.09.2024 è stata pubblicata in Sintel la richiesta di offerta avente P.G. n.0060558/24 e pari data;
- sono state invitate direttamente n.8 ditte con la possibilità, per altre società iscritte a SinTel, di formulare un'offerta per la fornitura di n.8 misuratori volume vescicale ad ultrasuoni per varie SC dell'ASST, con una spesa complessiva a base d'asta di Euro 62.800,00 + IVA 22%, comprensiva degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali e da rischio specifico aziendale;
- la scelta della miglior offerta avverrà a seguito della valutazione dei seguenti criteri posti in ordine decrescente di importanza:
 - Accuratezza e qualità della misura;



- Modalità di esportazione dei dati;
 - Praticità di utilizzo, ergonomia ed ingombro;
 - Prezzo;
 - Tempi di consegna;
- entro il termine del 25.09.2024 ore 18:00, fissato per la presentazione della documentazione richiesta, risultano pervenute le offerte dei seguenti n. 5 operatori economici:

	<i>Operatore economico</i>	<i>N. protocollo informatico ID Sintel di presentazione</i>	<i>Data di presentazione</i>	<i>Offerta economica in Euro – IVA esclusa</i>
1	Medimar srl	1726568646112	Martedì 17 settembre 2024 12.24.06 CEST	32.000,00
2	ALEF SRLS	1726829896577	Venerdì 20 settembre 2024 12.58.16 CEST	40.640,00
3	Medica S.p.A.	1726835621463	Venerdì 20 settembre 2024 14.33.41 CEST	40.000,00
4	HC ITALIA srl	1727188495108	Martedì 24 settembre 2024 16.34.55 CEST	41.440,00
5	COMPUMED EUROPE SRL	1727193534192	Martedì 24 settembre 2024 17.58.54 CEST	41.600,00

2

- la documentazione tecnica ed economica prodotta dai cinque concorrenti, previa verifica, è stata inviata in data 01.10.2024, tramite @mail, al direttore della SC Ingegneria Clinica per le inerenti valutazioni delle offerte previste dagli atti di gara;
- b) prende atto che:
- con @mail del 01.10.2024 il direttore della SC Ingegneria Clinica ha confermato alla SC Gestione Acquisti di voler effettuare le prove/visioni di tutte le apparecchiature offerte dai concorrenti presso il presidio di Mozzo dell'ASST;



- con n.3 distinte Comunicazioni Sintel del 07.10.2024 è stato richiesto ai n.3 concorrenti: HC ITALIA srl, Medimar srl e Compumed Europe srl, di reinviare tramite medesimo canale Sintel, entro il 08.10.2024, i rispettivi DGUE compilati con i dati risultati mancanti e firmati digitalmente;
- con Comunicazioni Sintel aventi ID 190462731, 190463043 e 190467473 e datate 07.10.2024, tutti e 3 i concorrenti Compumed Europe srl, Medimar srl, HC ITALIA srl hanno rispettivamente reinviato i DGUE completi richiesti e firmati digitalmente;
- c) dà atto che con Comunicazione Sintel avente ID 190496320 del 08.10.2024 è stata inviata a ciascuno dei 5 concorrenti ammessi a gara la richiesta di rendere disponibile, entro 10 gg lavorativi, in conto prova/visione, n.1 misuratore volume vescicale ad ultrasuoni nella configurazione offerta, presso i locali della SC Riabilitazione Specialistica di Mozzo (BG) dell'ASST, previo accordo per la consegna;
- d) dà inoltre atto che:
 - il 02.12.2024, tramite Comunicazioni Sintel, è stato richiesto ai 2 concorrenti HC ITALIA srl e Compumed Europe srl di dichiarare se il carrello porta strumenti fosse incluso nell'offerta presentata o nel caso contrario di inviarne quotazione;
 - il concorrente Compumed Europe srl con Comunicazione Sintel ID 193200976 del 02.12.2024 ha inviato documentazione che conferma che il carrello porta strumenti è compreso nel prezzo dell'offerta presentata;
 - il concorrente HC ITALIA srl con Comunicazione Sintel ID 193516103 del 06.12.2024 ha anch'esso inviato documentazione che conferma l'inclusione del carrello porta strumenti nel prezzo della propria offerta.

Tutto ciò premesso,

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA prende atto che:

- con P.G. n.0084706/24 del 17.12.2024 è pervenuto alla SC Gestione Acquisti il verbale di valutazione (allegato) delle n.5 offerte ricevute per l'affidamento in oggetto, redatto e sottoscritto congiuntamente dall'ing. Maddalena Branchi - direttore della SC Ingegneria Clinica - e dalla dott.ssa Silvia Galeri - direttore della SC Riabilitazione Specialistica;
- dal verbale di valutazione si evince che le apparecchiature di tutte le ditte concorrenti presentano caratteristiche rispondenti ai requisiti di base richiesti ad esclusione della ditta Medimar srl che invoca la clausola di equivalenza rispetto alla minima profondità di scansione;
- nel suddetto verbale si propone di aggiudicare la fornitura alla ditta HC ITALIA S.r.l., per complessivi Euro 41.440,00 + IVA 22%, in quanto risulta avere offerto il prodotto



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

tecnicamente e funzionalmente migliore insieme alla ditta Compumed Europe srl, ma ad un prezzo inferiore e con tempi di consegna nettamente inferiori a quest'ultima.

Pertanto,
il Presidente della COMMISSIONE AMMINISTRATIVA,

sulla scorta delle valutazioni ricevute, dispone l'aggiudicazione, in via provvisoria, dell'affidamento diretto in oggetto, alla ditta HC ITALIA S.r.l., per complessivi Euro 41.440,00 + IVA 22%.

L'aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento diretto in oggetto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

Alle ore 12.05 si concludono le operazioni della Commissione di aggiudicazione della gara.

N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione Acquisti, in conformità alle norme vigenti.

La Commissione Amministrativa

- dr. Enrico Gamba
- dr. Maurizio Esposito
- dr.ssa Sara Fumagalli

Enrico Gamba
Maurizio Esposito
Sara Fumagalli

Allegato: Verbale valutazione offerte - P.G. n.0084706/24 del 17.12.2024 - .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 37/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.8 MISURATORI VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI DESTINATI A VARIE SC DELL'ASST. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 41.440,00 - IVA 22% ESCLUSA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 17/01/2025

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☐ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☒ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
751/2025	1	X		18.958,80
608/2025	1	X		31.598,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☒ cespiti (*indicare centro di costo*)
☐ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 17/01/2025

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	751/2025	1	18.958,80
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	608/2025	1	31.598,00

Bergamo, 20/01/2025

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
