



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 736 del 06/11/2024

OGGETTO: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI N. 7 DEFIBRILLATORI PER SALA OPERATORIA PER LA RIANIMAZIONE A TORACE APERTO (COMPLETI DI PIASTRE ESTERNE E PIASTRE PER DEFIBRILLAZIONE INTERNA) DESTINATI A REPARTI VARI. SPESA EURO 72.979,78 IVA AL 5% E AL 22% INCLUSA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- a) con determina n. 246 del 24.04.2024 è stato – tra l’altro - disposto:
- di indire procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari con una spesa complessiva di € 70.000,00 oltre IVA 22%;
 - di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - di approvare la documentazione di gara, consistente nella lettera d’invito, nel capitolato speciale e nei relativi allegati;
 - di invitare i n. 5 operatori economici che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto;
 - di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa dell’offerta;
- b) con determina n. 369 del 05.06.2024 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l’incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto;

Visti:

- il Verbale n. 1 della 1^a seduta riservata tenutasi nelle date del 06.06.2024 e 07.06.2024 (allegato A) dal quale – tra l’altro – si evince che l’apposita Commissione Amministrativa:

- a) operando tramite il sistema telematico, in via preliminare, ha riscontrato che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ore 13.00 del 28.05.2024, fissato nella Lettera di invito – sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva:

	Operatore economico
1	Zoll Medical Italia S.r.l.
2	Viglia S.r.l.
3	Mindray Medical Italy S.r.l.

- b) successivamente ha provveduto all'apertura delle offerte ed - effettuati i dovuti controlli – ha constatato che i concorrenti nei confronti dei quali era stato attivato il soccorso istruttorio avevano tutti prodotto la documentazione richiesta, che è stata esaminata e ritenuta idonea;
- c) ha disposto l'ammissione alle fasi successive di gara di tutti i suindicati soggetti, avendo gli stessi prodotto documentazione completa e conforme a quanto prescritto;
- d) ha effettuato, su piattaforma, lo sblocco e l'apertura delle Offerte Tecniche presentate, constatando la sola presenza dei documenti prescritti;
- e) ha previsto la successiva trasmissione della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti al Presidente della Commissione Tecnica, per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate;
- la e-mail 07.06.2024 PI 38642/24 con cui si informava il Presidente dell'apposita Commissione dell'invio della documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico – dai partecipanti, mediante lo strumento informatico di condivisione One Drive, per le necessarie valutazioni;
- la nota P.I. n. 58736 del 05.09.2024, con cui il Presidente della Commissione Tecnica ha inviato il verbale del 22.08.2024 e relativi allegati, concernenti le attività svolte (Allegato B);
- la nota P.I. n. 60059 del 06.09.2024, con cui il Presidente della Commissione Tecnica ha inviato comunicazione di rettifica di mero errore materiale contenuto nel verbale del 22.08.2024 (Allegato C);
- il Verbale n. 2 della 2^a seduta riservata svoltasi nelle date del 06.09.2024 e del 16.09.2024 (Allegato D), nel corso della quale:
- il Presidente della Commissione Amministrativa:
 - a) ha preso atto delle risultanze della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica, come da comunicazioni note P.I. n. 58736 del 05.09.2024 e n. 60059 del 06.09.2024, e ha dato pubblica lettura dei punteggi attribuiti agli elementi tecnico-qualitativi delle offerte tecniche presentate dai n. 3 Concorrenti, come sotto riportato:

<i>Denominazione</i>	<i>Punti alla qualità max p. 70</i>
Zoll Medical Italia S.r.l.	60,83
Viglia S.r.l.	47,13
Mindray Medical Italy S.r.l.	65,42

- b) ha effettuato il relativo inserimento nel Sistema SinTel;
- c) ha provveduto, quindi, all'apertura della Busta Telematica contenente l'offerta economica dei soggetti ammessi e gli eventuali relativi allegati, rilevando le seguenti condizioni economiche d'offerta:

<i>Denominazione</i>	<i>Importo offerto per la fornitura Iva esclusa</i>
Zoll Medical Italia S.r.l.	€ 69.411,60
Viglia S.r.l.	€ 65.483,00
Mindray Medical Italy S.r.l.	€ 38.175,55

- d) ha determinato il punteggio globale (parte tecnico/qualitativa + parte economica) riportato dai Concorrenti, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 70)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 70.000,00 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 30)	Punteggio totale
1	Mindray Medical Italy S.r.l.	65,42	€ 38.175,55	30,00	95,42
2	Zoll Medical Italia S.r.l.	60,83	€ 69.411,60	16,50	77,33
3	Viglia S.r.l.	47,13	€ 65.483,00	17,49	64,62

- completata l'attribuzione dei punteggi, la Commissione Amministrativa:
- a) ha disposto la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto a favore di Mindray Medical Italy S.r.l., concorrente 1^a classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 95,42/100, per l'importo complessivo di € 38.175,55 oltre IVA 22%;
- b) ha proceduto alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ha rilevato che l'offerta presentata dal primo classificato è "anomala", in quanto entrambi i punteggi assegnati, rispettivamente, alla qualità ed al prezzo sono superiori ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dalla Lettera di invito;
- c) ha preso atto - altresì - che Mindray Medical Italy S.r.l., aggiudicataria provvisoria, non ha prodotto - unitamente all'offerta economica - le giustificazioni a corredo della stessa, di cui all'art. 110, comma 2, del suindicato Decreto e, pertanto, si è reso necessario chiedere la relativa presentazione per iscritto, ai sensi dell'articolo citato;
- d) ha stabilito, perciò, di sottoporre a verifica, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la prima migliore offerta, presentata da Mindray Medical Italy S.r.l., subordinando l'aggiudicazione all'adozione di specifico provvedimento aziendale, al termine delle prescritte valutazioni di congruità;

Richiamato il verbale n. 3 della seduta riservata in data 01.10.2024 (Allegato E) della Commissione appositamente costituita per effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dal quale si evince che:

- tramite il canale "Comunicazioni procedura" attivo su piattaforma SinTel, con pec in data 16.09.2024, il presidente della commissione amministrativa ha chiesto a Mindray Medical Italy S.r.l. di produrre, per iscritto, in conformità all'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le suddette giustificazioni a corredo dell'offerta, entro e non oltre il 19.09.2024;

- l'aggiudicatario ha presentato quanto richiesto, con pec SinTel del 16.09.2024;
- la Commissione appositamente costituita per effettuare la valutazione, ai sensi degli artt. 108, comma 9 e 110, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, della congruità dell'offerta presentata da Mindray Medical Italy S.r.l., sulla base delle giustificazioni a corredo della stessa da ultimo prodotte:
 - a) ne ha analizzato i contenuti, riconducibili agli elementi, di cui al comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) ha ritenuto che gli stessi depongano per un giudizio di serietà dell'offerta e siano idonei ad escluderne l'incongruità;
 - c) ha valutato, pertanto, complessivamente congrua e sostenibile l'offerta economica presentata da Mindray Medical Italy S.r.l., concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari, e ha confermato la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della medesima, subordinando l'aggiudicazione all'adozione di specifico provvedimento aziendale;

Dato atto che:

- sull'operatore Mindray Medical Italy S.r.l. sono stati tempestivamente avviati i controlli di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale e gli stessi hanno dato evidenza della presenza di una causa di esclusione automatica, ex art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, attestata dall'esito informativo datato 21.08.2024 emesso dalla competente agenzia fiscale;
- la ASST in data 02.10.2024 ha, pertanto, inviato all'operatore economico Mindray Medical Italy S.r.l. la comunicazione PG 65059/24 di avvio del procedimento in ordine alla verifica dei requisiti di cui al predetto art. 94 del Codice;
- è successivamente intercorso uno scambio di comunicazioni, agli atti della procedura, tra l'operatore economico e la ASST al fine di chiarire se, nel caso di specie, ricorressero le condizioni dell'art. 94, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e la società avesse tempestivamente adottato le misure ivi previste per non essere esclusa dalla procedura d'appalto;

Evidenziato che:

- le giustificazioni anche documentali prodotte dalla Mindray Medical Italy S.r.l., nelle date del 9.10.2024, 21.10.2024 e 28.10.2024, non sono in grado di superare l'intervenuta soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di ammissione, che devono essere posseduti dal concorrente durante tutte le fasi della procedura di gara, non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto (*ex multis*: Cons. Stato, Ad. pl., 24 aprile 2024, n. 7, Cons. Stato, Ad. pl. 20 luglio 2015, n. 8, Cons. Stato, Ad. pl., 25 febbraio 2014, n. 10, T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 04/06/2024, n. 2096, T.A.R. Lazio Roma Sez. IV ter, 15/05/2024, n. 9614);
- la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2024 ha ribadito i seguenti orientamenti:
 - a) il concorrente ha l'onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell'offerta, l'eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi requisiti;

- b) i certificati rilasciati dalla autorità competenti in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione ed attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti;

Visto l'art. 22 della Lettera di invito che espressamente prevede in caso di esclusione dell'aggiudicatario si procede allo scorrimento della graduatoria;

Dato atto che, con l'esclusione della Mindray Medical Italy S.r.l. per le motivazioni sopra richiamate, la nuova graduatoria è la seguente:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 70)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 70.000,00 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 30)	Punteggio totale
1	Zoll Medical Italia S.r.l.	60,83	€ 69.411,60	16,50	77,33
2	Viglia S.r.l.	47,13	€ 65.483,00	17,49	64,62

Preso atto che sono stati tempestivamente avviati i controlli di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico aggiudicatario Zoll Medical Italia S.r.l., che sono in corso di svolgimento e al cui esito positivo è subordinata la stipula del contratto;

Constatato che il RUP, richiamate le disposizioni del D.L. n. 168/2004, convertito in Legge 3.7.2004 n. 191 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con Circolare del 24.9.2004 prot. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla delibera n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del D.P.C.M. 11.7.2018, ha verificato che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi e che non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11.7.2018;

Precisato che, per l'aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 in oggetto, il costo ammonta a € 69.411,60 IVA 5% esclusa, oltre € 80,00 oltre IVA 22% per oneri per rischio interferenziale, e così complessivamente € 69.491,60 oltre IVA al 5% e al 22% (€ 72.979,78 IVA al 5% e al 22% inclusa), e fa carico al budget della autorizzazione di spesa n. 1589 sub 1 del bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è la dott.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti;

Dato atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è altresì responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare l'operato delle Commissioni Amministrativa e Tecnica, quale risultante dai n. 5 documenti richiamati in premessa (Allegati A, B, C, D, E), che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di escludere dalla procedura di gara, per le motivazioni espresse in premessa Mindray Medical Italy S.r.l., essendo incorsa in una causa di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e non avendo pertanto mantenuto i requisiti

generali di partecipazione senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura di gara;

3. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari, a Zoll Medical Italia S.r.l., di Piacenza, concorrente 1^a classificato nella graduatoria rivista, con il punteggio globale di 77,33/100, per l'importo complessivo di € 69.411,60 oltre IVA 5%;
4. di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione, nonché la stipula del contratto, è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico aggiudicatario;
5. di prendere atto che:
 - nel caso di specie, a norma dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto;
 - si provvederà, pertanto, alla stipula del contratto con la sopracitata società, in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;
6. di dare atto che il costo connesso all'affidamento ammonta a € 69.411,60 IVA 5% esclusa, oltre € 80,00 oltre IVA 22% per oneri per rischio interferenziale, e così complessivamente € 69.491,60 oltre IVA al 5% e al 22% (€ 72.979,78 IVA al 5% e al 22% inclusa), e fa carico al budget della autorizzazione di spesa n. 1589 sub 1 del bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ing. Mattia Begnis, collaboratore tecnico professionale della SC Ingegneria Clinica, nei confronti del quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse, o suo delegato;
8. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale che sarà adottato e del relativo impegno di spesa;
9. di dato atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



**VERBALE N. 1
DI AMMISSIONE A GARA**

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

CIG: B16E13DD65

L'anno 2024, addì 6 del mese di **giugno**, presso la SC Gestione Acquisti, dalle ore 10.15 alle ore 11.00, si riunisce - in 1^ seduta riservata - l'apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr.ssa Daniela Algeri - Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione acquisti;

Componente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente rag. Patrizia Scola, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

per l'apertura della Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa prodotta dai sottoelencati Concorrenti e l'esame della stessa:

	Operatore economico
1	Zoll Medical Italia S.r.l.
2	Viglia S.r.l.
3	Mindray Medical Italy

Svolge le funzioni di verbalizzante il Presidente: dr.ssa Daniela Algeri.

Preliminarmente si dà atto che con determina n. 369 del 05.06.2024 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l'incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto.

1



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



Premesso quanto sopra, richiamata:

- la determina n. 246 del 24.04.2024 con cui è stato – tra l'altro - disposto:

- a) di indire procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari;
- b) di provvedere alla relativa aggiudicazione con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) di approvare la documentazione di gara, consistente nella lettera d'invito, nel capitolato speciale e nei relativi allegati;
- d) di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte;

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

operando mediante il sistema telematico, in via preliminare, riscontra che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 28.05.2024 - risulta pervenuta l'offerta di n. 3 Concorrenti riportati sul frontespizio del presente verbale, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva.

Successivamente, provvede all'apertura delle offerte presentate e, come si evince dall'unito prospetto riepilogativo, parte integrante del presente verbale:

- a) verifica che le stesse sono composte da Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa, Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica e Busta Telematica contenente l'Offerta Economica (d'altro canto, l'esito positivo di tale controllo è già implicito nella rilevazione della presenza su Sintel dell'offerta medesima, in quanto eventuali offerte intempestive ed incomplete ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie non sono accettate dal Sistema);
- b) accede all'area contenente la Documentazione Amministrativa delle offerte presentate, dando atto che le Offerte Tecniche e le Offerte Economiche resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né da parte dell'Azienda, né di terzi;
- c) effettua il riscontro della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti per i concorrenti Zoll Medical Italia S.r.l. e Viglia S.r.l.;
- d) procede all'analisi degli atti costituenti la Documentazione Amministrativa dai predetti n. 2 Concorrenti.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Alle ore 11.00 la seduta viene sospesa e aggiornata al giorno 07.06.2024 alle ore 12.00, come previsto dall'art. 19 della Lettera di invito, per procedere con l'apertura della busta amministrativa dell'ultimo concorrente Mindray Medical Italy.

Successivamente, l'anno **2024**, addì 7 del mese di **giugno**, presso la SC Gestione Acquisti, dalle ore 12.00 alle ore 13.05.00, si riunisce la Commissione amministrativa in premessa per la prosecuzione della 1^ seduta riservata. La Commissione:

- a) accede all'area contenente la Documentazione Amministrativa del concorrente Mindray Medical Italy;
- b) effettua il riscontro della presenza dei documenti richiesti;
- c) procede all'analisi degli atti costituenti la Documentazione Amministrativa del predetto Concorrente.

Viste le risultanze dell'analisi della documentazione amministrativa dei n.3 concorrenti, effettuata nelle date del 6 e 7 giugno 2024

La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- a) dichiara ammessi alle fasi successive della procedura i seguenti soggetti, avendo prodotto documentazione amministrativa completa e conforme a quanto richiesto:

<i>n.</i>	<i>denominazione</i>	<i>giudizio di ammissione</i>
1	Zoll Medical Italia S.r.l.	ammesso
2	Viglia S.r.l.	ammesso
3	Mindray Medical Italy	ammesso

- b) effettua - infine - su piattaforma, lo sblocco e l'apertura delle Offerte Tecniche presentate, accertando la sola presenza dei documenti prescritti.

A seguito di tali riscontri,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

➤ dà atto che:

1. i succitati Concorrenti sono definitivamente ammessi a gara;
2. la documentazione tecnica prodotta dai medesimi, scaricata - tramite P.C. - dalle apposite Buste Telematiche, sarà trasmessa al Presidente della Commissione Tecnica e ai suoi membri



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nella Lettera di invito;

- rammenta, infine, che le Offerte Economiche resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il contenuto delle stesse non sarà visibile, né da parte dell'Azienda, né di terzi sino alla 2^a seduta riservata, che si terrà non appena saranno terminate le prescritte valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

Alle ore 13.05 la seduta è tolta.

Fa parte integrante del presente verbale il prospetto riepilogativo di ammissione a gara.

N.B. *Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.*

La Commissione Amministrativa

- dr.ssa Daniela Algeri
- dr. Enrico Gamba
- rag. Patrizia Scola

Daniela Algeri
Enrico Gamba
Patrizia Scola

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

REQUISITI PER AMMISSIONE	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	VIGLIA SRL	MINDRAY MEDICAL ITALY
A GARA:			
➤ Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 28.05.2024	24 maggio 2024 14.56.53 CEST (Protocollo informatico n. 1716555413544)	27 maggio 2024 10.39.07 CEST (Protocollo informatico n. 1716799147267)	28 maggio 2024 10.37.13 CEST (Protocollo informatico n. (1716885433229))
BUSTA TELEMATICA A): Documentazione Amministrativa	SÌ	SÌ	SÌ
BUSTA TELEMATICA B): Documentazione Tecnica	SÌ	SÌ	SÌ
BUSTA TELEMATICA C): Offerta Economica	SÌ	SÌ	SÌ
BUSTA TELEMATICA A): Documentazione Amministrativa			
a) scheda delle informazioni di partecipazione (corredata delle dichiarazioni integrative) ed eventuale procura	SÌ	SÌ	SÌ
b) DGUE (corredato della documentazione integrativa, in caso di avvalimento);	SÌ	SÌ	SÌ
c) Documentazione soggetti associati	SÌ	SÌ	SÌ
d) Documentazione in caso di avvalimento/non avvalimento	SÌ	SÌ	SÌ
e) dichiarazione referente per adempimenti clausola T&T	SÌ	SÌ	SÌ

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

REQUISITI PER AMMISSIONE	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	VIGLIA SRL	MINDRAY MEDICAL ITALY
A GARA:			
f) Lettera di invito e Capitolato Speciale sottoscritti	SÌ	SÌ	SÌ
g) eventuale elenco della documentazione amministrativa presentata	SÌ	SÌ	SÌ
GIUDIZIO DI AMMISSIONE	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
BUSTA TELEMATICA B):			
Documentazione Tecnica			
a) relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti minimi, che deve riprodurre gli stessi capitoli e paragrafi del questionario tecnico di cui al punto successivo completa di schede tecniche, tabelle, depliant, disegni, ecc. a specifica dei contenuti del progetto tecnico. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con un numero	SÌ	SÌ	SÌ

h

Se

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	VIGLIA SRL	MINDRAY MEDICAL ITALY
identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole;			
b) questionario tecnico (Allegato 2_D - "Scheda offerta tecnica" alla presente Lettera di invito) compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato editabile	SÌ	SÌ	SÌ
c) certificati di conformità alla normativa vigente (direttiva 93/42/CE e s.m.i o Nuovo regolamento 2017/745 "Nuovo regolamento dei dispositivi medici"), emessi dall'organismo notificato e in corso di validità	SÌ	SÌ	SÌ
d) codici, descrizione e listino del materiale di consumo, specificando quale materiale è dedicato/esclusivo	SÌ	SÌ	SÌ
e) manuale d'uso utente in italiano	SÌ	SÌ	SÌ
f) manuale d'uso piastre esterne (se non contenuto nel manuale d'uso			

h

LD

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

REQUISITI PER AMMISSIONE	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	VIGLIA SRL	MINDRAY MEDICAL ITALY
A GARA: (generale)			
g) piano di manutenzione dettagliato sia in garanzia che post, completo di check list che viene utilizzata durante le visite manutentive	SÌ	SÌ	SÌ
h) calendario delle visite di manutenzione preventiva da effettuarsi durante il periodo di garanzia (la manutenzione dovrà essere svolta entro il periodo di garanzia	SÌ	SÌ	SÌ
i) programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori (almeno 3 giornate e la disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della stessa nel caso si ritenesse necessario);	SÌ	SÌ	SÌ
j) schede di sanificazione del dispositivo e degli accessori pluriuso	SÌ	SÌ	SÌ

h

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	VIGLIA SRL	MINDRAY MEDICAL ITALY
k) dichiarazione di impegno alla fornitura di parti di ricambio e di prestazioni da parte di tecnico specializzato anche richiesto da Ditta terza individuata dall'ASST per l'assistenza tecnica	SÌ	SÌ	SÌ
l) dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione del bene (ovvero dalla conclusione con esito favorevole del collaudo)	SÌ	SÌ	SÌ
m) Modulo Mod02PG1MQ7 debitamente compilato	SÌ	SÌ	SÌ
n) offerta economica senza prezzi	SÌ	SÌ	SÌ
o) dichiarazione d'impegno a consegnare, in caso di aggiudicazione, senza alcun onere di spesa aggiuntivo per la ASST: 1. licenze d'uso dell'eventuale software fornito per tutto il periodo di vita e/o utilizzo del bene; 2. manuale del service, ove possibile;	SÌ	SÌ	SÌ

h

dr

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

REQUISITI PER AMMISSIONE	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	VIGLIA SRL	MINDRAY MEDICAL ITALY
<p>A GARA:</p>			
<p>p) specifica dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, concernente l'assunzione dell'impegno a fornire la GARANZIA full risk, nulla escluso (uso improprio, eventi straordinari o accidentali, ecc.), sia per l'apparecchiatura che per gli accessori forniti, per un periodo di almeno n.12 mesi solari, che decorrono dal giorno successivo al collaudo positivo dell'apparecchiatura, compresa di eventuali aggiornamenti tecnologici;</p>	SÌ	SÌ	SÌ
<p>q) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento</p>	NO	NO	NO
<p>r) dichiarazione firmata contenente - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente</p>	NO	Si, non ci sono parti riservate	Si, non ci sono parti riservate

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

REQUISITI PER AMMISSIONE	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	VIGLIA SRL	MINDRAY MEDICAL ITALY
A GARA: oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali			
GIUDIZIO GLOBALE DI AMMISSIONE	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA

Bergamo, 07.06.2024

La Commissione Amministrativa:

Rag. Patrizia Scola



Dr. Enrico Gamba



Dr.ssa Daniela Algeri





Bergamo, 05/09/2024

Alla C.A.

Direzione Medica di Presidio
(Dr.ssa Valeria Cannistraro)

Ufficio Gestione Acquisti
(Dr. Enrico Gamba)

Ingegneria Clinica
(Dr.ssa Maddalena Branchi)

Oggetto: verbale delle operazioni svolte dalla Commissione Tecnica

Gent.mi,

trasmetto il verbale relativo alla seduta tenutasi nelle giornate del 05 luglio, 20-21-22 agosto relativo alla procedura negoziata ex art. 50 riguardante la fornitura di n. 7 defibrillatori per la sala operatoria.

Cordialità.



VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE TECNICA

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

L'anno 2024, nelle giornate del **05 luglio, 20 agosto, 21 agosto e 22 agosto**, presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica, nominata con determina n. 369 del 05.06.2024, composta da:

Presidente dott. Alberto Benigni, Dirigente Medico responsabile SS Gestione blocchi operatori;

Componente ing. Maddalena Branchi, Direttore della SC Ingegneria clinica;

Componente dott.ssa Valeria Cannistraro – Dirigente Medico della SC Direzione medica,

per effettuare la valutazione della documentazione tecnica prodotta dai Concorrenti di seguito indicati, che hanno presentato offerta, in conformità ai punti 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica” della Lettera di invito, nei termini seguenti:

1

- esame e valutazione della documentazione stessa;
- assegnazione all’elemento/parametro dei coefficienti $V(a)_i$ determinati secondo i criteri riportati nella tabella esposta al punto 17.2 della medesima Lettera di invito;
- compilazione:
 - a) di un prospetto riepilogativo dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario per ciascun elemento/parametro valutato, con il corrispondente punteggio conseguito;
 - b) un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dai Concorrenti per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

In particolare, nella seduta del 05 luglio 2024, il Presidente della Commissione Tecnica (Commissione Giudicatrice) ha dato atto che risultava trasmessa (in formato elettronico, mediante l’utilizzo del sistema di condivisione OneDrive) da parte della Commissione Amministrativa (Seggio di Gara), la documentazione tecnica presentata dai seguenti soggetti:

<i>n.</i>	<i>denominazione</i>
1	ZOLL Medical Italia S.r.l.
2	Viglia S.r.l.
3	Mindray Medical Italy S.r.l.

Sulla scorta della richiamata Lettera di invito, la Commissione Tecnica ha, quindi, proceduto:

- a) all'apertura dei files, relativi alla documentazione tecnica presentata (tramite piattaforma Sintel) dai suindicati Concorrenti;
- b) alla quantificazione dell'attività da svolgere.

La Commissione tecnica ha svolto le attività di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute con il seguente calendario:

- 05 luglio 2024: apertura e avvio della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione presentata dai concorrenti e della documentazione di gara; esame dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti
- 20 e 21 agosto 2024: effettuazione della prova visione e relativa valutazione per tutti i concorrenti;
- 22 agosto 2024: conclusione dell'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione e calcolo del punteggio finale a partire dai punteggi attribuiti dai singoli commissari nel documento riassuntivo e chiusura dei lavori.

2

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice ha deciso "all'unanimità" di avvalersi di un foglio di calcolo Excel, che consente – a fronte delle valutazioni espresse - l'attribuzione automatica dei punteggi, in base ai criteri riportati nella Lettera di invito.

Nella seduta del 22/08/2024 la Commissione Tecnica ha concluso l'esame e la valutazione della documentazione prodotta dai Concorrenti, esprimendo i giudizi, con l'attribuzione dei rispettivi punteggi.

Di seguito si riportano i giudizi espressi dalla Commissione Tecnica:

PARAMETRO A – Caratteristiche defibrillatore

Criterio di Valutazione A.1 - max 5 punti

Verranno valutati gli ulteriori parametri monitorabili con i defibrillatori offerti, inclusi nell'offerta economica comprensivi dei relativi cavi (oltre quelli richiesti come minimi in capitolato)

ZOLL Medical Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano come ottimo la possibilità di monitorare parametri ulteriori oltre i minimi richiesti da capitolato.

VIGLIA S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano come ottimo la possibilità di monitorare parametri ulteriori oltre i minimi richiesti da capitolato.

MINDRAY Medical Italy S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano come ottimo la possibilità di monitorare parametri ulteriori oltre i minimi richiesti da capitolato.

Criterio di Valutazione A.2- max 5 punti

Destinazione d'uso dello strumento offerto: indicare i range di applicabilità dei defibrillatori negli ambiti pediatrico e neonatale (età, peso, etc.).

ZOLL Medical Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che quanto presentato dal concorrente garantisce ottime performance in termini di tipologia di pazienti trattabili, non presentando limitazioni d'uso.

VIGLIA S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che quanto presentato dal concorrente garantisce ottime performance in termini di tipologia di pazienti trattabili, non presentando limitazioni d'uso.

MINDRAY Medical Italy S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che quanto presentato dal concorrente garantisce ottime performance in termini di tipologia di pazienti trattabili, non presentando limitazioni d'uso.

PARAMETRO B – Piastre per defibrillazione interna

Criterio di Valutazione B.1 - max 10 punti

Piastre interne per defibrillazione neonatale: indicare le dimensioni. Il punteggio più alto verrà attribuito alle piastre di dimensioni minori e alle altre in maniera linearmente decrescente.



ZOLL Medical Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che le dimensioni delle piastre per defibrillazione neonatale interna hanno le dimensioni minime disponibili.

VIGLIA S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che le dimensioni delle piastre per defibrillazione neonatale interna hanno dimensioni maggiori del 22% rispetto alle minime disponibili.

MINDRAY Medical Italy S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che le dimensioni delle piastre per defibrillazione neonatale interna hanno le dimensioni minime disponibili.

Critério di Valutazione B.2 - max 10 punti

Piastre interne pediatriche e adulti: indicare le dimensioni delle piastre offerte ed eventuali ulteriori dimensioni disponibili. Verranno valutate le soluzioni proposte.

4

ZOLL Medical Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che il range di piastre non definite 'neonatali' disponibile è ampio e ampiamente soddisfacente i fabbisogni clinici espressi in capitolato.

VIGLIA S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che tra le piastre non definite 'neonatali' vi sono due dimensioni disponibili: quelle per adulti sono caratterizzate dalle dimensioni maggiori disponibili, mentre le restanti hanno una dimensione simile alle precedenti, maggiore rispetto a quella in uso in azienda per le defibrillazioni pediatriche. Per queste ragioni quanto offerto viene valutato come più che sufficiente.

MINDRAY Medical Italy S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che tra le piastre non definite 'neonatali' vi sono due dimensioni disponibili, confrontabili con quelle in uso in azienda, pertanto Viene attribuita una valutazione distinta a quanto offerto.



Criterio di Valutazione B.3 - max 10 punti

Presenza del pulsante di attivazione della scarica sulle piastre. (SI – p.ti 10; NO – p.ti 0)

ZOLL Medical Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che è presente il tasto di scarica sulle piastre per defibrillazione interna offerte.

VIGLIA S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che non è presente il tasto di scarica sulle piastre per defibrillazione interna offerte.

MINDRAY Medical Italy S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che è presente il tasto di scarica sulle piastre per defibrillazione interna offerte.

Criterio di Valutazione B.4 - max 5 punti

Modalità di sterilizzazione delle piastre interne: indicare sia il processo di sterilizzazione previsto dal produttore sia il numero massimo di cicli previsto per ciascun modello di piastra.

ZOLL Medical Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che le piastre interne presentate hanno un numero di cicli di sterilizzazione a vapore (processo utilizzato in Azienda) sopportabile pari a 100.

VIGLIA S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che le piastre interne presentate hanno un numero di cicli di sterilizzazione a vapore (processo utilizzato in Azienda) sopportabile pari a 50.

MINDRAY Medical Italy S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che le piastre interne presentate hanno un numero di cicli di sterilizzazione a vapore (processo utilizzato in Azienda) sopportabile pari a 50.

Critério di Valutazione B.5 - max 5 punti

Indicare le modalità di verifica e controllo previste per le piastre interne (controlli prescritti dal produttore in ogni fase di utilizzo delle piastre: pre uso, post sterilizzazione, periodici, etc).

ZOLL Medical Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che sulle piastre interne offerte da Zoll è previsto un controllo trimestrale da effettuarsi a carico di tecnico specializzato, con conseguente fermo dell'attività per le parti oggetto di verifica.

VIGLIA S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che sulle piastre interne offerte da Viglia non è previsto alcun controllo da effettuarsi a carico di tecnico specializzato, ma solo normali controlli di integrità e ciò viene valutato come ottimale.

MINDRAY Medical Italy S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che sulle piastre interne offerte da Mindray è previsto un controllo trimestrale da effettuarsi a carico di tecnico specializzato, con conseguente fermo dell'attività per le parti oggetto di verifica.

PARAMETRO C – Prova pratica***Critério di Valutazione C.1 - max 15 punti***

Adeguatezza e praticità di utilizzo dei defibrillatori e relative piastre interne (tutte le dimensioni offerte). I punti verranno assegnati in base alla prova sul campo effettuata al fine di valutare il parametro indicato.

ZOLL Medical Italia S.r.l.

Dalla prova pratica effettuata dalla Commissione con simulatori paziente è emerso che l'apparecchio proposto soddisfa le esigenze cliniche espresse nel CSA, pur prevedendo una complessa sequenza di attività da effettuare da parte degli operatori per l'impostazione di alcune funzioni, quali la scelta

dell'energia di erogazione in modalità manuale e l'identificazione dei parametri da visualizzare a schermo.

VIGLIA S.r.l.

Dalla prova pratica effettuata dalla Commissione con simulatori paziente è emerso che l'apparecchio proposto soddisfa le esigenze cliniche espresse nel CSA, pur risultando di dimensioni ridotte lo schermo destinato alla gestione dell'intero processo di defibrillazione e monitoraggio, nonché laborioso il test di check del sistema svolto a carico dell'operatore.

MINDRAY Medical Italy S.r.l.

Dalla prova pratica effettuata dalla Commissione con simulatori paziente è emerso che l'apparecchio proposto soddisfa le esigenze cliniche espresse nel CSA. Si evidenziano come particolarmente apprezzabile la visualizzazione dei parametri di monitoraggio paziente e l'intuitività dell'interfaccia. Su questo parametro di esprime una valutazione ottima

PARAMETRO D – Tempi di fornitura

Critero di Valutazione D.1 - max 5 punti

Tempi di fornitura dei defibrillatori e delle piastre interne: le tempistiche dichiarate e valutate saranno oggetto di verifica in sede di collaudo. Qualora non venissero rispettati i tempi dichiarati, il contratto potrà essere risolto. Il punteggio più alto verrà attribuito alle tempistiche di consegna minori e alle altre in maniera linearmente decrescente.

7

ZOLL Medical Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che il concorrente ha previsto un tempo di consegna di 60 giorni.

VIGLIA S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che il concorrente ha previsto un tempo di consegna di 30 giorni.

MINDRAY Medical Italy S.r.l.

Dall'esame della documentazione proposta i Commissari (come è dato riscontrare dall'allegato prospetto riepilogativo dei coefficienti da ciascuno attribuiti) rilevano che il concorrente ha previsto un tempo di consegna di 30 giorni.



Da ultimo, nella giornata del 22/08/2024, la Commissione Tecnica ha concluso l'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione e ha proceduto a riassumere le risultanze della valutazione tecnico-qualitativa concernente le offerte pervenute nel Documento riepilogativo finale (formato.xls), Allegato 1 al presente Verbale, del quale forma parte integrante e sostanziale, comprensivo di:

- un prospetto riepilogativo dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ciascun parametro valutato, con il corrispondente punteggio conseguito per l'offerta presentata dai n. 3 Concorrenti ZOLL Medical Italia S.r.l., Mindray Medical Italy S.r.l. e Viglia S.r.l.;
- un prospetto riepilogativo e conclusivo, contenente il punteggio realizzato dai Concorrenti che hanno presentato offerta per ogni parametro preso in considerazione e il punteggio globale conseguito (sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi valutati).

La Commissione dà atto che i concorrenti ZOLL Medical Italia S.r.l., Mindray Medical Italy S.r.l. e Viglia S.r.l. hanno presentato una offerta idonea avendo conseguito un punteggio tecnico complessivo come di seguito:


<i>Denominazione</i>	<i>Punteggio tecnico</i>
ZOLL Medical Italia S.r.l.	60,83
Viglia S.r.l.	65,42
Mindray Medical Italy S.r.l.	47,13

Al termine della seduta la Commissione Giudicatrice, dichiara la chiusura dei propri lavori e dispone l'invio del presente verbale alla Commissione Amministrativa (Seggio di gara), per gli atti conseguenti.

Bergamo, 22/08/2024

La Commissione Tecnica

Presidente dott. Alberto Benigni
Componente dott.sa Valeria Cannistraro
Componente ing. Maddalena Branchi



Allegati: Documento riepilogativo finale.

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari

PARAMETRO A – Caratteristiche defibrillatore

A.1 Verranno valutati gli ulteriori parametri monitorabili con i defibrillatori offerti, inclusi nell'offerta economica comprensivi dei relativi cavi (oltre quelli richiesti come minimi in capitolato)

PUNTI 5

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
ZOLL	1	1	1	3,00	1,00	5,00
MINDRAY	1	1	1	3,00	1,00	5,00
VIGLIA	1	1	1	3,00	1,00	5,00

A.2 Destinazione d'uso dello strumento offerto: indicare i range di applicabilità dei defibrillatori negli ambiti pediatrico e neonatale (età, peso, etc.).

PUNTI 5

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
ZOLL	1	1	1	3,00	1,00	5,00
MINDRAY	1	1	1	3,00	1,00	5,00
VIGLIA	1	1	1	3,00	1,00	5,00

PARAMETRO B – Piastre per defibrillazione interna

B.1 Piastre interne per defibrillazione neonatale: indicare le dimensioni. Il punteggio più alto verrà attribuito alle piastre di dimensioni minori e alle altre in maniera linearmente decrescente.

PUNTI 10

OFFERTA	DIMENSIONE PIASTRE	PUNTEGGIO CONSEGUITO
ZOLL	4,9	10,00
MINDRAY	4,9	10,00
VIGLIA	6,15	7,97

B.2 Piastre interne pediatriche e adulti: indicare le dimensioni delle piastre offerte ed eventuali ulteriori dimensioni disponibili. Verranno valutate le soluzioni proposte.

PUNTI 10

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
ZOLL	1	1	1	3,00	1,00	10,00
MINDRAY	0,75	1	0,75	2,50	0,83	8,33
VIGLIA	0,5	1	0,5	2,00	0,67	6,67

B.3 Presenza del pulsante di attivazione della scarica sulle piastre. (SI – p.ti 10; NO – p.ti 0)

PUNTI 10

OFFERTA	REQUISITO PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO
ZOLL	SI	10,00
MINDRAY	SI	10,00
VIGLIA	NO	-00

B.4 Modalità di sterilizzazione delle piastre interne: indicare sia il processo di sterilizzazione previsto dal produttore sia il numero massimo di cicli previsto per ciascun modello di piastra.

PUNTI 5

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
ZOLL	1	1	1	3,00	1,00	5,00
MINDRAY	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	3,75
VIGLIA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	3,75

B.5 Indicare le modalità di verifica e controllo previste per le piastre interne (controlli prescritti dal produttore in ogni fase di utilizzo delle piastre: pre uso, post sterilizzazione, periodici, etc).

PUNTI 5

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
ZOLL	0,75	0,75	0,5	2,00	0,67	3,33

MINDRAY	0,75	0,75	0,5	2,00	0,67	3,33
VIGLIA	1	1	1	3,00	1,00	5,00

PARAMETRO C – Prova pratica

C.1 Adeguatezza e praticità di utilizzo dei defibrillatori e relative piastre interne (tutte le dimensioni offerte). I punti verranno assegnati in base alla prova sul campo effettuata al fine di valutare il parametro indicato

PUNTI 15

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
ZOLL	0,5	0,75	0,75	2,00	0,67	10,00
MINDRAY	1	1	1	3,00	1,00	15,00
VIGLIA	0,5	0,5	0,75	1,75	0,58	8,75

PARAMETRO D – Tempi di fornitura

Tempi di fornitura dei defibrillatori e delle piastre interne: le tempistiche dichiarate e valutate saranno oggetto di verifica in sede di collaudo. Qualora non venissero rispettati i tempi dichiarati, il contratto potrà essere risolto. Il punteggio più alto verrà attribuito alle tempistiche di consegna minori e alle altre in maniera linearmente decrescente.

PUNTI 5

OFFERTA	tempo di consegna (gg)	PUNTEGGIO CONSEGUITO
ZOLL	60	2,50
MINDRAY	30	5,00
VIGLIA	30	5,00

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

ZOLL Medical Italia S.r.l.	
PARAMETRO A.1	5,00
PARAMETRO A.2	5,00
PARAMETRO B.1	10,00
PARAMETRO B.2	10,00
PARAMETRO B.3	10,00
PARAMETRO B.4	5,00
PARAMETRO B.5	3,33
PARAMETRO C.1	10,00
PARAMETRO D.1	2,50
PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (somatoria punteggi ottenuti parametri da A.1 a D.1)	60,83

MINDRAY Medical Italy S.r.l.	
PARAMETRO A.1	5,00
PARAMETRO A.2	5,00
PARAMETRO B.1	10,00
PARAMETRO B.2	8,33
PARAMETRO B.3	10,00
PARAMETRO B.4	3,75
PARAMETRO B.5	3,33
PARAMETRO C.1	15,00
PARAMETRO D.1	5,00
PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (somatoria punteggi ottenuti parametri da A.1 a D.1)	65,42

VIGLIA S.r.l.	
PARAMETRO A.1	5,00
PARAMETRO A.2	5,00
PARAMETRO B.1	7,97
PARAMETRO B.2	6,67
PARAMETRO B.3	0,00
PARAMETRO B.4	3,75
PARAMETRO B.5	5,00
PARAMETRO C.1	8,75
PARAMETRO D.1	5,00
PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (somatoria punteggi ottenuti parametri da A.1 a D.1)	47,13



Bergamo, 06/09/2024

Prot. 60059/24

Gent. ssimo
Direttore SC Gestione Acquisti
Dott. E. Gamba

SEDE

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari. Rettifica di mero errore materiale contenuto nel verbale della Commissione Tecnica del 22.08.2024 nota PI n. 58736 del 05.09.2024

La Commissione tecnica dà atto che nel verbale in data 22.08.2024, trasmesso con nota PI n. 58736 del 05.09.2024, per mero errore materiale di trascrizione, nella tabella a pagina 8 riepilogativa del punteggio tecnico complessivo assegnato ai tre concorrenti in gara, sono stati invertiti - rispetto a quanto risulta dal "Documento riepilogativo finale" allegato al predetto verbale, che riassume le risultanze delle valutazioni tecnico qualitative espresse dalla Commissione - i punteggi tra le ditte Viglia S.r.l. e Mindray Medical Italy S.r.l..

La Commissione conferma che i punteggi tecnici complessivi attribuiti ai singoli concorrenti sono quelli risultanti dal predetto "Documento riepilogativo finale" allegato al verbale della commissione del 22.08.2024 nota PI 58736 del 05.09.2024, pertanto la tabella di cui a pagina n. 8 del predetto verbale è annullata e sostituita dalla seguente:

<i>Denominazione</i>	<i>Punteggio tecnico</i>
ZOLL Medical Italia S.r.l.	60,83
Viglia S.r.l.	47,13
Mindray Medical Italy S.r.l.	65,42

La presente comunicazione fa parte integrante del verbale della Commissione tecnica del 22.08.2024 nota PI 58736 del 5.9.2024.

In fede, la Commissione tecnica.

Presidente
Componente
Componentedott. Alberto Benigni
ing. Maddalena Branchi
dott.ssa Valeria Cannistraro



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



VERBALE N.2

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA (SEGGIO DI GARA)

2^ SEDUTA RISERVATA

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.

CIG: B16E13DD65

L'anno 2024, addì 6 del mese di **settembre**, presso la SC Gestione Acquisti, alle ore 11.15, si riunisce - in 2^ seduta riservata - l'apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr.ssa Daniela Algeri - Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione acquisti;

Componente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente rag. Patrizia Scola, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti;

per provvedere all'espletamento delle seguenti operazioni contemplate dalla Lettera di invito:

- a) presa d'atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica agli elementi tecnico-qualitativi;
- b) apertura delle Buste Telematiche C contenenti l'Offerta Economica dei Concorrenti ammessi e gli eventuali relativi allegati;
- c) rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed assegnazione del rispettivo punteggio, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara (C.S.A. e Lettera di invito);
- d) sommatoria, per i Concorrenti, dei punteggi assegnati all'aspetto economico ed agli aspetti tecnico/qualitativi;

1



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

- e) formulazione della graduatoria finale provvisoria.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Presidente: dr.ssa Daniela Algeri.

Premesso che:

- come si evince dal Verbale n. 1 della 1^ seduta riservata in data 06.06.2024 e 07.06.2024, il Presidente della Commissione Amministrativa:

➤ ha disposto:

1. che i Concorrenti definitivamente ammessi a gara sono i seguenti:

	Operatore economico
1	Zoll Medical Italia S.r.l.
2	Viglia S.r.l.
3	Mindray Medical Italy

2. che la documentazione tecnica prodotta dai medesimi, scaricata - tramite P.C. - dalle apposite Buste Telematiche, sarebbe stata trasmessa al Presidente della apposita Commissione Tecnica per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nella Lettera di invito;

➤ ha rammentato, infine, che le Offerte Economiche sarebbero rimaste chiuse/bloccate da SinTel e, quindi, il contenuto delle medesime non sarebbe stato visibile, né da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, né di terzi, sino alla 2^ seduta riservata, che si sarebbe tenuta non appena terminate le valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

- con @mail del 07.06.2024 PI 38642/24, la Commissione Amministrativa ha comunicato al Presidente della Commissione che la documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico - dai suddetti partecipanti sarebbe stata trasmessa mediante il sistema di condivisione OneDrive, per le necessarie valutazioni;

- mediante nota P.I. 58736 del 05.09.2024, il Presidente della Commissione Tecnica ha inviato il verbale del 22.08.2024 e relativi allegati, concernenti le attività svolte;

tanto premesso

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

2

Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

dà inizio alle operazioni contemplate nella Lettera di invito e descritte sul frontespizio del presente verbale; più precisamente:

- prende atto delle risultanze delle valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica e successivamente dà pubblica lettura del punteggio attribuito agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dai Concorrenti;
- procede all'inserimento del punteggio tecnico conseguito dal concorrente Zoll Medical Italia S.r.l.;
- a questo punto rileva che – per i punteggi assegnati dalla Commissione tecnica ai concorrenti Viglia S.r.l. e Mindray Medical Italy S.r.l. - risulta una incongruenza tra il dato numerico contenuto nel "Documento riepilogativo finale" allegato al predetto verbale del 22.08.2024, e quello indicato nella tabella a pagina 8 del predetto verbale, come evincibile da quanto di seguito riportato.

Tabella del Documento riepilogativo finale

ZOLL Medical Italia S.r.l.		MINDRAY Medical Italy S.r.l.		VIGLIA S.r.l.	
PARAMETRO A.1	5,00	PARAMETRO A.1	5,00	PARAMETRO A.1	5,00
PARAMETRO A.2	5,00	PARAMETRO A.2	5,00	PARAMETRO A.2	5,00
PARAMETRO B.1	10,00	PARAMETRO B.1	10,00	PARAMETRO B.1	7,97
PARAMETRO B.2	10,00	PARAMETRO B.2	8,33	PARAMETRO B.2	6,67
PARAMETRO B.3	10,00	PARAMETRO B.3	10,00	PARAMETRO B.3	0,00
PARAMETRO B.4	5,00	PARAMETRO B.4	3,75	PARAMETRO B.4	3,75
PARAMETRO B.5	3,33	PARAMETRO B.5	3,33	PARAMETRO B.5	5,00
PARAMETRO C.1	10,00	PARAMETRO C.1	15,00	PARAMETRO C.1	8,75
PARAMETRO D.1	2,50	PARAMETRO D.1	5,00	PARAMETRO D.1	5,00
PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria)	60,83	PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria punteggi ottenuti parametri da	65,42	PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria punteggi ottenuti parametri da A.1 a D.1)	47,13

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



punteggi ottenuti parametri da A.1 a D.1)		A.1 a D.1)		
---	--	------------	--	--

Tabella pagina 8 del verbale del 22.08.2024

<i>denominazione</i>	<i>Punteggio tecnico</i>
Zoll Medical Italia S.r.l.	60,83
Viglia S.r.l.	65,42
Mindray Medical Italy S.r.l.	47,13

- c) decide quindi di sospendere la seduta alle ore 11,35 per chiedere chiarimenti alla Commissione tecnica.

La Commissione amministrativa decide di aggiornare la prosecuzione della seconda seduta riservata alla prima data utile dopo che la Commissione Tecnica le avrà fornito i necessari chiarimenti in merito a quanto sopra.

Successivamente l'anno **2024**, addì **16** del mese di **settembre**, presso la SC Gestione Acquisti, alle ore 10.45, si riunisce la Commissione Amministrativa (Seggio di gara), nella medesima composizione di cui al frontespizio, per proseguire nell'espletamento delle seguenti operazioni:

- presa d'atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica agli elementi tecnico-qualitativi dei concorrenti Viglia S.r.l. e Mindray Medical Italy S.r.l.;
- apertura delle Buste Telematiche C contenenti l'Offerta Economica dei Concorrenti ammessi e gli eventuali relativi allegati;
- rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed assegnazione del rispettivo punteggio, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara (C.S.A. e Lettera di invito);
- sommatoria, per i Concorrenti, dei punteggi assegnati all'aspetto economico ed agli aspetti tecnico/qualitativi;
- formulazione della graduatoria finale provvisoria.

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

La Commissione Amministrativa:

- preliminarmente rileva che, con comunicazione in data 06.09.2024 nota P.I. 60059/24 la Commissione tecnica ha dato atto che nel verbale in data 22.08.2024, trasmesso con nota PI n. 58736 del 05.09.2024, per mero errore materiale di trascrizione, nella tabella a pagina 8, riepilogativa del punteggio tecnico complessivo assegnato ai tre concorrenti in gara, sono stati invertiti - rispetto a quanto risulta dal "Documento riepilogativo finale" allegato al predetto verbale, che riassume le risultanze delle valutazioni tecnico qualitative espresse dalla Commissione - i punteggi tra le ditte Viglia S.r.l. e Mindray Medical Italy S.r.l.. La Commissione tecnica ha quindi confermato che i punteggi tecnici complessivi attribuiti ai singoli concorrenti sono quelli risultanti dal predetto "Documento riepilogativo finale" allegato al verbale della commissione del 22.08.2024 nota PI 58736 del 05.09.2024, pertanto la tabella di cui a pagina 8 del predetto verbale è annullata e sostituita dalla seguente:

<i>denominazione</i>	<i>Punteggio tecnico</i>
Zoll Medical Italia S.r.l.	60,83
Viglia S.r.l.	47,13
Mindray Medical Italy S.r.l.	65,42

- prende, quindi, atto delle risultanze della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica, come sotto riportato:

<i>denominazione</i>	<i>Punti alla qualità max p. 70</i>
Zoll Medical Italia S.r.l.	60,83
Viglia S.r.l.	47,13
Mindray Medical Italy S.r.l.	65,42

- effettua l'inserimento dei predetti punteggi delle ditte Viglia S.r.l. e Mindray Medical Italy S.r.l. nel Sistema SinTel, avendo già in serito quello della ditta Zoll Medical Italia S.r.l. in data 06.09.2024;
- rileva che tutti i partecipanti sono risultati ammessi alla prosecuzione della gara;

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



- provvede, quindi, all'apertura delle Buste Telematiche contenenti l'Offerta Economica dei soggetti ammessi e gli eventuali relativi allegati;
- dà pubblica lettura delle sottoindicate condizioni economiche praticate dagli stessi:

<i>denominazione</i>	<i>Importo offerto per la fornitura Iva esclusa</i>
Zoll Medical Italia S.r.l.	€ 69.411,00
Viglia S.r.l.	€ 65.483,00
Mindray Medical Italy S.r.l.	€ 38.175,50

- tramite Piattaforma procede alla sommatoria dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici e determina il punteggio globale conseguito da ciascun Concorrente, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 70)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 70.000,00 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 30)	Punteggio totale
1	Mindray Medical Italy S.r.l.	65,42	€ 38.175,55	30,00	95,42
2	Zoll Medical Italia S.r.l.	60,83	€ 69.411,00	16,50	77,33
3	Viglia S.r.l.	47,13	€ 65.483,00	17,49	64,62

Ultimata l'attribuzione dei punteggi,

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- procede alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e rileva che l'offerta presentata dalla prima classificata Mindray Medical Italy S.r.l. è "anomala", in quanto entrambi i punteggi

6



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



assegnati, rispettivamente, alla qualità ed al prezzo sono superiori ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dalla Lettera di invito;

- prende atto, altresì, che Mindray Medical Italy S.r.l. non ha prodotto - unitamente all'offerta economica - le giustificazioni a corredo della stessa e si rende necessario, pertanto, chiedere la relativa produzione per iscritto, ai sensi del comma 2 art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- stabilisce, perciò, di sottoporre a verifica, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 110, la prima migliore offerta, presentata da Mindray Medical Italy S.r.l., precisando che l'aggiudicazione è comunque subordinata all'adozione di specifica delibera da parte dell'Amministrazione, al termine delle prescritte valutazioni di congruità;
- dichiara – pertanto - chiusa la seduta alle ore 11,50.

Costituiscono parte integrante del presente verbale:

- la nota P.I. 58736 del 05.09.2024, con cui il Presidente della Commissione Tecnica ha trasmesso il verbale del 22.08.2024;
- la nota P.I. 60059 del 06.09.2024, con cui il Presidente della Commissione Tecnica ha trasmesso la rettifica di mero errore materiale contenuto nel verbale della Commissione tecnica del 22.08.2024.

N.B. Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.

La Commissione Amministrativa

- dr.ssa Daniela Algeri
- dr. Enrico Gamba
- rag. Patrizia Scola

..... Daniela Algeri

..... Enrico Gamba

..... Patrizia Scola



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

**VERBALE N. 3
DI VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA
EX ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023**

Oggetto: **Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di n. 7 defibrillatori per sala operatoria destinati alla rianimazione a torace aperto (completi di piastre esterne e di piastre per defibrillazione interna) destinati a reparti vari.**

CIG: B16E13DD65.

L'anno 2024, addì 1° del mese di **ottobre**, presso la SC Gestione Acquisti, si riunisce in seduta riservata - dalle ore 14.30 alle ore 14.50 - l'apposita Commissione composta da alcuni Componenti della Commissione Amministrativa:

- dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;
- dr.ssa Daniela Algeri – Collaboratore Amm. Professionale SC Gestione Acquisti.

e dal membro della Commissione Tecnica:

- ing. Maddalena Branchi,

per effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, della congruità dell'offerta presentata Mindray Medical Italy S.r.l., sulla base delle giustificazioni a corredo della stessa - in ordine agli elementi di cui all'art. 110, comma 3, del decreto citato, prodotte - tramite la funzione "Comunicazioni procedura" attiva su piattaforma Sintel - con pec in data 16.09.2024.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Componente: dr.ssa Daniela Algeri.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Premesso che:

- come si evince dal Verbale n. 2, nel corso della seduta riservata del 16.09.2024, la Commissione Amministrativa, fra l'altro:
 - a) all'esito della sommatoria dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici, ha determinato il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente e ha stilato la graduatoria provvisoria finale, rilevando che Mindray Medical Italy S.r.l., è risultata 1^a classificata nella relativa graduatoria, con il punteggio complessivo di 95,42/100,00, per l'importo totale di € 38.175,55 + IVA;
 - b) ha proceduto alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ha rilevato che l'offerta presentata da quest'ultima è "anomala", in quanto entrambi i punteggi assegnati, rispettivamente, alla qualità ed al prezzo sono superiori ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dalla Lettera di invito;
 - c) ha preso atto, altresì, che Mindray Medical Italy S.r.l. non aveva prodotto - unitamente all'offerta economica - le giustificazioni a corredo della stessa, di cui all'art. 110, comma 2, del suindicato Decreto e, pertanto, si rendeva necessario chiederne la presentazione per iscritto;
 - d) ha stabilito, perciò, di sottoporre a verifica, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 la prima migliore offerta, presentata da Mindray Medical Italy S.r.l., subordinando l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione, al termine delle prescritte valutazioni di congruità;
- tramite il canale "Comunicazioni procedura" attivo su piattaforma Sintel, con pec in data 16.09.2024, il Presidente della Commissione Amministrativa ha chiesto a Mindray Medical Italy S.r.l. di produrre, per iscritto, in conformità all'art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, le suddette giustificazioni a corredo dell'offerta, entro e non oltre il 19.09.2024;
- l'aggiudicataria provvisoria ha presentato quanto richiesto con pec Sintel del 16.09.2024.

L'apposita COMMISSIONE, all'uopo costituita,

1. procede alla lettura della dichiarazione concernente le giustificazioni a corredo dell'offerta presentata da Mindray Medical Italy S.r.l., ai sensi degli artt. 108, comma 9 e 110, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, articolate nei seguenti punti:
 - ✓ economia del processo di fabbricazione dei prodotti prestati o del metodo di costruzione;
 - ✓ soluzioni tecniche prescelte e condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti oggetto di gara;riconducibili agli elementi, di cui al comma 3, lettere a) e b) del menzionato decreto;
2. ritiene, quindi, che i contenuti esposti depongano per un giudizio di serietà dell'offerta e siano idonei ad escluderne l'incongruità. Il concorrente ha dato ampia motivazione in merito al contenimento dei costi



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

di produzione, perché l'apparecchiatura offerta in gara è prodotta direttamente dall'azienda madre su larga scala mondiale, con procedimento di fabbricazione a ciclo continuo, che consente un'economia di scala, e le soluzioni tecniche adottate (circuiti elettronici utilizzati nei prodotti e software per le applicazioni) sono ad elevata integrazione tecnologica. Inoltre, la ditta è una filiale italiana del gruppo produttore internazionale e ciò le consente di aver accesso a scontistiche particolari e accesso diretto alle risorse tecniche e cliniche del produttore in fase di installazione e formazione;

3. il concorrente ha anche fornito un prospetto contenente il conto economico della commessa, da cui emerge un costo del personale, cui è applicato il CCNL del Commercio, con una incidenza del 18% sul costo totale della commessa, e un utile aziendale di € 4.172,70;
4. sulla scorta di quanto sopra, ritiene che l'offerta complessiva (considerata anche la valutazione tecnica) presentata da Mindray Medical Italy S.r.l. sia congrua e sostenibile, e subordina l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione.

N.B. *Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti dell'SC Gestione Acquisti, in conformità alle norme vigenti.*

L'apposita Commissione

dr. Enrico Gamba

ing. Maddalena Branchi

dr.ssa Daniela Algeri

..... Enrico Gamba

..... Maddalena Branchi

..... Daniela Algeri

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 780/24)

Oggetto: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI N. 7 DEFIBRILLATORI PER SALA OPERATORIA PER LA RIANIMAZIONE A TORACE APERTO (COMPLETI DI PIASTRE ESTERNE E PIASTRE PER DEFIBRILLAZIONE INTERNA) DESTINATI A REPARTI VARI. SPESA EURO 72.979,78 IVA AL 5% E AL 22% INCLUSA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 05/11/2024

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
1589/24	1	X		€ 72.979,78

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 05/11/2024

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1589/24	1	€ 72.979,78

Bergamo, 05/11/2024

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
