



SC Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Bergamo, 07.04.2025

P.G. N.
TRL 1.6.3
EG/vs

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER INVITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS N. 36 DEL 31 MARZO 2023, PER LA FORNITURA DI N. 3 CAPPE BIOHAZARD A FLUSSO LAMINARE, DI CLASSE II A, PER IL CENTRO DI TERAPIA CELLULARE "GILBERTO LANZANI", PRESSO IL PRESIDIO "MATTEO ROTA" – IMPORTO PRESUNTO: € 75.000,00 (IVA ESCLUSA).

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

AVVISA

che intende procedere all'espletamento della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per la fornitura di quanto indicato in oggetto e meglio specificato al punto successivo.

1

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA, IMPORTO PRESUNTO E DURATA STIMATA DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto di gara è la fornitura di n. 3 cappe biohazard a flusso laminare, di Classe II A, per il Centro di Terapia Cellulare "Gilberto Lanzani", presso il presidio "Matteo Rota". Dovranno considerarsi inclusi nella fornitura eventuali opere edili o impiantistiche necessarie all'installazione, comprensive di progetti e dichiarazioni di conformità come previsti dalla normativa vigente. Sarà incluso anche tutto quanto necessario al trasporto e posizionamento nel laboratorio di destinazione delle cappe in fornitura. A tale proposito, l'ASST è disponibile per organizzare eventuale sopralluogo preventivo o a fornire le planimetrie del laboratorio. Tali dispositivi sostituiranno altrettanti apparecchi equivalenti (modello HERASAFE HS 18), attualmente in uso presso gli stessi laboratori, con rimozione e smaltimento a cura ed onere dell'aggiudicatario, incluso nella base d'asta.

Le tre cappe verranno destinate alla manipolazione in ambiente sterile di materiale biologico, quali tessuti e cellule, garantendo la sicurezza degli operatori.

La spesa presunta per la fornitura in oggetto è di € 75.000,00 + IVA 22%.



SC Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

2. REQUISITI INDISPENSABILI

- Cappa biohazard a flusso laminare;
- Classe II A;
- Larghezza interna di lavoro superiore a 150 cm;
- Dotazione di prese elettriche per l'utilizzo sotto cappa di altri dispositivi;
- Due delle tre cappe dovranno essere predisposte per l'interfacciamento al Sistema di Monitoraggio Particellare e Microbiologico Ambientale attualmente installato (*AM Instruments*).

La fornitura dovrà includere n. 2 supporti per ciascuna di queste cappe (n. 4 in totale), che siano adeguati al posizionamento in ambiente sterile di impattori microbiologici remoti (*AM Instruments*, ref. RAC ALU-2-1CFM) e relativi coni isocinetici, attualmente in uso presso il laboratorio; in alternativa, la cappa proposta dovrà consentire l'inserimento dei supporti già attualmente utilizzati (tubi flangiati a L; clamp $\frac{3}{4}$; portata di flusso 1CFM - 28.3 LPM).

Ogni dispositivo dovrà essere fornito di tutto quanto necessario al buon e corretto funzionamento, già al momento della sua installazione.

L'offerta dovrà comprendere un kit di start-up, completo di ogni dispositivo/accessorio necessario all'utilizzo con tutte le modalità operative richieste.

3. ACCESSORI OBBLIGATORI DA INCLUDERE NELLA FORNITURA

- Lampade UV;
- Filtri HEPA;
- Sistema di supporto della cappa (se non già integrato);
- N. 4 supporti per coni isocinetici e impattori.

4. SERVIZI E ATTIVITÀ COMPRESI NELLA FORNITURA E OGGETTO DI APPALTO

- Disinstallazione e rimozione delle tre cappe attualmente in uso;
- Posizionamento ed installazione delle nuove cappe e dei relativi accessori;
- Al termine dell'installazione, esecuzione di protocolli IQ/OQ ad attestazione della conformità delle apparecchiature alle normative di riferimento, con il rilascio della relativa documentazione di qualifica;
- Durante il periodo di garanzia offerto (minimo 12 mesi), verrà richiesta l'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva, controllo funzionale e verifica di sicurezza elettrica, secondo le modalità stabilite da manuali d'uso e di service dei dispositivi, con una frequenza non inferiore a quella indicata dal produttore. Qualora non siano incluse o siano previste con una frequenza inferiore, si richiederà anche l'esecuzione delle attività riportate in tabella, secondo la relativa periodicità;
- In sede di installazione dovranno essere garantite le assistenze edili e impiantistiche necessarie per una posa in opera a regola d'arte.

**SC Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

ATTIVITA'	FREQUENZA
Misurazione di particelle $\geq 0,5$ e ≥ 5 micron da almeno 1 m ³ d'aria <i>at rest</i> . Stampa dei risultati dalla macchina (non è ammessa la registrazione manuale dei risultati) e fornitura a corredo del certificato di taratura del contatore di particelle utilizzato (con certificazione risalente a non più di due anni prima della data d'esecuzione del test).	Semestrale
Misurazione di flusso, con a corredo certificato di taratura del misuratore di flusso utilizzato (con certificazione risalente a non più di due anni prima della data d'esecuzione del test).	Annuale
Smoke test, con realizzazione di prova video dimostrante il superamento.	Annuale
Cambio lampade UV, con rilascio del relativo certificato germicida.	Annuale
DOP test (test di integrità dei filtri), con rilascio del certificato di taratura degli strumenti di misura utilizzati.	Annuale
Manutenzione preventiva	Annuale
Verifica di sicurezza	Biennale

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Per la fornitura individuata nel presente avviso si attiverà la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, svolta tramite il portale SinTel di ARIA – Regione Lombardia, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico, normativo, funzionale e congrua sotto il profilo economico.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla predetta procedura di gara dovranno obbligatoriamente accreditarsi presso il portale Sintel, per conto dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La procedura sarà aggiudicata sulla base della valutazione congiunta della congruità del prezzo e della qualità del prodotto, tenendo conto dei seguenti criteri in ordine decrescente d'importanza:

- rispetto dei requisiti minimi indicati;
- minore invasività delle opere necessarie all'introduzione dei nuovi sistemi nei laboratori di destinazione;
- praticità di utilizzo, ergonomia ed ingombro;
- prezzo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere e/o non concludere e/o non sottoscrivere il relativo appalto specifico qualora sia intervenuta l'attivazione di Convenzioni ARIA e/o CONSIP o altro soggetto aggregatore aventi medesimo oggetto e con parametri prezzo / qualità più convenienti, senza che



SC Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

l'operatore economico possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FUTURA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Saranno ammessi tutti quegli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse e che avranno presentato la documentazione tecnica ed idonea attestante il possesso dei requisiti richiesti al paragrafo “*descrizione della fornitura, importo presunto e durata stimata dell'affidamento*”, a condizione che non rientrino nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e siano iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente a quella oggetto del presente avviso.

Non potranno partecipare alla gara le imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, codice civile.

8. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Con il presente avviso, questa ASST si prefigge lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alla futura procedura di gara di affidamento diretto, come sopra meglio descritta.

L'amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla procedura di affidamento diretto.

Gli operatori economici interessati alla fornitura di cui trattasi dovranno far pervenire **entro le ore 13:00 del 22.04.2025** mediante l'apposita funzione della Piattaforma Sintel, la seguente documentazione:

- dichiarazione di manifestazione d'interesse alla fornitura;
- schede tecniche delle apparecchiature e dei relativi accessori;
- questionario di rispondenza ai requisiti minimi sopra indicati (**Allegato A**);
- Mod02PG1MQ7 (**Allegato B**).

Si precisa che nella manifestazione di interesse non dovrà essere indicata alcuna offerta economica.

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto di prossima indizione; pertanto, se la piattaforma richiedesse obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico, si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 0,1 (valore simbolico di cui non si terrà conto).

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati, sia per l'amministrazione procedente. L'ASST si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla medesima, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.



SC Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento della fornitura, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dall'ASST in occasione del successivo singolo procedimento di gara.

Qualunque **chiarimento** in ordine al presente avviso potrà essere richiesto mediante le “*Comunicazioni della procedura*” della Piattaforma Sintel, **entro le ore 13:00 del giorno 14.04.2025**

Nell'area “*Amministrazione trasparente*” del sito web aziendale – sezione “*Bandi di gara e contratti*”, sottosezione “*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*”, alla voce “*Avvisi e bandi*” è possibile consultare l'informativa aziendale in materia di privacy per i fornitori, in applicazione del Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della manifestazione di interesse regolata dal presente avviso.

Distinti saluti

Il Direttore
SC Gestione acquisti
Dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

ALLEGATI:

- ALLEGATO A “Questionario di rispondenza ai requisiti minimi”
- ALLEGATO B “Mod02PG1MQ7”

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

SC Gestione acquisti

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Veronica Salerno - Tel. 035/267.4325 - @mail: vsalerno@asst-pg23.it