



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Bergamo, 23.05.2025

T.R.L 01 06.03

Procedura ID 201012736

CIG: B6AFE34DF7

CUP: C14E24000070002

OGGETTO:

**PROCEDURA APERTA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER
ANESTESIA, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA
GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. LOTTO UNICO.**

Risposta a chiarimenti 2^a tranche

Si riportano di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, concernenti la procedura in oggetto:

QUESITO	RISPOSTA
N. 2 2.1 - In riferimento al punto 2 della tabella del capitolato speciale a pagina 3 “ Idoneo per applicazioni su pazienti adulti, pediatrici, neonatali (<3kg), con possibilità di impostare il volume corrente minimo da un minimo di 5 ml (con precisione dell'erogazione anche per piccoli volumi) fino a volumi elevati (non inferiori a 1500 ml)” Si chiede di ritenere equivalente la possibilità di erogare 5 ml di volume corrente in ventilazione a pressione controllata. 2.2 - In riferimento al punto 20 della tabella del capitolato speciale a pagina 5: “Circuito ventilatori e testata paziente sterilizzabile in autoclave e di facile smontaggio senza l'utilizzo di	N. 2 2.1 – Si conferma 2.2 - Si chiede di fornire tutti gli accessori dedicati alla corretta sterilizzazione delle parti destinate dal produttore ad essere sterilizzate;

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

attrezzatura. La fornitura deve essere completa di due testate aggiuntive e relativi contenitori per la sterilizzazione (quindi 8 testate incluse negli apparecchi per anestesia + n.2 testate di scorta) complete di cestelli per la sterilizzazione”

Si chiede di dettagliare che tipologia di contenitori è necessaria (dimensioni e marca/modello).

2.3 - In riferimento all'articolo 1 del capitolato speciale a pagina 3:

ed essere completi di sistemi di aggancio/sgancio rapidi per i sistemi di monitoraggio (monitor modello Infinity Delta e Gamma produttore Draeger) attualmente in uso presso il blocco operatorio”

Si chiede di intendere il solo supporto con slitta orizzontale compatibile con la docking station e alimentatore già presenti in blocco.

2.3 - Ogni apparecchio per anestesia deve essere completo di braccetto di supporto e “slitta” orizzontale al fine di poter montare i monitor marca Draeger già in dotazione del nostro presidio ospedaliero. Se risultano necessari ulteriori e legittimi chiarimenti specifichiamo che durante il sopralluogo sarà possibile visionare gli attuali supporti al fine di poter identificare la tipologia di prodotto richiesta.

Richiamato l'art. 88, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, si conferma il termine di scadenza per la presentazione delle offerte **16.06.2025, ore 12:00**.

Distinti saluti.

IL RUP

dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Direttore SC Gestione Acquisti: dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4085 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)

Il Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Sara Fumagalli (tel. 035/267.4146 - @mail: sfumagalli@asst-pg23.it)