

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Bergamo, 06/06/2025

T.R.L 01 06.03

Procedura ID 201012736

CIG: B6AFE34DF7

CUP: C14E24000070002

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 APPARECCHI PER ANESTESIA, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. LOTTO UNICO.

Risposta a chiarimenti 3^a tranche

Si riportano di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, concernenti la procedura in oggetto:

1

QUESITO	RISPOSTA
N. 3 <i>3.1 - Facendo riferimento all'allegato 3_D Caratteristiche di minima, punto 14.</i> <i>"Trigger a volume/pressione/flusso"</i> <i>si chiede di confermare che le tipologie di trigger descritte sono alternative in quanto il trigger a volume non è presente su nessun sistema di anestesia (per quanto di nostra conoscenza) e il trigger a pressione è ormai considerato obsoleto perché sostituito da tecnologia più avanzata come il trigger a flusso.</i>	N. 3 3.1 – si conferma che le tipologie indicate sono alternative;

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

3.2 - Facendo riferimento all'allegato 3_D Caratteristiche di minima, punto 17. <i>"N. 2 attacchi per vaporizzatori elettronici (possibilità di utilizzare desflurane, sevoflurane), indicazione a monitor del livello di riempimento del vaporizzatore"</i> <i>si chiede di confermare la possibilità di offrire sistemi di anestesia dotati di lettura digitale della concentrazione di anestetico inspirata ed espirata e vaporizzatori con visualizzazione del livello di riempimento integrata nel vaporizzatore che consentono l'erogazione dell'agente anestetico anche in caso di guasto del display e a macchina spenta.</i> 3.3 - Facendo riferimento all'allegato 3_D Caratteristiche di minima, punto 17. <i>"N. 2 attacchi per vaporizzatori elettronici (possibilità di utilizzare desflurane, sevoflurane), indicazione a monitor del livello di riempimento del vaporizzatore"</i> <i>si chiede di confermare la possibilità di utilizzare desflurane e sevoflurane di tutti i produttori presenti sul mercato.</i>	3.2 – si conferma la richiesta di capitolato al punto 17 "n.2 attacchi per vaporizzatori elettronici (possibilità di utilizzare desflurane, sevoflurane), indicazione a monitor del livello di riempimento del vaporizzatore;" 3.3 – Si conferma quanto riportato nel capitolato e, se necessari ulteriori chiarimenti, si prega di dettagliare meglio la domanda poiché non sembra essere pertinente all'oggetto dell'appalto. La fornitura in oggetto infatti non prevede i vaporizzatori (che poi conteranno l'anestetico) ma solamente attacchi elettronici compatibili con i vaporizzatori da voi prodotti (o considerati compatibili).
Precisazione: <i>Tutti gli apparecchi per anestesia devono essere appesi su pensile del quale sono stati indicati, nell'articolo 1 del capitolato, marca e modello nonché è stato possibile vedere una installazione durante il sopralluogo. Per supportare ulteriormente la valutazione degli operatori economici si allega anche il manuale d'uso nel quale sono indicate le portate massime consentite.</i>	



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Richiamato l'art. 88, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, si conferma il termine di scadenza per la presentazione delle offerte **16.06.2025, ore 12:00**.

Distinti saluti.

Allegato: manuale d'uso pensile

IL RUP
dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Direttore SC Gestione Acquisti: dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4085 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)

Il Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Sara Fumagalli (tel. 035/267.4146 - @mail: sfumagalli@asst-pg23.it)