

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

Bergamo, 03/08/2026

T.R.L 01 06.03

Procedura ID 221572237

CIG: BC3C7C01F0

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL –PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N. 2 SISTEMI RMN 1.5. T DA DESTINARE ALLA SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 – RADIOLOGIA E INTERVENTISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII E AL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI BIANCO.
LOTTO UNICO.

Si riportano di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, concernenti la procedura in oggetto:

<i>QUESITO</i>	<i>RISPOSTA</i>
<i>N. 1</i> Si segnala che anche per il codice CIG di gara il portale ANAC restituisce il messaggio di errore come da allegato. Vi chiediamo quindi gentilmente di confermarci che lato vostro non risultano anomalie e se necessitiamo di segnalare tale problematica direttamente al portale ANAC.	<i>N. 1</i> Probabilmente l’operatore economico deve aver provato ad effettuare il pagamento durante il periodo di rettifica del bando originario per effetto della proroga. Si chiede di provare nuovamente e, in caso l’errore persista di contattare direttamente ANAC.
<i>N. 2</i> PO San Giovanni Bianco: Si richiede di voler cortesemente confermare che l’altezza dei locali nell’area di intervento della sala RM sia pari a 3,50 m. Qualora fosse diverso, si chiede di indicare l’altezza dei locali da soletta a soletta nell’area interessata, in quanto tale informazione non	<i>N. 2</i> L’altezza interna (rustico) è 4,50 metri. Vedi file “allegati SGB secondo invio”.

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

risulta desumibile dalla documentazione grafica resa disponibile con i chiarimenti pubblicati (allegati SGB in generale e nello specifico il file _95_SEZIONI non è apribile). Il dato risulta fondamentale per la verifica dei contenimenti di campo magnetico.	
--	--

Nella sezione “Documentazione di gara” della procedura Sintel è pubblicata la cartella “Allegati SGB secondo invio” che contiene i documenti cui si fa riferimento nel presente documento per rispondere ai quesiti ricevuti.

Distinti saluti.

IL RUP

dr. Giovanni Acquaroli

(firma digitale)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile unico del progetto: Dr. Giovanni Acquaroli (tel. 035 2674084 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)

Il Responsabile del procedimento amministrativo: Dr.ssa Sara Fumagalli (tel. 035/267.4146 – @mail: sfumagalli@asst-pg23.it)