

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Bergamo, 26.05.2025

T.R.L 01 06.03

Procedura ID 201099152

CIG: B6B262A809

CUP: C14E24000070002

OGGETTO:

PROCEDURA CONCURSALE “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO INTRAOPERATORIO TRASPORTABILE SU RUOTE, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

Si riportano di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, concernenti la procedura in oggetto:

QUESITO	RISPOSTA
N. 1 <i>Si chiede cortesemente quanto segue:</i> - se sia possibile offrire una tecnologia diversa dalla tomografia computerizzata con minimo 32 strati, che risponda comunque ai requisiti clinici indicati - se i software e quanto necessario all'interfacciamento con il navigatore siano da includersi in offerta	N. 1 - la gara ha per oggetto una tomografia computerizzata con minimo 32 strati. Si accettano alternative purchè rispettino la tipologia di apparecchiatura (CT) e siano rispondenti ai criteri minimi o migliorative - i sw sono da intendersi inclusi in offerta
N. 2 2.1 alla luce di quanto emerso in fase di sopralluogo vi preghiamo di voler provvedere alla condivisione delle seguenti informazioni: a. Dati tecnici del tavolo operatorio modello Vanto di produzione Maquet	N. 2 2.1 a. si allega scheda tecnica (allegato a)

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

(Getinge), - Planimetrie (DWG) dei locali della sala interessata, dei locali adiacenti e dei piani inferiore e superiore b. Portata dei pavimenti interessati dal percorso individuato in fase di sopralluogo ai fini del futuro eventuale posizionamento ed installazione in sala operatoria. 2.2 con riferimento a quanto previsto all'art. 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA (STEP 3) lettera f, ovvero Contestualmente alla formulazione dell'offerta economica, il partecipante alla gara sarà tenuto a quotare a parte un contratto triennale di assistenza tecnica full risk per l'ASST con un valore che non potrà superare il 10% (della specifica fornitura), non compreso nella base d'asta, le cui caratteristiche dovranno essere pari a quelle elencate all'articolo del Capitolato Tecnico dedicato agli obblighi dell'aggiudicatario relativamente all'assistenza tecnica nel periodo di garanzia. L'ASST si riserva la facoltà di sottoscrivere tale contratto al termine del periodo di garanzia - si chiede di precisare che: - Il 10% debba essere il valore annuo del contratto di manutenzione post garanzia - Il 10% debba essere calcolato sul valore di mercato dell'attrezzatura e non sul prezzo offerto.	b. Si allegano le planimetrie (allegato b) 2.2 - Il 10% è da intendersi come percentuale massima del valore commerciale indicato al punto 4 nella scheda offerta economica (per la specifica fattispecie di gara) ed individua il valore del canone annuale di manutenzione full risk, con gli obblighi specificati nel CSA.
N. 3 Si prega di confermare che in caso di aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà possedere la Polizza RCT ma che la richiesta di polizza furto e incendio sia un refuso	N. 3 Si precisa che la polizza assicurativa per furto e incendio dovrà essere operativa solo fino al collaudo con esito positivo delle apparecchiature



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

<i>considerato che si tratta di un'apparecchiatura il cui peso ammonta a 1.5 tonnellate circa.</i>	fornite ed alla conseguente emissione della fattura.
<i>Se al contrario non dovesse essere un refuso, vi preghiamo di specificare la tempistica di inizio e fine copertura che la polizza furto e incendio deve possedere.</i>	

Richiamato l'art. 88, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, si conferma il termine di scadenza per la presentazione delle offerte **13.06.2025, ore 12:00**.

Distinti saluti.

IL RUP
dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

Allegati:

- a) schede tecniche
- b) planimetrie

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Direttore SC Gestione Acquisti: dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4085 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)

Il Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Sara Fumagalli (tel. 035/267.4146 - @mail: sfumagalli@asst-pg23.it)